



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 20.10.2023
EZ/105/2023/827

Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 105/2023
dotyczy: **Zakup wyposażenia poradni/ambulatoryjnych gabinetów zabiegowych – 5 pakietów.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1605), udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Pakiet 4 Lampa laryngologiczna czołowa

Czy Zamawiający dopuści lampę czołową o poniższych parametrach:
Medyczna Lampa czołowa o wyjątkowo jasnym, jednorodnym, mocnym świetle LED o barwie neutralnej. Zasilanie akumulatorowe z wymiennym akumulatorem litowo-jonowym (Li-Ion).
Ładowarka w zestawie.

- Natężenie światła (przy odległości 250mm) - **regulacja natężenia intensywności światła** 15 000 lux - 25 000 lux
- Temperatura barwowa: 6000K
- Żywotność diody 50 000h
- Zasilanie - **akumulator wymienny ładowalny (z diodowym indykatoem poziomu naładowania)** 3.7V, 2600mA Li-ion. **Zakładany na klik** (szybka wymiana na zapasowy). Czas pracy : 4h
- **Ładowarka w komplecie DC 4.2V/750mA**
- **Waga lampy czołowej tylko 188g** w tym o paska z lampą - 119g, moduł akumulatorowy - 69g



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga lamp zgodnych z wymaganiami określonymi w SWZ.

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych


mgr inż. Magdalena Kraszevska