

Politechnika Warszawska  
Wydział Elektroniki i Techniki Informatycznych  
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

Warszawa 05.01.2022 r.

Do: **Wykonawców**

Postępowanie nr: WEiTI/35/ZP/2021/1033  
Tryb podstawowy bez negocjacji  
na: **Dostawa analizatora źródeł sygnałowych, ISE PW.**

**ZMIANA zapisów SWZ oraz odpowiedzi na pytania:**

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą przekazuje treść pytania z dnia 22 i 23.12.2021r. wraz z wyjaśnieniem, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu.:

**Treść pytań:**

- 1. Czas naprawy Gwarancyjnej 7 dni. Wnoszę o zmianę czasu naprawy urządzenia niezależnie od usterki na 28 dni i zmianę kar umownych za opóźnienie w wykonaniu napraw z 1%/dzień na 0,3%/dzień. Poziom zaawansowania przedmiotu naprawy pozwala na usunięcie usterki w terminie 28 dniowym.**
- 2. Wykonawca gwarantuje, że w przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Komentarz- 7 dni na wymianę urządzenia w przypadku stwierdzenia usterki to stanowczo za mało. Producent nie jest w stanie wyprodukować nowego w tak krótkim czasie. Wnosimy o zmianę terminu na 42 dni.**
- 3. Proszę o wyjaśnienie wymagania pkt. 10- Pasma pomiarów w paśmie podstawowym Zakres max 1Hz – min 100MHz**
- 4. Czy Zamawiający dopuszcza zakres napięcia sterującego Vc: Od minus 10 V do plus 28 V?**

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

**Ad.1**

Zamawiający zgadza się na zmianę czasu naprawy urządzenia niezależnie od usterki z 7 dni na 28 dni i zmianę kar umownych za opóźnienie w wykonaniu napraw z 1%/dzień na 0,3%/dzień.

**Ad.2**

Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu:

„Wykonawca gwarantuje, że w przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do **7 dni roboczych od daty zgłoszenia**”

na zapis:

„Wykonawca gwarantuje, że w przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie **do 30 dni roboczych od daty zgłoszenia**”

**Ad.3**

Chodzi o to by zakres obejmował wartości 1Hz i 100MHz, aczkolwiek nie jest to krytyczne i zamawiający dopuszcza węższy zakres pomiarów.

**Ad.4**

Tak, zamawiający dopuszcza zakres napięcia sterującego może być od -10 do plus 28V.

**Termin składania ofert, otwarcia ofert pozostaje bez zmian, godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

**Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako wiążące dla Wykonawców.**

  
DZIĘKAN  
Wydział Elektroniki i Techniki Informatycznych

prof. dr hab. inż. Michał Malinowski

(pieczęć i podpis przedstawiciela zamawiającego)