



INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa części i akcesoriów do aparatury medycznej”

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 5 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pęsety Premium Non Stick proste o końcówkach 0,5 mm i długości 110mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy spełnieniu wymogu potwierdzenia kompatybilności w katalogu producenta diatermii Erbe, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 5 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kabel monopolarny o długości 4,5m? pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy spełnieniu wymogu potwierdzenia kompatybilności w katalogu producenta diatermii Erbe, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 5 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kabel elektrody neutralnej o długości 4,5m? pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy spełnieniu wymogu potwierdzenia kompatybilności w katalogu producenta diatermii Erbe, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 26 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pęsety bipolarne o długości 195mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy spełnieniu wymogu potwierdzenia kompatybilności w katalogu producenta diatermii Erbe, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji w Załączniku nr 1.26 do SWZ poprzez dodanie zapisu pod tabelą: „potwierdzenie kompatybilności w katalogu producenta diatermii Erbe”.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 26 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pęsety bipolarne o długości 195mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy spełnieniu wymogu potwierdzenia kompatybilności w katalogu producenta diatermii Erbe, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji w Załączniku nr 1.26 do SWZ poprzez dodanie zapisu pod tabelą: „potwierdzenie kompatybilności w katalogu producenta diatermii Erbe”.

W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany Załącznik nr 1.26 do SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Zona kierownika Działu
Zaopiecznia Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszek

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych

Anna Henczel

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**

.....
Nazwa (Firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.26
do oferty na dostawę części i akcesoriów do aparatury medycznej
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-013/2024

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 26 - pincety bipolarne

l.p.	nazwa produktu	oznaczenie producenta	j.m	ilość	cena jedn.netto	wartość netto	% VAT	cena jedn.brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod
1	Pinceta bipolarna Classic, zagięta, końcówki 1,0 mm, tępe, długość 190 mm	20195-001	szt.	12			8%			
2	Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2 mm, tępe, długość 190 mm	20195-029	szt.	12			8%			
3	Bipolarny kabel przyłączeniowy, dł 4m	20196-045	szt.	24			8%			

potwierdzenie kompatybilności w katalogu producenta diatermii Erbe

.....
(imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)