

Nasz znak: 14/zp/2023

Odpowiedź nr 12


Na zapytanie do swz dotyczące postępowania o zamówienie publiczne pn.
„Dostawa sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie”

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00355763/01
z dnia 2024-06-07

W dniu 10.06.2024 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:


Część 1, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje szczoteczki do zębów z odsysaniem jak na zdjęciu:



Część 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania wykonane z pcv z naprzemianległymi otworami bocznym, z nieprzezroczystym konektorem o następującym kształcie:



bez rozmiaru nadrukowanego na cewniku, bez skalowania występujące w rozmiarach 6-18 o długości 600mm?

Część 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru na łączniku oraz numerycznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu jednostkowym?

Część 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dreny wykonane z 100% silikonu?

Część 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dreny z Ch15, Ch18, Ch20, Ch21, Ch24, Ch26, Ch27, Ch30, Ch33, Ch36?

Część 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści szczotki wykonane z jednej strony z medycznego polietylenu (włosie) z drugiej z poliuretanu (gąbka)?

Część 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę szczoteczek w opakowaniu a'40 sztuk w formie podajnika wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Część 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sond wyłącznie w rozmiarach 18-24?

Część 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści worek do lewatywy o pojemności 1500ml lub 1750ml z drenem zakończonym otworem centralnym i jednym bocznym, natłuszczonym, zabezpieczonym zatyczką?

Część 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Część 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Część 1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Część 1, pozycja 24

Czy Zamawiający ma na myśli szynę do kończyn?

Część 1, pozycja 28

Czy Zamawiający oczekuje miski odpornej na detergenty?

Część 1, pozycja 38

Czy Zamawiający dopuści zestaw z igłą Veressa o długości 100mm, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Część 1, pozycja 38

Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji opłucnej w zestawie z 3 igłami o długości 80mm (14G, 16G i 19G)?

Część 1, pozycja 48 – Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną w rozmiarze 75x45 cm z otworem 6x8cm?

Część 1, pozycja 49 – Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną w rozmiarze 75x45 cm?

Część 1, pozycja 50 – Czy Zamawiający dopuści podkład 33 x 50cm (40 szt. w rolce) z przeliczeniem podanych ilości?

Część 1 pozycja 51 – Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm?

Część 1, pozycja 55

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Część 1, pozycja 56

Czy Zamawiający dopuści dren wyłącznie w rozmiarach: 20,22,24,28,32?

Część 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igły wyłącznie w rozmiarze 25 i 27G?

Część 9, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem skali nominalnej?

Część 9, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną skalą oraz pojedynczą kryzą ograniczającą?

Część 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml w opak. a'50 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Część 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze ścięciem stożka pod kątem 45°?

Część 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opak. a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Część 9, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą/jednostronną skalą?

Część 9, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opak. a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Część 9, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z komorą o dł. 60mm (55mm w części przezroczystej), igła ścięta w 4 płaszczyznach?

Część 9, pozycja 8-9

Czy Zamawiający odstąpi od definicji NIOSH – skuteczność filtracji BFE i VFE oraz potwierdzenia jej wynikiem z badań z niezależnego laboratorium?

Część 9, pozycja 8-9

Czy Zamawiający dopuści przyrządy szczelnie zapakowane w opak. Blister-pack bez opaski/gumki stabilizującej dren? Sposób pakowania zapobiega możliwości przesuwania się zestawu wewnątrz opakowania

Część 9, pozycja 9

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje w tej pozycji przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych czy przyrządu do przetaczania krwi? Opis produktu dla pozycji 10 i 11 jest taki sam.

Część 9, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji posiadający wyłącznie właściwości:

- wykonany z wysokiej jakości bezlateksowych materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantuje szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (czerwoną) klapką
- elastyczna komora kroplowa o długości całkowitej 95mm
- kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml
- specjalny filtr do krwi o dużej powierzchni, wielkości oczek 200µm
- miękki elastyczny dren o długości min. 150cm
- uniwersalne zakończenie drenu luer-lock
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorcza i zaczep na dren do podwieszenia
- na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- jednorazowego użytku
- niepirogenny, nietoksyczny
- dostępny w wersji bez ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 5 lat
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (czerwonym) identyfikującym rodzaj przyrząd?

Część 9, pozycja 8-9

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opak. a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Część 9, pozycja 12

Czy Zamawiający miał na myśli kaniulę w rozmiarze 1,3mm o długości 45mm?

Część 9, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Część 9, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 61ml/min spełniającą pozostałe wymagania SWZ?

Część 9, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozm. 1,1x40mm?

Część 9, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści cewniki lateksowe obustronnie silikonowane?

Część 9, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści cewniki bez oznaczenia rozmiaru i długości na cewniku poniżej konektora, bez skalowania i linii rtg, o długości 60cm?

Część 9, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści cewniki bez oznaczenia rozmiaru i długości na cewniku poniżej konektora, z jednym otworem bocznym i centralnym, o długości 50cm?

Część 9, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opak. a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Część 9, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w opak. a'100 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Część 9, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści wycenę kraników za opak. a'50 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Część 9, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków do zbiórki moczu za opak. a'10 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Część 9, pozycja 40

Czy Zamawiający dopuści cewniki sterylne o długości 2,0m?

Część 9, pozycja 41-43

Czy Zamawiający oczekuje wyrobu sterylnego (jałowego) pozbawionego zdolnych do życia drobnoustrojów w ich formach wegetatywnych jak i przetrwalnikowych, którego jałowość osiągnąca jest poprzez proces sterylizacji (tlenkiem etylenu), tym samym bezpiecznego dla pacjenta, minimalizującego ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe?

Część 9, pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści dreny sterylne?

Część 9, pozycja 45

Czy Zamawiający miał na myśli rozmiar 20G 1,1x45mm?

Część 9, pozycja 46

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do trudnej intubacji w rozm. 15Fr – długość 600mm lub 800mm (do wyboru przez Zamawiającego)?

Część 9, pozycja 51

Czy Zamawiający dopuści dren CH24?

Część 13, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w dwóch kolorach: zielonym, niebieskim. Zgodne z EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych (przenikanie bakterii na sucho maksymalnie 37 CFU zgodnie z EN ISO 22612, pylenie 1,15 log 10 zgodnie z EN ISO 9073-10, wypychanie na sucho 48 kPa zgodnie z EN ISO 13938-1 siła zrywająca 43,7N kierunek wzdłużny/66,3N kierunek poprzeczny zgodnie z EN 29073-3. Rozmiary S – XXXL?

Część 14 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw i poniższych parametrach i składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O?

Część 14 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw i poniższych parametrach i składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 90 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m². Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O?

Część 14 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw i poniższych parametrach i składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x190 cm.

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m². Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 97,2/84,6kPa. Odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O?

Część 14 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zestaw i poniższych parametrach i składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończy, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m². Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 97,2/84,6kPa. . Odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O.

Część 14, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

Część 14, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 30x60cm, w zestawie z taśmą samoprzylepną 10cm x 50cm. Osłona wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 56 g/m². Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folie PE zapobiega przemakaniu?

Część 14, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści torba do przechwytywania płynów o wymiarach 60cm x 100cm wyposażoną w samouszczelniający się otwór o wymiarach 6cm x 8cm, sztywnik w górnej części torebki z 2ma przylepcami w przedniej części torby służącymi do ufiksowania do serwet operacyjnych i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy?

Część 14, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści taśmę chirurgiczną samoprzylepną, o wymiarach 10cm x 50cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m² z papierem zabezpieczającym o gramaturze 70 g/m²?

Część 14, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną typu rzep (velcro) o wymiarach 2cm x 22cm, składająca się z dwóch części. Na jednej części znajduje się taśma umożliwiająca zamocowanie rzepu na serwecie?

Odpowiedzi Zamawiającego :

Cz.1,poz.2 Zamawiający nie oczekuje szczoteczki z odsysaniem.

Cz.1, poz.3 Tak, Zamawiający dopuści

Cz.1, poz.3 Tak, Zamawiający dopuści

Cz.1, poz.4 Tak, Zamawiający dopuści

Cz.1, poz.4 Tak, Zamawiający dopuści

Cz.1, poz.5 Tak, Zamawiający dopuści

Cz.1, poz.5 Tak, Zamawiający dopuści

Cz.1, poz.6 Tak, Zamawiający dopuści

Cz.1, poz.12 Tak, Zamawiający dopuści

Cz.1, poz.13 Tak, Zamawiający dopuści

Cz.1, poz.15 Tak, Zamawiający dopuści

Cz.1, poz.22 Tak, Zamawiający dopuści

Cz.1, poz.24 Tak, Zamawiający dopuści

Cz.1, poz.28 Zamawiający nie oczekuje takiej miski

Cz.1, poz.38 Tak, Zamawiający dopuści

Cz.1, poz.38 Tak, Zamawiający dopuści

Cz.1, poz.48 Tak, Zamawiający dopuści

Cz.1, poz.49 Tak, Zamawiający dopuści

Cz.1, poz.50 Tak, Zamawiający dopuści

Cz.1,poz.51 Tak, Zamawiający dopuści

Cz.1, poz.55 Tak, Zamawiający dopuści

Cz.1, poz.56 Tak, Zamawiający dopuści

Cz.4 ,poz.2 Nie , Zamawiający nie dopuści
Cz.9, poz 1-4 Tak, Zamawiający dopuści
Cz.9 ,poz.1-4 Nie, Zamawiający nie dopuści
Cz.9,poz.4 Tak, Zamawiający dopuści
cz.9, poz.5 Nie, Zamawiający nie dopuści
Cz.9, poz.5 Tak, Zamawiający dopuści
Cz.9, poz 6-7 Tak, Zamawiający dopuści
Cz.9, poz 6-7 Tak, Zamawiający dopuści
Cz.9, poz.8 Nie, Zamawiający nie dopuści
Cz.9, poz.8-9 Nie, Zamawiający nie odstąpi od definicji
Cz.9, poz.8-9 Tak, Zamawiający dopuści
Cz.9, poz.9 doprecyzowanie: _Poz.9 to przyrząd do przetaczania krwi Poz. 10 -to przedłużacz bezbarwny, przezroczysty Poz. 11 -przedłużacz bursztynowy
Cz.9, poz.9 Tak, Zamawiający dopuści jeśli spełnia definicję NIOSH
Cz.9, poz.8-9 Tak, Zamawiający dopuści
Cz.9, poz.12 Tak, taką kaniulę miał na myśli
Cz.9, poz.12 Tak, Zamawiający dopuści
Cz.9, poz.13 Tak, Zamawiający dopuści
Cz.9, poz. 24 Tak, Zamawiający dopuści
Cz.9, poz. 28 Tak, Zamawiający dopuści
Cz.9, poz. 29 Tak, Zamawiający dopuści
Cz.9, poz. 29 Tak, Zamawiający dopuści
Cz.9, poz. 32 Tak, Zamawiający dopuści
Cz.9, poz. 33 Tak, Zamawiający dopuści
Cz.9, poz. 34 Tak, Zamawiający dopuści
Cz.9, poz. 37 Tak, Zamawiający dopuści
Cz.9, poz. 40 Tak, Zamawiający dopuści
Cz.9, poz.41-43 Tak, Zamawiający oczekuje takiego wyrobu
Cz.9, poz.45 Tak, Zamawiający dopuści
Cz.9, poz. 46 Tak, Zamawiający dopuści
Cz.9, poz. 51 Tak, Zamawiający dopuści
Cz.13, poz.1 Nie, Zamawiający nie dopuści
Cz.14, poz.1 Nie, Zamawiający nie dopuści
Cz.14, poz.2 Nie, Zamawiający nie dopuści
Cz.14, poz.3 Tak, Zamawiający dopuści
Cz.14, poz.4 Tak, Zamawiający dopuści
Cz.14, poz.5 Tak, Zamawiający dopuści, jeśli gramatur jest min.40g/m2
Cz.14, poz.6 Tak, Zamawiający dopuści
Cz.14, poz.7 Tak, Zamawiający dopuści, jeśli pozostałe parametry są zachowane
Cz.14, poz.8 Tak, Zamawiający dopuści
Cz.14, poz.8 Tak, Zamawiający dopuści

PREZES ZARZĄDU
Iwona Andzejczyk-Szawerdo

Otrzymują:

1. Wykonawca
2. Strona internetowa <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital-debno> → Dostawa sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie.