

Sprawa nr 27/2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dotyczy: Dostawa preparatów dezynfekcyjnych

1. Preparaty będące wyrobem medycznym muszą odpowiadać aktualnym wymaganiom Ustawy o wyrobach medycznych.
2. Preparaty będące produktem leczniczym muszą odpowiadać aktualnym wymaganiom Ustawy Prawo Farmaceutyczne.
3. Preparaty będące produktem biobójczym muszą odpowiadać aktualnym wymaganiom Ustawy o produktach biobójczych.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał dokument skuteczności mikrobiologicznej preparatów dezynfekcyjnych. Badania skuteczności mikrobiologicznej dla preparatów powinny być przeprowadzone w akredytowanych laboratoriach.
5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach oferty dostarczy samoprzylepne naklejki w ilości 25 000 (+/- 50) sztuk w języku polskim, na których można będzie umieścić następujące informacje:
Naklejka samoprzylepna (dot. roztworów roboczych preparatów, dotyczy - Zadanie 3, 4, 5, 10):
 - Nazwa preparatu
 - Data, godz. rozpoczęcia dezynfekcji
 - Data, godz. zakończenia dezynfekcji
 - Stężenie roztworu
 - Nazwisko osoby przygotowującej roztwór
6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach oferty dostarczył materiały w języku polskim w formie instrukcji (dotyczy: dotyczy: Zadanie 1 , 2)
 - Tabele / wskazówki dotyczące stosowania poszczególnych preparatów dezynfekcyjnych dotyczy: Zadanie 3, 4, 5, 10 w ilości po 30 sztuk;
 - Instrukcję higienicznej dezynfekcji rąk dotyczy Zadanie 1, 2 w ilości 60 sztuki;
 - Naklejki na dozowniki do dezynfekcji rak z informacją: dezynfekcja; informacja o koniecznej ilość pobrania preparatu do pobrania dotyczy Zadania nr 1, 2.
7. Zamawiający wymaga aby wszystkie tabele / plansze / broszurki były na całej powierzchni samoprzylepne, ze zmywalną i trwałą powierzchnią, z możliwością zmywania/ przecierania/ dezynfekowania.
8. Zamawiający wymaga aby wszystkie tabele / plansze / broszurki / butelki / uchwyty itp. dostarczone były w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia.
9. Zamawiający wymaga aby w przypadku dostarczenia preparatów do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów giętkich / sztywnych jak i innych wyrobów medycznych Wykonawca potwierdzi dokumentem, iż proponowane preparaty mogą być stosowane w myjniach posiadanych przez Zamawiającego. Wykonawca w kosztach oferty wykona kalibrację w/w urządzeń Zamawiającego. W przypadku konieczności zmiany parametrów w/w urządzeń podczas trwania umowy Wykonawca w kosztach oferty wykona poprawę kalibracji urząd, *dotyczy Zadanie 5, 10.*
10. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w kosztach oferty dostarczył na czas trwania umowy tablice lub stojaki z informacją o konieczności dezynfekcji rąk dla osób odwiedzających wraz z dozownikami do dezynfekcji rąk –12 szt. - *dotyczy: Zadanie 1.*
11. Wykonawca w kosztach oferty dostarczy na czas trwania umowy dozowniki łokciowe uniwersalne przeznaczone do butelek o pojemności 500-100 ml. Kompatybilne z wszystkimi dostępnymi na rynku butelkami z preparatami dezynfekcyjnymi. Dozowniki muszą posiadać skuteczny system zamknięcia chroniący przed powtórą kontaminacją, posiadający zawór wylotowy skonstruowany tak, aby jak najskuteczniej chronić przed wyschnięciem, kapaniem, wyparowywaniem preparatu, łatwy w czyszczeniu i konserwacji ,wykonany z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS, bezawaryjny. Dozownik muszą posiadać z wysoką odpornością mechaniczną, Dozownik muszą posiadać możliwość płynnej regulacji dozowanego płynu do 3 ml, umożliwiającą kontrolę ilości płynu. Kolor dozownika – biały. *Dotyczy Zadanie 2*
12. Wykonawca w kosztach oferty dostarczy pompki do butelek 500 ml w ilości 300 szt. *Dotyczy - Zadanie 1 .*
13. Wykonawca w kosztach oferty dostarczy urządzenie stacjonarne do przygotowywania gotowych roztworów roboczych preparatów dezynfekcyjnych do dużych powierzchni w ilości 4 szt. *Dotyczy - Zadanie 2.*
14. Wykonawca w kosztach oferty dostarczy paski testowe do sprawdzania aktywności roztworu dezynfekcyjnego w ilości 30 opakowań *dotyczy: Zadanie 4.*
15. Wykonawca w kosztach oferty na czas trwania umowy dostarczy dozowniki bezdotykowe kompatybilne z obecnym systemem dozowania preparatów do dezynfekcji rak w ilości 15 szt. (+/-20 szt.)*dotyczy zadania nr 1.*