



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 3

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 4824 /2022

Data: 22.11.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę opatrunków i materiałów szewnych do Apteki Szpitalnej na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. Znak Sprawy: 4624 / 2022

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu nr 16 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości w stanie swobodnym 25-45mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu nr 16 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości w stanie swobodnym 40-65mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 3 dot. Pakietu nr 16 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości w stanie swobodnym 50-95mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 4 dot. Pakietu nr 16 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości w stanie swobodnym 80-140mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 5 dot. Pakietu nr 16 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje 340 op.

PYTANIE nr 6 dot. Pakietu nr 17 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 7 dot. Pakietu nr 17 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe p czasie wiązania do 3 minut?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 8 dot. Pakietu nr 17 poz.. 1-4

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 9 dot. Pakietu nr 17 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści opaski o czasie moczenia (aktywacji) około 5 sekund?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 10 dot. Pakietu nr 22 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm lub 5x7cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 11 dot. Pakietu nr 22 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym w rozmiarze 8x8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 12 dot. Pakietu nr 24

Czy Zamawiający dopuści opatrunek piankowy zawierający alginian wapnia oraz srebro?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 13 dot. Pakietu nr 24

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w wkładem chłonnym w rozmiarze 10x10cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

