



Szp/ZP – 225/612/2022

Wrocław, dnia 18.07.2022 r.

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa sprzętu medycznego”

**Pytanie nr 1 - do Zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o mocy 250 W ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 2 - do Zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o wymiarach wewnętrznych: (szer. x wys. x głęb): 40 x 36 x 38,5 (cm) ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 3 - do Zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o zakresie temperatury od + 5 st. C powyżej temperatury otoczenia do + 70 st. C ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 4 - do Zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o pojemności 55 L ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 5 - do Zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 5 - do Zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę z możliwością ustawienia czasu pracy w zakresie 99 godzin 59 min ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z-ca Kierownika Działu  
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

*mgr inż. Jacob Borkowski*

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław  
Infolinia 45 95 95 454  
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl  
NIP 8951645574, REGON 000977893  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

DYREKTOR SZPITALA

*Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz*  
(5)

