



Toszek, 24.08.2023 r.

dotyczy: *postępowania nr 12/TP/DEG/AS/2023 - Zakup wraz z uruchomieniem urządzeń pralniczych oraz krzesel z pulpitem, defibrylatora i kardiomonitora dla oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII i Oddziału Detoksykacji Alkoholowej XII*

Na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ:

- Załącznik nr 3 do SWZ – Specyfikacja Techniczna w zakresie części 1 Pralnicowirówka – punkt 13 otrzymuje następujące brzmienie:

13	Objętość bębna	650 l (+/- 50 l)	
----	----------------	------------------	--

- Załącznik nr 3 do SWZ – Specyfikacja Techniczna w zakresie części 3 Prasownica walcowa (magiel)– punkt 9, 10, 14, 31 otrzymuje następujące brzmienie:

9	Moc podgrzewu	23,4 kW – 27,9 kW	
10	Moc silnika	0,18 kW - 1,0 kW	
14	Głębokość	500 mm -700 mm (+/- 60 mm)	
31	Wentylacja	75 mm – 150 mm	

- Załącznik nr 3 do SWZ – Specyfikacja Techniczna w zakresie części 4 Defibrylator z wyposażeniem – punkt 11, 28 otrzymuje następujące brzmienie:

11	Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora 3 fali EKG, oraz wszystkich monitorowanych wartości cyfrowych z ostatnich co najmniej 6 godzin monitorowania <b>lub</b> defibrylator z możliwością zapamiętania w pamięci defibrylatora 2 fal EKG i 3 fal dynamicznych oraz wszystkich monitorowanych wartości cyfrowych z ostatnich 24 godzin monitorowania	TAK, podać	
28	Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł oddechu, saturacji (technologia Nellcor OxiMax lub Masimo), monitorowanie NIBP i moduł stymulacji przezskórnej	TAK	

- Załącznik nr 3 do SWZ – Specyfikacja Techniczna w zakresie części 5 Kardiomonitor z wyposażeniem – punkt 11, 17, 19, 25, 26, 27 otrzymuje następujące brzmienie:

11	Oddech - pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 3 do 150 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania oddechu, bez konieczności przepinania elektrod. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej: 6.25; 12.5; 25 mm/s.	TAK	
17	Przynajmniej 72- godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów jednocześnie, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 5s. <b>lub</b> kardiomonitor z trendami graficznymi i tabelarycznymi z dłuższego okresu, tj. 120 godzin przy rozdzielczości 1 min. i 4 godzin przy rozdzielczości 5 sekund <b>lub</b> pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych z ostatnich 160 godzin w rozdzielczości 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 60 min, pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 lub 5 sekund	TAK, podać	
19	Zapamiętywanie co najmniej 200 zdarzeń alarmowych (przynajmniej 3 krzywych i wszystkich wartości liczbowych monitorowanych w tym czasie parametrów)	TAK, podać	
25	Ekran LCD TFT o przekątnej min. 15" (obraz o rozdzielczości min. 1024x768), do prezentacji minimum 12 krzywych jednocześnie – nie tylko EKG <b>lub</b> prezentacji 8 krzywych jednocześnie (różne krzywe) oraz 12 krzywych EKG Ekran wbudowany w monitor, obudowa wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie.	TAK, podać	
26	Waga kardiomonitora poniżej 6,5 kg	TAK, podać	
27	Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy <b>lub</b> obsługa poprzez ekran dotykowy oraz pokrętko	TAK, podać	

- Załącznik nr 3 do SWZ – Specyfikacja Techniczna w zakresie części 6 Krzesła konferencyjne z pulpitem 65 szt. – wykreśla się następujący zapis:

40	Możliwość sztaplowania	TAK	
----	------------------------	-----	--

- Załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowne § 4 ust 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy i wolny od wad na koszt Dostawcy nastąpi po 3 nieefektywnych naprawach tego samego elementu.”

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część specyfikacji.

Zmiana SWZ jest wiążąca dla Wykonawców.

Od dnia 24.08.2023 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania dostępna jest **zmodyfikowana treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.**