



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Szczecin, dnia 19.08.2019 r.

DZP-269/2019/MKB

bip.pum.edu.pl

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę fantomów dla jednostek Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego”, nr postępowania: DZP-262-25/2019.

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści siwz:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby do defibrylatorów szkoleniowych był dołączony pilot zdalnego sterowania (wyposażenie opcjonalne), aby była możliwość zdalnego ingerowania w realizowany scenariusz szkoleniowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga do defibrylatorów szkoleniowych pilota zdalnego sterowania.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Krzysztof Goralski

Sporządziła: Marzena Kopacka-Biculewicz

