



KF-3.III-382/2.1/2021

Dotyczy: Postępowanie przetargowe nr 2/TP/D/2021 na dostawy materiałów do Sterylizatorni w podziale na 5 pakietów.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pytanie nr 1- dotyczy pakietu 3, poz. 1:

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści rękaw o szerokości 55mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2- dotyczy pakietu 3, poz. 9:

Czy Zamawiający w poz.9 dopuści rękaw o szerokości 400mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3- dotyczy pakietu 3, poz. 10:

Czy Zamawiający w poz.10 dopuści zakładkę 25mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4- dotyczy pakietu 3, poz. 11:

Czy Zamawiający w poz.11 dopuści zakładkę 50mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5- dotyczy pakietu 3, poz. 14:

Czy Zamawiający w poz.14 dopuści rękaw o szerokości 400mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6- dotyczy zapisów SWZ:

Czy dokumenty z rozdziału X p.10 i 11 SIWZ są na wezwanie, czy należy dołączyć do oferty?

Odpowiedź: Dokumenty należy złożyć wraz z ofertą.

Pytanie nr 7- dotyczy pakietu 2, poz 7:

Czy zamawiający dopuści koszyk z drobnej siatki do mikronarzędzi o wymiarach 300 x 150 x 70 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8- dotyczy pakietu 3, poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji rękawa w rozmiarze długość 200m x szerokość 400mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9- dotyczy pakietu 3 poz. 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji rękawa w rozmiarze długość 200m x szerokość 400mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Dyrektor
Krzysztof Kowalczyk**