

Opole 27.07.2020 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy: postępowania 4/CZ-SAM/2020 na dostawę sprzętu warsztatowego.

Pytanie:

Część 6 destylator elektryczny :

Czy Zamawiający dopuści urządzenie równoważne - dejonizator laboratoryjny, który produkuje wodę o wymaganych parametrach, ale jest znacznie mniej energochłonne i zużywa dziesięciokrotnie mniej wody?

Odpowiedź:

Urządzenie które jest przedmiotem zamówienia tj. DESTYLATOR ELEKTRYCZNY ma za zadanie produkcję wody DESTYLOWANEJ wymaganej w procesie obsługowym akumulatorów kwasowych. Można tam stosować TYLKO WODĘ DESTYLOWANĄ. Tak więc zamienniki urządzenia w postaci dejonizatorów czy też demineralizatorów wody nie są przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza innych urządzeń jak destylatory wody do produkcji wody destylowanej.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ.