



Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

I.dz. 1766/2021/W

Wrocław dn. 08.06.2021 r.

Uczestnicy postępowania



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę materiałów zużywalnych z podziałem na 38 części – na podstawie umowy ramowej, nr sprawy PO.271.1.2021.**



I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 135 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.



Pytanie 30:

Część 9 poz. 1- wg posiadanych przez nas informacji nie występują strzykawki 1 ml, dwuczęściowe z końcówką luer lock. Czy Zamawiający mógłby wskazać produkt referencyjny, lub zaakceptuje strzykawki trzyczęściowe, spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź 30:

Zamawiający dopuszcza strzykawki trzyczęściowe, spełniające pozostałe wymagania opisane w Formularzu wyceny.



Pytanie 31:

Część 9 poz. 27 Czy Zamawiający mógłby wskazać produkt referencyjny? Wg naszej wiedzy nie są dostępne strzykawki 2 ml z wbudowaną igłą.

Odpowiedź 31:

Produkt referencyjny to VWR numer katalogowy: BRAU4645022V. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego. Kryteria równoważności opisano w Formularzu wyceny.



Pytanie 32:

Część 9 Poz. 42 i 43- czy Zamawiający mógłby wskazać produkt referencyjny?

Odpowiedź 32:

Produkty referencyjne to Becton Dickinson: 320911 i 320933. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. Kryteria równoważności opisano w Formularzu wyceny.



Strona 1 z 1

