

Katowice, dn. 09.08.2023r.

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonym na dostawę szwów chirurgicznych, Nr sprawy: ZP-23-119UN**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści wyroby, które posiadają ważne certyfikaty zgodności oraz deklaracje zgodności (bez wskazanego kodu Basic UDI-DI) zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG, i które na mocy przepisów rozporządzenia MDR (2017/745) mogą być w dalszym ciągu wprowadzane do obrotu. Wyroby te mogą być wprowadzane do obrotu do końca ważności wspomnianych dokumentów lub nawet do końca 2027 roku, jeśli Producent spełni warunki określone w Rozporządzeniu 2023/607.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 2: Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie.**

Pytanie 3: Pakiet nr 2, poz. 2, 4

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie.**

Pytanie 4: Pakiet nr 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą bez określenia „odczepiana”?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie.**

Pytanie 5: Pakiet nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą bez określenia „oksydowana”?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie.**

Pytanie 6: Pakiet nr 5, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie.**

Pytanie 7: Pakiet nr 6, poz. 26-31

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie.**

Pytanie 8: Pakiet nr 6, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą bez określenia „odczepiana” z nitką 1 x 75 cm z odpowiednim przeliczeniem kolumny „Zamawiana ilość saszetek”?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie.**

Pytanie 9: Pakiet nr 6, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 40 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie.**

Pytanie 10: Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny polipropylenowy bez dodatku polietylenu?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie.**

Pytanie 11: Pakiet nr 7, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą bez określenia „cienka”?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie.**

Pytanie 12: Pakiet nr 7, poz. 19, 20

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szew z igłą o długości 5 mm.

Pytanie 13: Pakiet nr 9, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 13 mm podwójną 3/8 koła okrągłą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szew z igłą 13 mm podwójną 3/8 koła okrągłą.

Pytanie 14: Pakiet nr 9, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą bez określenia „odczepiana”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 15: Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści nić monofilamentową wchłaniającą bez dodatku antybakteryjnego, podtrzymującą tkankę w 40% po 14 dniach od zaimplantowania, okres wchłaniania bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 16: Pakiet nr 11

Czy Zamawiający dopuści nić monofilamentową wchłaniającą bez dodatku antybakteryjnego, podtrzymującą tkankę w 40% po 14 dniach od zaimplantowania, okres wchłaniania bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 17: Pakiet nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą taper point bez opisu „plus”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 18: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2:

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt. 5 i § 2 pkt 9 b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy. W przypadku nie dostarczenia dokumentów lub powstania zwłoki w uzupełnieniu dokumentów określonych w §2 pkt 12, którego dotyczy wezwanie, Zamawiający naliczy a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone dokumenty za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tych dokumentów.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy niezrealizowanej części umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 7 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 20: Czy Zamawiający w pakiecie 1 lp.2 poprawi ilość saszetek zamawianych 1716 w tym opcja 396 saszetki) na ilość podzielna przez 36? Zamawiający dopuszcza opakowania: min.12 saszetek max. 36 saszetek. a ilość saszetek 1716 nie jest podzielna przez 36 w pełnych opakowaniach. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki była zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaofertowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę części opcji oraz ilości zamówienia podstawowego do pełnych opakowań nie przekraczających sumarycznej ilości wymaganej przez Zamawiającego. Zamawiający modyfikuje formularz asortymentowo – cenowy w przedmiotowym (ilościowym) zakresie.

**UWAGA!!!** Złożenie wraz z ofertą formularza asortymentowo – cenowego dla pakietu numer 1 sprzed modyfikacji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający modyfikuje Specyfikację Warunków Zamówienia dla pakietu numer 1 w rozdziale I punkt 3 jak niżej.

W SWZ jest:

Nr pakietu	pozycja	Zamawiana ilość (zamówienie podstawowe)	Ilość objęta opcją	Zamawiana ilość maksymalnie
1	3	36 saszetki	144 saszetki	180 saszetki
1	4	1404 saszetki	504 saszetki	1908 saszetki

W SWZ winno być:

Nr pakietu	pozycja	Zamawiana ilość (zamówienie podstawowe)	Ilość objęta opcją	Zamawiana ilość maksymalnie
1	3	1404 saszetki	504 saszetki	1908 saszetki
1	4	36 saszetki	144 saszetki	180 saszetki

Załącznik:

- Formularz asortymentowo – cenowy – pakiet 1 – modyfikacja