

**Do wszystkich,
którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: przetargu na wykonanie okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego. dla SPZZOZ w Przasnysz.

W odpowiedzi na zapytania Zamawiający wydziela odpowiedzi:

Pyt. 1

Dotyczy treści SIWZ, pkt. V, ppkt. 1, b
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości potwierdzonych wykonanych usług okresowych przeglądów technicznych do max. 4?

Odp. Zamawiający wymaga min 4 usług.

Pyt. 2

Dotyczy pakietu nr 56

(dot. Wzoru umowy §2 ust. 8) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy z 7 dni do 30 dni?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę dla pakietu 56.

Pyt. 3

Dotyczy pakietu nr 56

(dot. Wzoru umowy §9 ust. 1 pkt. a) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia z 2% do 0,2%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy w formie elektronicznej, elektronicznym podpisem kwalifikowanym?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z pakietu nr 18 urządzenia

Ultrasonograf 1202 nr ser. 1901808/1901841 rok. Prod.2010 firmy BK Medical do odrębnego pakietu?

1	Ultraso nograf	1202	19018 08/19	2010	O. Urologic	BK Med	29.06.2 022	2				
---	-------------------	------	----------------	------	----------------	-----------	----------------	---	--	--	--	--

			01841		zny	ical						
--	--	--	-------	--	-----	------	--	--	--	--	--	--

Uzasadnienie : Utworzenie odrębnego pakietu dla urządzenia BK Medical pozwoliłoby na profesjonalne zrealizowanie zakresu zamówienia. Do prawidłowego zrealizowania usługi serwisowej niezbędne są kody serwisowe, które są w posiadaniu tylko firm współpracujących z producentem. Z uwagi na autoryzację naszego serwisu jako jedyni posiadamy dostęp do kodów serwisowych, stąd nasza prośba o wyłączenie w/w aparatu do odrębnego zadania .

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu 18 poz.1, tworząc z niej pakiet 18a.

Pyt. 6

Dotyczy SWZ

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i certyfikatów szkoleń od producenta ?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 7

Dotyczy SWZ

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania aktualną dokumentacją techniczną producenta (instrukcje serwisowe , noty serwisowe, , procedury i inne) co wiąże się ściśle z posiadaniem autoryzacji by prawidłowo realizować zakres zamówienia?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 8

Dotyczy wzór umowy

Par. 2 ust. 8

Czy Zamawiający zgodzi się zmianę zapisu wg poniższego

Czas naprawy nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wstępnego kosztorysu przez Zamawiającego bądź 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na 10 dni roboczych.

Pyt. 9

Dotyczy wzór umowy

Par. 3 ust. 5

Czy Zamawiający zgodzi się zmianę zapisu wg poniższego

W momencie, gdy Wykonawca nie przystąpi do czynności przeglądu i konserwacji w terminie wynikającym z § 2 ust. 5, czynności te mogą być zlecone innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uzyskiwania upoważnienia sądu powszechnego jednak po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do realizacji usługi.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 10

Dotyczy wzór umowy

Par. 9 ust. 2 a

**Czy Zamawiający zgodzi się zmianę zapisu wg poniższego
Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne;**

w razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki bądź w przypadku faktur, których termin płatności upłynął ponad 30 dni od terminu wskazanego na fakturze Wykonawca będzie wykonywał zobowiązania umowne w formie: „za pobraniem”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 11

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 43 urządzenia prod. EMTEL (tj. pozycje nr 1-3, 11-17, 20-23)? Jako autoryzowany serwis posiadamy odpowiednie zaplecze techniczne i intelektualne, dokumentację techniczną, dostęp do kodów serwisowych potrzebnych do przeprowadzenia pełnego przeglądu technicznego oraz napraw.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu 43 poz.1-3, 11-17,20-23 tworząc z niej pakiet 43a.

Pyt. 12

Dot. Umowa § 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie Umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie faktur na email: faktury@szpitalprzasnysz.pl.

Pyt. 13

Dot. zapisów umowy § 9

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 14

Dotyczy zapisów SWZ – rozdział IV, pkt. 5, ppkt. d)

Zwracamy się z prośbą o postawienie wymogu przedstawienia certyfikatu w zakresie odbycia szkoleń w zakresie przeglądów sprzętu wyszczególnionego w pakiecie 61, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, wystawionego przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta.

Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na kwestie związane z wykonywaniem serwisu przez podmioty nieuprawnione. Podkreślamy, że umożliwienie osobom nieuprawnionym przez Producenta sprzętu medycznego wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego pochodzenia, jednoznacznie wiąże się z nie wypełnieniem przez użytkownika Sprzętu zapisów instrukcji jego użytkowania.

Wskazujemy, że niniejsze wymaganie nie narusza zasady równego traktowania, gdyż każdy zainteresowany może odbyć przedmiotowe szkolenie u producenta i uzyskać stosowny certyfikat. W szczególności dotyczy to czynności związanych z fachową

instalacją wyrobu, jego okresową konserwacją, okresową lub doraźną, stosownie do potrzeb obsługą serwisową, aktualizacją oprogramowania wyrobu, jeżeli je posiada, także okresowymi lub doraźnymi przeglądami, regulacjami, kalibracjami (ustaleniami zależności pomiarowych), wzorcowniami, weryfikacją lub kontrolą bezpieczeństwa, jeżeli nie mogą one być wykonane przez użytkownika wyrobu we własnym zakresie.

Odp. Zamawiający w zakresie pakietu 61 wymaga jak w zapytaniu.

Pyt. 15

Dotyczy zapisów SWZ – załącznik nr 6 – par. 2 – dla pakietu 61

Prosimy o zmianę zapisu w par. 2, pkt. 1, ppkt. 2 na „wykonanie napraw z wymianą części zamiennych”. Informujemy, że naprawa bez wymiany części zamiennych jest niemożliwa.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 16

Dotyczy zapisów SWZ – załącznik nr 6 – par. 2 – dla pakietu 61

Prosimy o zmianę zapisu w par. 2, pkt. 5 na „Przeglądy winny być wykonywane w terminie maksymalnie 10 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzeń do siedziby Wykonawcy.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 17

Dotyczy zapisów SWZ – załącznik nr 6 – par. 2 – dla pakietu 61

Prosimy o zmianę zapisu w par. 2, pkt. 6 na „...oraz termin przyjazdu Wykonawcy do Zamawiającego, bądź w przypadku braku możliwości przyjazdu serwisanta z przyczyn ekonomicznych i logistycznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania napraw w siedzibie Wykonawcy. Koszty transportu w obydwie strony pokrywa Wykonawca.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę w zakresie pakietu 61.

Pyt. 18

Dotyczy zapisów SWZ – załącznik nr 6 – par. 2 – dla pakietu 61

Prosimy o zmianę zapisu w par. 2, pkt. 7 na „W przypadku konieczności wykonania naprawy Wykonawca zobowiązany jest przed jej rozpoczęciem do przedstawienia Zamawiającemu wstępnego kosztorysu w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy, którego zatwierdzenie stanowi podstawę do rozpoczęcia naprawy.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę w zakresie pakietu 61.

Pyt. 19

Dotyczy zapisów SWZ – załącznik nr 6 – par. 2 – dla pakietu 61

Prosimy o zmianę zapisu w par. 2, pkt. 8 „Czas naprawy nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wstępnego kosztorysu naprawy, a jeśli wystąpi konieczności sprowadzenia części z zagranicy w terminie do 21 dni. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w terminie, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu urządzenie zastępcze o takich samych lub zbliżonych parametrach pracy.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę w zakresie pakietu 61.

Pyt. 20

Dotyczy zapisów SWZ – załącznik nr 6 – par. 2 – dla pakietu 61

Prosimy o dodanie zapisu w par. 2 „W przypadku konieczności przesłania aparatury do serwisu producenta (poza granice RP) termin przedstawienia zakresu i kosztów naprawy wydłuża się do 21 dni roboczych. Wykonawca na czas przedstawienia kosztów naprawy zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie aparaturę zastępczą, o parametrach i funkcjonalności nie gorszych niż aparatura naprawiana lub zabrana do naprawy/przeгляdu. Jeżeli warunkiem prawidłowego działania aparatury jest kompatybilność z innymi urządzeniami, to aparatura zastępcza również musi być z nimi kompatybilna.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę w zakresie pakietu 61.

Pyt. 21

Dotyczy zapisów SWZ – załącznik nr 6 – par. 3 – dla pakietu 61

Prosimy o zmianę zapisu w par. 3, pkt. 5 na „W momencie, gdy Wykonawca nie przystąpi do czynności przeglądu i konserwacji w terminie wynikającym z par. 2, ust. 5, czynności te mogą być zlecone innemu autoryzowanemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uzyskiwania upoważnienia sądu powszechnego.”

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 22

Dotyczy zapisów SWZ – załącznik nr 6 – par. 7 – dla pakietu 61

Prosimy o zmianę zapisu w par. 7, pkt. 3 na „Reklamacje Zamawiającego będą rozpatrywane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania urządzania (wyslanego do serwisu na koszt Wykonawcy)”

Odp. Zamawiający wymaga w ciągu 3 dni w zakresie pakietu 61.

Pyt. 23

PAKIET	NR	26
Czy Zamawiający będzie wymagał autoryzacji serwisu potwierdzonej odpowiednim dokumentem wystawionym przez producenta urządzenia?		

Odp. Zamawiający nie będzie wymagał.

Pyt. 24

DOTYCZY	ZAPISÓW	UMOWY:	
§	2	PKT.	6

Czy Zamawiający dopuści czas reakcji 48 godzin licząc od otrzymania zgłoszenia?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 25

DOTYCZY	ZAPISÓW	UMOWY:	
§	2	PKT.	7

Czy Zamawiający dopuści 3 dni robocze?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 26

DOTYCZY	ZAPISÓW	UMOWY:	
§	2	PKT.	8

Czy Zamawiający dopuści 10 dni roboczych?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 27

DOTYCZY **ZAPISÓW** **UMOWY:**
§ **3** **PKT.** **5**
Czy Zamawiający zmieni zapis na następujący:
„W momencie, gdy Wykonawca nie przystąpi do czynności przeglądu i konserwacji w terminie wynikającym z § 2 ust. 5, czynności te mogą być zlecone innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uzyskiwania upoważnienia sądu powszechnego, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania danej czynności”?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 28
DOTYCZY **ZAPISÓW** **UMOWY:**
§ **7** **PKT.** **3**
Czy Zamawiający dopuści rozpatrzenie reklamacji w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 29
DOTYCZY **ZAPISÓW** **UMOWY:**
§ **9** **PKT.** **1** **a)**
Czy Zamawiający zmieni zapis na następujący: „za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia, za każdy dzień zwłoki, jeżeli wina będzie leżeć po stronie Wykonawcy, bądź po stronie Zamawiającego w tej samej wysokości 2%”
Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pyt. 30
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 26 pozycji 13 i 14. To jest myjnia endoskopowa i szafa endoskopowa. Nie wszystkie firmy serwisujące endoskopy zajmują się również serwisem myjni endoskopowych i szaf endoskopowych. Wydzielenie tych dwóch urządzeń umożliwi innym firmom również przystąpienie do przetargu i zwiększy konkurencyjność cenową ofert.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu 26 poz.13 i 14 tworząc z niej pakiet 26a.

Pyt. 31
– dotyczy Pakietu nr 13, 14, 15, 40, 49, 58; SWZ rozdział IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Czy w trosce o życie i zdrowie pacjentów, oraz zapewnienie usług na najwyższym poziomie, Zamawiający będzie wymagał od wykonawców w odniesieniu do przedmiotowych pakietów, w celu potwierdzenia zdolności technicznej do ich wykonania, certyfikatu szkoleniowego wydanego przez producenta lub inny podmiot mający wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001 i ISO 13485:2016 w zakresie instalacji oraz serwisu wyrobów medycznych wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej?
Tylko spełnienie przedmiotowego warunku zapewni Zamawiającemu właściwy poziom jakości wykonania usługi.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę w zakresie pakietu 13,14,15,40,49,58.

Pyt 32
dot zad 41

W przedmiotowym pakiecie znajdują się respiratory Savina, które zgodnie z dokumentacją techniczną powinny mieć wymienione turbiny, jako część zamienna podczas wykonywania procedury przeglądowej.

Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany turbiny w przedmiotowych respiratorach od wszystkich Wykonawców?

Odp. Zamawiający nie będzie wymagał wymiany turbiny przy przeglądzie.

Pyt 33

dot zad 41

W przedmiotowym pakiecie znajdują się aparaty do znieczulania Fabius GS premium wyposażone w analizatory gazów SCIO, parowniki Vapor i moduły zwioczenia mięśni tofscan, a także kardiomonitorzy Visty 120. **Czy Zamawiający będzie wymagał kalkulacji tych urządzeń stanowiących pełne stanowisko do znieczulania?**

Odp. Zamawiający będzie wymagał kalkulacji tych urządzeń stanowiących pełne stanowisko do znieczulenia.

Pyt 34

dot zad 41

W przedmiotowym pakiecie znajdują się aparaty do znieczulania Fabius GS premium wyposażone w moduły tofscan. Aby wykonać pełną procedurę przeglądową należy dokonać kalibracji za pomocą specjalistycznego oprogramowania i urządzeń kontrolno pomiarowych. W innym przypadku moduły będą błędnie wskazywały wartości, a użytkowanie ich będzie miało bardzo duży wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta i użytkowników. **Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dokonania pełnej procedury przeglądowej i kalibracji za pomocą specjalistycznego oprogramowania i urządzeń kontrolno pomiarowych?**

Odp. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dokonania pełnej procedury przeglądowej i kalibracji za pomocą specjalistycznego oprogramowania i urządzeń kontrolno pomiarowych.

Pyt. 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 36

Wzór umowy §9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do:

a) 0,2%?

Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 37

Dot. pakietu nr 26. Czy jest możliwość wydzielenia z pakietu nr 26 pozycji nr 14 - szafa na endoskopy?

Odp. Zgodnie z odpowiedzią w pyt. 30.

Pyt. 38

Czy Zamawiający w Pakiecie 20 poz. 3 ma na myśli stół operacyjny BRUMABA GENIUS o numerze seryjnym 1087?

Odp. W Pakiecie 20 poz. 3 dotyczy stołu operacyjnego BRUMABA GENIUS o numerze seryjnym 1087.

Pyt. 39

Dot. SWZ – pakiet 11 /diatermia Erbe/
Z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, wnioskujemy o objęcie pakietu nr 11 wymogiem dysponowania przez Wykonawcę upoważnieniem (autoryzacją) producenta na świadczenie usług serwisowych w jego imieniu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 40

Dot. SWZ – pakiet 11 /diatermia Erbe/
Z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, wnioskujemy o objęcie pakietu nr 11 wymogiem dysponowania przez Wykonawcę osobami posiadającymi pisemne potwierdzenia odbytych szkoleń serwisowych u producenta urządzeń jak w pakiecie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 41

Dot. SWZ pkt.IV.3b.5d
Wnioskujemy o informację czy wymóg posiadania zdolności technicznej i zawodowej w postaci co najmniej 10 okresowych przeglądów technicznych oznacza wykonanie co najmniej 10 przeglądów pojedynczych urządzeń czy realizację co najmniej 10 Umów/zleceń na przeglądy urządzeń odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia?

Odp. Zamawiający wymaga realizację min 4 pojedynczych urządzeń.

Pyt. 42

Dot. SWZ – pakiet 11 /diatermia Erbe/
Wnioskujemy o potwierdzenie, że Wykonawca dla pakietu nr 11 zobowiązany jest posiadać określone przez instrukcje serwisowe producenta narzędzia serwisowe niezbędne do realizacji zapisów Umowy tj. przeprowadzania przeglądów, napraw i kalibracji diatermii Erbe oraz posiadać legalny dostęp do aktualnego oprogramowania i kodów serwisowych.

Odp. Zamawiający wymaga przeprowadzania przeglądów, napraw i kalibracji diatermii Erbe oraz posiadać dostęp do aktualnego oprogramowania i kodów serwisowych.

Pyt. 43

Dot. SWZ – pakiet 11 /diatermia Erbe/
Wnioskujemy o potwierdzenie, że Wykonawca dla pakietu nr 11 zobowiązany jest posiadać legalny dostęp do oprogramowania systemowego urządzeń, zdolność do wykonywania aktualizacji oprogramowania systemowego urządzeń oraz wykonać podczas przeglądu technicznego aktualizację oprogramowania systemowego diatermii do wersji zalecanej przez producenta.

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 44

Dot.

Umowa

Wnioskujemy o wprowadzenie do Umowy poniższego lub równoważnego zapisu: „W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu z powodu braku części zamiennych z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiegokolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony oraz postanowień o karach umownych określonych w SIWZ.” Prośbę motywujemy faktem, iż dla aparatów starszych niż np. 10 lat wytwórca może już nie zasilać serwisu w części zamienne, co nie jest zależne od Wykonawcy i powoduje ograniczenie możliwości wykonania naprawy i diagnostyki usterek i awarii.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 45

– SWZ, Pakiet nr 26 - Wykonanie przeglądów technicznych i napraw

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu pozycję nr: 13 - Myjnia endoskopowa (pakiet 26)

Wskazujemy, iż zgodnie z art. 16 pkt 1) PZP, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Ponadto, zaznaczamy, iż w wyroku KIO nr 1859/19 z 4.10.2019 r. KIO potwierdziła, iż połączenie wielu urzędzeń w jeden pakiet stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Wydzielenie ww. pozycji do oddzielnego pakietu dopuści do udziału w przetargu małe i średnie przedsiębiorstwa, a zatem zwiększy konkurencję. W konsekwencji powyższe pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie konkurencyjnych ofert pod względem cenowym i jakościowym.

W konsekwencji, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w trosce o zachowanie zasad konkurencji oraz prawidłowe wykonanie zamówienia, wydzieli do osobnego pakietu wskazaną w pakiecie nr 26 pozycję 13 - myjnia endoskopowa .

Odp. Odp. zgodnie z odpowiedzią w pyt. 30.

Pyt. 46

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie: (dot. pak. nr 61)

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego jednostkowego zamówienia, za każdy dzień zwłoki, jeżeli wina będzie leżeć po stronie Wykonawcy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego jednostkowego zamówienia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kar umownych w wysokości 0,5% ., jednak wyraża zgodę na zmianę wartości nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanego jednostkowego zamówienia.

Pyt. 47

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie: (dot. pak. nr 61)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 9 ust. 2 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 48

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie: (dot. pak. nr 61)

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie faktur na email: faktury@szpitalprzasnysz.pl

Pyt. 49

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie: (dot. pak. nr 61)

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na 3 dni.

Pyt. 50

Czy Zamawiający w Pakiecie 20 odstąpi od wymogu przedstawienia wykazu dostaw w przypadku zaoferowania usług serwisowych przez autoryzowanego przedstawiciela?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składnia ofert do dnia 25.01.2023 r godz. 10:00, termin otwarcia ofert do dnia 25.01.2023 r godz. 10:15.

**Z poważaniem
Dyrektor
SPZZOZ w Przasnyszu
Mgr Zbigniew Makowski**