



INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych”

Pytanie nr 1 - Pakiet nr 26 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną silikonową z przezroczystą kopułą, dobrze przylegającym mankietem nie wymagającym napełnienia, możliwość stosowania w MRI, wielokrotnego użytku, przeznaczona do sterylizacji w temperaturze 134 ° C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 2 - Pakiet nr 29 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę w 2 pojedynczych rozmiarach 3 oraz 4 do wyboru Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 - Pakiet nr 29 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowego użytku wykonany z PCV, worek samorozprężalny wyrównujący siłę uciśnięć o pojemności 1650ml, objętość rezerwuaru tlenu 2000 ml, dren tlenowy o długości 2,1 m, maska twarzowa w rozmiarze 5 dla dorosłych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 4 - Pakiet nr 29 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści worek bez uchwytu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 - Pakiet 6 Poz. 1

Prosimy o podanie marki oraz modelu urządzenia, z którym ma być kompatybilny przewód.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że chodzi o Rejestrator holter 3 kanałowy prod. BTL model BTL - 08 Holter R3

Pytanie nr 6 - Pakiet 6 Poz. 2

Prosimy o podanie marki oraz modelu urządzenia, z którym ma być kompatybilny przewód.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że chodzi o Rejestrator holter 12 kanałowy: prod. BTL model BTL-08 Holter R12

Pytanie nr 7 - Pakiet 7 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie długości przewodu 5m

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 8 - Pakiet 7 Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie długości przewodu 5m

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 9 - Pakiet 7 Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie długości przewodu 5m

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 10 - Pakiet 10 poz. 8.

Prosimy o dopuszczenie długości 2,5m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 11 - Pakiet 10 poz. 12, 13, 15, 16.

Prosimy o dopuszczenie długości odprowadzeń 1m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 12 - Pakiet 10 poz. 19.

Prosimy o dopuszczenie mankietów o wymiarach: obwód kończyny 26-35,5cm, dł. 51,5cm, szer. 13,5 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 13 - Pakiet 10 poz. 20.

Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze: 34-47cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 14 - Pakiet 10 poz. 22

Prosimy o dopuszczenie mankietów o wymiarach: długość 50cm, szerokość: 14,5cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 15 - Pakiet 10 poz. 24

Prosimy o dopuszczenie mankietów o wymiarach: dł. 78cm, szer. 22cm,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 17 - Pakiet 10 poz. 25

Prosimy o dopuszczenie długości przewodu 90 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 18 - Pakiet 10 poz. 26

Prosimy o dopuszczenie długości przewodu 90 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 19 - Pakiet 10 poz. 27

Prosimy o dopuszczenie długości przewodu 90 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 20 - Pakiet 10 poz. 31-38

prosimy o dopuszczenie długości przewodu równej 2,5m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 21 - Pakiet 10 poz. 40

Prosimy o dopuszczenie długości drenu równej 2,5m.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 22 - Pakiet 19

Prosimy o odstąpienie od wymogu mankietu typu C-Fusor oraz dopuszczenie mankietów z manometrem obrotowym,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 23 pakiet nr 9- akcesoria do elektrochirurgii.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 20 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia dla zadania nr 9?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy do 20 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia dla zadania nr 9..

Pytanie nr 24 pakiet nr 9- akcesoria do elektrochirurgii.

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §10 ust. 1 na następującą treść:

§ 10

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni.
 - 2) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia częściowego, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 1 umowy,
 - 3) za zwłokę w dotrzymaniu terminu o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy 0,5% wartości reklamowanego sprzętu, za każdy dzień zwłoki

W przypadku umów na dostawy częściowe kary na zwłokę powinny być naliczane od asortymentu którego ta zwłoka dotyczy. Tak jak w przypadku opóźnień w płatnościach, kary są naliczane od niezapłaconej faktury a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Przy niezmienionej treści umowy istnieje możliwość, że w przypadku zwłoki w dostarczeniu lub wymianie asortymentu o niewielkiej wartości kary za zwłokę w dostawie będą znacznie przewyższały wartość zamówionego asortymentu.

Również w przypadku kary za odstąpienie od umowy przy umowach długoterminowych kara ta powinna być naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy. W innym przypadku może zaistnieć sytuacja naliczenia bardzo wysokich kar nawet w przypadku kiedy umowa została należycie zrealizowana nawet w 95%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 25 pakiet nr 9- akcesoria do elektrochirurgii.

Czy w związku z tym, że oferowany asortyment jest pakowany w opakowania zbiorcze po 6 szt. i nie zaleca się ich rozpakowywania, Zamawiający potwierdzi, że będzie zamawiał towar w pełnych opakowaniach - 6 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 26 pakiet nr 9- akcesoria do elektrochirurgii.

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych) wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem że Wykonawca określi minimalną ilość użyć w okresie gwarancji.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca Dyrektora
ds. Finansów i Administracji
mgr Mariola Dwornikowska-Grabowska

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak