

Milicz, 10.07.2024 r.

**Dotyczy:** Dostawa stanowisk do znieczuleń dla dorosłych i dzieci dla Milickiego Centrum Medycznego w Miliczu

Nr sprawy MCM/WSM/ZP13/2024

Zamawiający, działając na podstawie art.135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy?

**Odpowiedź: TAK**

2. Dotyczy SWZ / przedmiotowe środki dowodowe

Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oświadczenie autoryzowanego dystrybutora lub producenta.**



### **3. Dotyczy SWZ / przedmiotowe środki dowodowe**

Z uwagi na wielkość pliku, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby instrukcja obsługi została doręczona przy dostawie, razem ze sprzętem np. w wersji PDF na płycie lub pendrive, zamiast razem z ofertą jako przedmiotowy środek dowodowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie instrukcji przy dostawie**

### **4. Dotyczy wzór umowy §8 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zapłata za realizację przedmiotu umowy nastąpiła w terminie do 45 dni od daty otrzymania faktury VAT?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**


### **5. Dotyczy wzoru umowy §9 ust. 7**

Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 7 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **6. Dotyczy wzoru umowy §9 ust. 12**

Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanym dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i



pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu umowy: *„Jeżeli Wykonawca, po wezwaniu do wymiany przedmiotu umowy lub usunięcia wad, nie dopełni obowiązku wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w ciągu 7 dni roboczych (tj. od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad w drodze wykonawstwa zastępczego innemu autoryzowanemu przez producenta serwisowi na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. Skutek określony w zdaniu poprzedzającym dotyczy również sytuacji, w których Wykonawca nie odebrał reklamowanego przedmiotu umowy.”*

#### **Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji zapisów**

##### **7. Dotyczy wzoru umowy §9 ust. 17**


W nawiązaniu do pytania powyżej, wnioskujemy o zmianę zapisu w następujący sposób:

*Jeśli Wykonawca nie dokona naprawy w terminie, lub jeśli po usunięciu usterki lub awarii urządzenie nadal nie będzie w pełni sprawne, Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia naprawy innemu autoryzowanemu punktowi serwisowemu producenta na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody sądu oraz naliczenia Wykonawcy kar umownych.*

#### **Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji zapisów**

##### **8. Dotyczy wzoru umowy §9 ust. 18**

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie



przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

*„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **9. Dotyczy wzoru umowy §10 ust. 1 ppkt 1) oraz ppkt 3)**

Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

**Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany w SWZ.**

#### **9. Dotyczy wzoru umowy §10 ust. 1 ppkt 1)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiając Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Umowa nie dotyczy realizacji zamówienia w częściach. Samo dostarczenie urządzeń nie powoduje, że zamawiający może z nich korzystać bez narażenia się na zarzuty np. o uszkodzenie sprzętu.**



**10. Dotyczy wzoru umowy §10 ust. 1 ppkt 2)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli zobowiązania z tyt. gwarancji i rękojmi czy innych obowiązków określonych umowie będą w zdecydowanej mierze zrealizowane (a zwłoka będzie dot. jednego urządzenia), to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiając Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zapis w tej treści, ale dokona modyfikacji zapisów**

**11. Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na samodzielne dopisanie przez Wykonawcę ilości „1” w wierszu dotyczącym szkolenia pracowników?

**Odpowiedź: do przeszkolenia jest 25 osób.**



W związku udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w następujących punktach:

1. IV. ppkt. 1. otrzymuje brzmienie: Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.
2. X ppk. 12 otrzymuje brzmienie: Osobą upoważnioną do komunikowania się z Wykonawcami, wyznaczoną przez Zamawiającego są : Elżbieta Janicka -Suchacz i Dawid Machnik
3. XIV 1. otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 15 sierpnia 2024 r.”
4. XV. ppkt. 1 g) otrzymuje brzmienie:

Przedmiotowe środki dowodowe składanych przez Wykonawcę na potwierdzenie, że dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:

♣ karty techniczne, katalogi, foldery lub opisy przedmiotu zamówienia potwierdzające parametry techniczne opisane w specyfikacji technicznej, w przypadku, gdy dokument nie potwierdza parametru -Zamawiający dopuszcza oświadczenie autoryzowanego dystrybutora lub producenta o posiadaniu przez oferowane urządzenia określonego parametru - jednak Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku, gdy Wykonawca dostarczy tylko oświadczenie autoryzowanego dystrybutora lub producenta zamiast dokumentów, o których mowa wyżej,

♣ deklaracja zgodności CE (WE) na zaoferowane urządzenie

♣ wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych i produktów biobójczych na zaoferowane urządzenie;

5. pkt. XVII ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 17.07.2024r. do godziny 09:00

6. pkt. XVIII ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2024r. do godziny 09:05

Zmianie ulega też treść załączników nr 2 i 4. Nowa treść w załączeniu .

