



SZPITAL PUCKI SP. Z O.O.
84-100 Puck, ul. 1 Maja 13A

SEKRETARIAT PREZESA ZARZĄDU
Tel. 58 690-43-00, faks 58 333-40-91
mail: sekretariat@szpitalpucki.pl



Puck, dn. 06.02.2023 r.

dotyczy: w trybie podstawowym bez negocjacji w postępowaniu na sukcesywna dostawa szwów chirurgicznych, siatek przepuklinowych i materiałów medycznych, znak ZP/03/2023

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	<p>1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1, 2:</p> <p>1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia terminu określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia częściowego.</p> <p>2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wyrób wolny wad w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 4 ust. 10, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy.</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.</p>
2.	<p>W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w §4 ust. 10 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.</p>	<p>W §4 ust. 10 wzoru umowy określono termin na rozpatrzenie reklamacji w wymiarze 7 dni. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.</p>
3.	<p>Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?</p>	<p>W § 6 dopisuje się ust. 7 o brzmieniu: Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy i dostarczenia ich w wersji elektronicznej do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@szpitalpucki.pl</p>

4.	Czy Zamawiający w zakresie nr 10 w pozycji 1 i 2 wymaga zaoferowania siatki z pasami wzmacniającymi implant, o wielkości porów 1,5 mm ² , oraz o grubości nici w splocie siatki 0,123 mm dla nici białej i 0,15 mm dla nici niebieskiej?	Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania siatki z pasami wzmacniającymi implant, o wielkości porów 1,5 mm ² , oraz o grubości nici w splocie siatki 0,123 mm dla nici białej i 0,15 mm dla nici niebieskiej.
----	---	---

Z poważaniem

Członek Zarządu
Iwona Topka

Wyk. K.T.

Data wyk.: 06.02.2023 r.