

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

### Przedmiot zamówienia: Łóżeczka pediatryczne

Wymagane parametry i funkcje	
L.p.	Wymagany parametr

Łóżko dziecięce	
1.	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Kolor lakieru do wyboru przez użytkownika - możliwość lakierowania w dwóch kolorach.
2.	Łóżko z możliwością lakierowania w dwóch kolorach wybranych elementów.
3.	Łóżko składające się z leża z poręczami, podstawy łóżka połączonych z boku kolumnami
4.	Szerokość całkowita: 750 mm ( $\pm$ 20 mm )
5.	Długość całkowita: 1500 mm ( $\pm$ 50 mm )
6.	Wysokość całkowita: 1320 mm ( $\pm$ 50 mm )
7.	Wysokość leża: regulowana w zakresie min od 650 do 900 mm
8.	Możliwość manualnej regulacji leża do pozycji Trendelenburga min. 8 <sup>0</sup> oraz anty-Trendelenburga min. 8 <sup>0</sup>
9.	Leże łóżeczka o wymiarach min. 1250 x 600 mm
10.	Łóżeczko wyposażone w opuszczane barierki boczne. mechanizmem nożnym – po jednym pedale zwalniającym z obu stron łóżeczka – możliwość ustawiania poręczy w sposób płynny lub w min 3 pozycjach
11.	Poręcze boczne dodatkowo wyposażone w wstawki ozdobne z płyty HPL (możliwość wyboru koloru płyty oraz wzoru frezowanego) o wymiarach wys. 750 mm x szer. 210 mm (+/-20 mm).
12.	Każda z poręczy bocznej po opuszczeniu zapewniająca dostęp do leżącego pacjenta z trzech stron
13.	leże jednosegmentowe z wypełnieniem siatką montowaną na stałe
14.	Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min 100 mm z czego 2 mają posiadać blokadę jazdy i obrotu
15.	Podstawa łóżeczka wyposażona w tworzywową osłonę z możliwością wyboru koloru – min. biały i szary. Osłona posiadająca miejsce na rzeczy pacjenta
16.	Łóżko zaopatrzone w 4 krążki odbojowe

17.	Możliwość montażu na łóżku wieszaka kroplówki
18.	<p>Wyposażenie:</p> <p>1. materac na łóżeczko o następujących cechach (po 1 sztuce na łóżko):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiar dostosowany do wymiarów leża</li> <li>- Wkład – pianka</li> <li>- Pianka o gęstości min. T 25 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu</li> <li>- Wykonana z materiałów antyalergicznym,</li> <li>- Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m<sup>2</sup></li> <li>- Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny)</li> </ul> <p>18.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze</li> <li>- Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m<sup>2</sup>/24h w temperaturze 38°C</li> <li>- Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą.</li> <li>- Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych.</li> <li>- Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru</li> <li>- Pranie w temp. Do 95°C</li> <li>- Odporny na dezynfekcję termiczną , parową w 105°C. I prasowanie do 110°C</li> <li>- Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty</li> <li>- Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 – dołączyć do oferty</li> <li>- raport z badania wyznaczania odporności na przenikanie bakterii na mokro</li> <li>- deklaracja zgodności CE</li> <li>- 2. wieszak kroplówki</li> </ul>