

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 05.10.2022 r.

L.dz.SZP/ZP/2698/2022

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę szybkich testów laboratoryjnych oraz barwników (postępowanie nr 10/2022)

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Prosimy o wyłączenie pozycji 8, 9, 12, 13, 14, i 24-30 z pakietu **zbiorczego** utworzenie z niej odrębnego pakietu Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionych w Zadaniu zbiorczym uniemożliwiająca składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu (testy innego rodzaju) co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 16 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP:

- 1) art. 16 pkt. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;
- 2) art. 99 ust. 4, 5 w zw. z art. 16 pkt. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;
- 3) art. 99 ust. 4, 5 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte

w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

Odp. Zamawiający nie przychyliła się do prośby Wykonawcy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 1 testu o cut off 10 ng/ml czułości 98% i swoistości 98,7%?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 2 test o czułości 96,2%, swoistości 97,8% konfekcjonowane 10 szt/op. oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań zbiorczych?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 3 testu o czułości 96,8%, swoistości 93% konfekcjonowanego 25 szt/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań zbiorczych?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 4 testu o czułości > 99,9%, swoistości 99,7% konfekcjonowane 25 szt/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 5 testu o czułości 97,6%, swoistości 97,8% konfekcjonowane 25 szt/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 6 testu o czułości 98,8% i swoistości 98,4%?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 7 testu o parametrach dla: Norowirusa: czułość 95,7% swoistości 91,7%; dla Rotawirusa czułość 97,3%, swoistość 97,1%; dla Adenowirusa czułość 95,2%, swoistość 97,7% konfekcjonowane 10 szt/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 16 testu o czułości 97,8%, swoistości 99% konfekcjonowane 10 szt/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 17 testy o czułości i swoistości 99,9% konfekcjonowany 25 szt/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 18 testu o czułości 95,2%, swoistości 93,5% konfekcjonowany 25 szt/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 19 testu o czułości dla grypy A (H3N2) – 5,5ngHa/ml oraz dla grypy B – 78 ng/ml?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 20 testu dla wymazu z szyjki macicy czułość 93,3%, swoistości 97,5% oraz dla wymazu z cewki moczowej i moczu mężczyzn czułość 86,2%, swoistość 95,8%?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 21 testu o czułości 98,2% i swoistości 98,6%?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 22 testu o czułości 98,7% i swoistości 98,3%?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 23 testu o czułości 92,7% i swoistości 98%?

Odp. Zgodnie z SWZ.

