

wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 30.04.2024
EZ/350/33/2024/.....303

Wg rozdzielnika

Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne
Dotyczy: 33/2024 **Dostawa doposażenia Centralnego Bloku Operacyjnego**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605.), udziela odpowiedzi na pytania:

PYTANIE

Pakiet nr 2

Zwracamy się o dopuszczenie do oceny myjni równoważnej lub lepszej o lepszych parametrach energetycznych (niższe koszty eksploatacji), która bez użycia dodatkowego bojlera do wstępnego grzania oferuje szybkie procesy mycia i dezynfekcji. Zamawiający w zgodzie z ustawą PZP powinien określić jaki parametr użytkowy chce poddać ocenie. Wymaganie sposobu podgrzewania wody, by osiągnąć efekt, którego Zamawiający nie precyzuje jest sprzeczne z zapisami o uczciwej konkurencji i faworyzuje jedno rozwiązanie konstrukcyjne.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie może dopuścić „myjni równoważnej lub lepszej o lepszych parametrach energetycznych (niższe koszty eksploatacji), która bez użycia dodatkowego bojlera do wstępnego grzania oferuje szybkie procesy mycia i dezynfekcji”, gdyż w pytaniu nie zostały zawarte żadne parametry energetyczne oferowanej myjni i Zamawiający nie może porównać czy rzeczywiście są one lepsze i pozwalają na osiągnięcie tego samego efektu w krótszym czasie.

PYTANIE

Pakiet nr 2

Zwracamy się o dopuszczenie do oceny myjni równoważnej lub lepszej wyposażonej w drzwi pełne ze stali nierdzewnej. Uprzejmie informujemy, że oferowana mylnia umożliwia pełną kontrolę procesu, jego faz i poprawność przebiegu dzięki dużemu wyświetlaczowi sterownika, a możliwość obserwacji wnętrza komory nie ma żadnego uzasadnienia. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę zamawiającego, że pełne drzwi zapewniają znacząco, nieporównywalnie lepszą izolację termiczną od otoczenia co ma niebagatelny wpływ na komfort pracy personelu medycznego na bloku operacyjnym.

ODPOWIEDŹ

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
mgr Marcin Schneider

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga myjni z przeszklonymi drzwiami i podświetleniem. Wynika to z doświadczenia Zamawiającego, gdyż obecnie posiada myjnie z pełnymi drzwiami.

PYTANIE

Pakiet nr 2

Zwracamy się o dopuszczenie do oceny myjni równoważnej lub lepszej wyposażonej w komorę z przeszklonymi drzwiami zapewniającymi doskonały wgląd do wnętrza, dzięki zastosowanej technologii niewymagającej podświetlenia LED.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga oświetlenia komory z przeszklonymi drzwiami w celu możliwości identyfikacji obuwia lub innych przedmiotów wewnątrz pracującej myjki. W pytaniu nie została opisana technologia, która nie wymaga podświetlenia, aby zapewnić „doskonały wgląd do wnętrza”, wobec czego Zamawiający nie może zweryfikować takiego rozwiązania.

Nowoczesne rozwiązania nawet urządzeń AGD proponują prostą formę oświetlenia komory, tak aby przy przeszklonych drzwiach nie trzeba było dopatrywać się co stanowi wsad i na jakim etapie jest proces.

PYTANIE

Pakiet nr 2

Zgodnie z zapisami PZP o uczciwej konkurencji prosimy o dopuszczenie do oceny myjni równoważnej lub lepszej z komorą mieszczącą 28 butów operacyjnych o pojemności 147 litrów.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający określił parametr ilości obuwia na min. 20 szt. , wobec czego proponowana ilość 28 szt. mieści się w opisie przedmiotu zamówienia.

Dopuszcza również obniżenie pojemności komory do 147 litrów.

PYTANIE

Pakiet nr 2

Zgodnie z zapisami PZP o uczciwej konkurencji prosimy o dopuszczenie do oceny myjni równoważnej lub lepszej o znacząco niższych kosztach eksploatacji, a w szczególności niższym zużyciu energii

elektrycznej wyposażonej w bardzo wydajną i energooszczędną grzałkę zapewniającą szybkie programy bez użycia dodatkowego bojlera do wstępnego grzania. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę zamawiającego, że oferowana myjnia dzięki lepiej zaprojektowanej komorze (mniejszy litraż), a jednocześnie większej o 40% możliwej ilości butów w jednym procesie (28 szt.) znacząco obniży koszty eksploatacji oraz pozwoli na mycie i dezynfekcję większej ilości w tym samym czasie.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie może dopuścić „myjni równoważnej lub lepszej o znacząco niższych kosztach eksploatacji, a w szczególności niższym zużyciu energii elektrycznej wyposażonej w bardzo wydajną i energooszczędną grzałkę zapewniającą szybkie programy bez użycia dodatkowego bojlera do wstępnego grzania”, gdyż w pytaniu nie zostały zawarte żadne parametry energetyczne oferowanej myjni i Zamawiający nie może porównać czy rzeczywiście są one lepsze i pozwalają na osiągnięcie tego samego efektu przy zmniejszonym zużyciu energii i w krótszym czasie.

PYTANIE

Pakiet nr 2

Zgodnie z zapisami PZP o uczciwej konkurencji prosimy o dopuszczenie do oceny myjni równoważnej lub lepszej wyposażonej w drzwi pełne ze stali nierdzewnej, a co za tym

idzie bez konieczności oświetlania wnętrza komory. Wymaganie przeszklonych drzwi w myjni podbłatowej jest zawężeniem uczciwej konkurencji przez wskazanie na producenta Steelco, a parametr ten nie ma żadnego merytorycznego związku z jakością procesów mycia i dezynfekcji.

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga myjni z przeszklonymi drzwiami i podświetleniem. Wynika to z doświadczenia Zamawiającego, gdyż obecnie posiada myjnie z pełnymi drzwiami.

PYTANIE

Pakiet nr 2

Zamawiający wymaga zakresu temperatur suszenia, które mogą mieć destrukcyjny wpływ na buty operacyjne. Odporność obuwia operacyjnego na termodezynfekcję nie gwarantuje odporności na temperatury powyżej 105-110 oC. W związku z tym prosimy o dopuszczenie do oceny urządzeń z nastawą temperatury suszenia do 105 lub 110 oC

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Obuwie operacyjne posiada odporność na temperaturę do 134°C, gdyż może podlegać procesowi sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu, i przedział temperatury suszenia Zamawiający określił zgodnie z wytrzymałością posiadanego obuwia operacyjnego.

PYTANIE

Pakiet nr 2

Zgodnie z zapisami PZP o uczciwej konkurencji wnosimy o odstąpienie od wymagania konkretnych rozmiarów wózka wsadowego. Jedyne merytoryczne kryterium to możliwa ilość butów mytych w jednym procesie. Konkretny wymiar wózka dotyczą konkretnego producenta, a w związku z tym zapis wyposażenia dodatkowego stoi w jawnej sprzeczności z zapisami PZP wskazując jedno konkretne rozwiązanie i jednego konkretnego producenta.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający opisał urządzenia „Myjnia dezynfektor do mycia obuwia operacyjnego oraz mycia różnych przedmiotów medycznych wielorazowego użytku”. Wyposażenie dodatkowe oraz wymiary wózka wsadowego nie dotyczą potrzeby przez Zamawiającego mycia obuwia operacyjnego, a drugiej części opisu. Wymiary wózka zostały podane dla opisanego przez Zamawiającego urządzenia. Jeżeli Oferent posiada inny wózek, kompatybilny z urządzeniem, to musi zachować zasadę: kosz posiadający dwa poziomy mycia dla misek i innych przedmiotów medycznych wielorazowego użytku oraz jakość stali z jakiej jest wykonany tj. stal nierdzewna wg. AISI 304. Wymiary wózka będą wobec tego dostosowane do oferowanego urządzenia.

PYTANIE

Dotyczy rozdziału V SWZ

W związku z tym, że Zamawiający w SWZ przewidział tylko uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, czy dopuści również wyjaśnienia treści przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z Art. 107 ust. 4 ustawy PZP?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający przewidział możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. Tym samym czyni zadość art. 107 ust. 2- w przypadku nie złożenia przedmiotowych środków dowodowych. Aby skorzystać z takiej przesłanki Zamawiający winien jest przewidzieć ją w ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Art. 107 ust. 4 o który pyta Wykonawca dotyczy możliwości żądania wyjaśnień. Wynika wprost z przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i nie wymaga przewidzenia w ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Zamawiający odpowiada tym samym iż w przypadku wątpliwości skorzysta z zapisu powyższego artykułu.

PYTANIE

Dotyczy §2 ust. 11 projektu umowy

Czy Zamawiający w zamian za protokół przekazania dopuści możliwość przedłożenia dokumentu WZ zawierającego numery katalogowe, numery seryjne oraz nazwę produktu jako potwierdzenie wykonania dostawy.

ODPOWIEDŹ

Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymogu wypełnienia i podpisania protokołu przekazania, który stanowi załącznik do umowy. Proponowany w pytaniu dokument może zostać podpisany przez Zamawiającego, jeżeli procedury Oferenta tego wymagają. Wszystkie wymienione w zapytaniu dane są uwzględnione w protokole przekazania, oraz wiele innych.

PYTANIE

Dotyczy §2 ust. 14 lit. c projektu umowy

Czy Zamawiający odstąpi od zgłaszania awarii poprzez faks?

W dobie elektroniczacji Wykonawca odchodzi od komunikacji za pośrednictwem faksu. Komunikacja drogą mailową pozwala na natychmiastową wymianę informacji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę od odstąpienia od zgłaszania awarii poprzez faks

PYTANIE

Dotyczy §2 ust. 14 lit. E oraz §4 ust. 1 lit. b oraz projektu umowy


Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy po wstawieniu sprzętu zastępczego do 48h od zgłoszenia awarii Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych w przypadku napraw trwających dłużej niż terminy określone §2 ust. 14 lit. e?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający odstąpi w tym przypadku od naliczania kar.

Z poważaniem,

Z-ca Dyr. ds. ekonomicznych



Mgr inż. Magdalena Kraszewska