



Gdańsk, dnia 21 kwietnia 2020 r.

nr sprawy: D10.251.26.C.2020

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup cykloergometru wraz z oprogramowaniem w ramach projektu: „Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego” postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 061-145274 oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ CZĘŚĆ 2

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ):

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie systemu do badań wysiłkowych działającego na systemie operacyjnym Linux openSUSE? W oferowanym zestawie komputerowym dodatkowo zainstalowany jest system operacyjny Windows 10. Wybór systemu operacyjnego odbywa się w momencie włączenia komputera.

Odpowiedź:

Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej OPZ, bez zmian.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dotyczącego komunikacji z komputerem poprzez wejście RS-232? Zamawiający dopuszcza sterowanie poprzez połączenie bezprzewodowe, zatem wymóg komunikacji poprzez wejście RS-232 nie ma swojego technicznego uzasadnienia.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie cykloergometru z zakresem obrotów w przedziale 30-160 obr./min.?

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu określającego położenie siedziby Wykonawcy? Określenie wymogu terytorialnego, że sprzęt będzie dostarczany w województwie pomorskim, w odległości maksymalnie 140 km od siedziby Zamawiającego, ma charakter dyskryminujący dla Wykonawców, którzy mają swoje siedziby poza terytorium województwa pomorskiego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że instalacja urządzenia odbędzie się w Szpitalu współpracującym z Zamawiającym w odległości maksymalnie 140 km od siedziby Zamawiającego.



Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie sprzętu zastępczego wyłączenie w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 10 dni roboczych? (wzór umowy §6 pkt 13).

Odpowiedź:

Zapisy umowy pozostają bez zmian, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 6 (dot. kryteria oceny):

Prosimy Zamawiającego o sprawdzenie czy nie zaszła omyłka w sposobie oceniania ofert. W SIWZ jest: kryterium ceny 60%, kryterium gwarancji 10%, kryterium parametrów technicznych 20% co razem daje 90% a nie 100%.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w powyższym zakresie (tabela w pkt 2 § XVI, kolumna OKRES GWARANCJI) na :

Waga kryterium OKRES GWARANCJI - 20%,
Wykonawca może otrzymać max 20 punktów.

Pytanie nr 7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzeń fabrycznie nowych, niepowystawowych, których rok produkcji to 2019.

Odpowiedź:

OPZ bez zmian.

Pytanie nr 8 (dot. OPZ- pkt 5 tabeli):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cykloergometru z zakresem obrotów od 30 do 130 obrotów na minutę.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 9 (dot. OPZ- pkt 3 tabeli):

Prosimy o dopuszczenie cykloergometru z hamulcem sterowanym elektronicznie bez opcji pomiaru momentu obrotowego.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie nr 10 (dot. OPZ- pkt 9 tabeli):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cykloergometru z zakresem pomiaru HR od 35 do 230 uderzeń na minutę.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 11 (dot. OPZ- pkt 3 Hamulec sterowany elektronicznie z opcją pomiaru momentu obrotowego):

Czy Zamawiający dopuści ergometr z hamulcem elektromagnetycznym?

Obciążenie niezależne od prędkości jest zapewniane przez wysokiej klasy hamulec wiropądowy z kontrolowanym komputerowo pomiarem momentu obrotowego. Ta kontrola, wraz z idealnym wymiarowaniem masy odśrodkowej, daje bardzo przyjemne uczucie



pedałowania, umożliwiając pacjentowi pełne wykorzystanie jego rezerw. Mechanizm składający się z najnowocześniejszych komponentów działa prawie bezgłośnie, nawet przy dużej prędkości.

Odpowiedź:

OPZ bez zmian.

Pytanie nr 12 (dot. OPZ- pkt 4 Zakres obciążenia min. od 10 do 400 W):

Czy Zamawiający dopuści ergometr z zakresem obciążenia w zakresie 20-400 W?

W oferowanym ergometrze rowerowym zakres mocy wynosi od 1 do 400 watów, zakres obciążenia od 20 do 400 watów.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 13 (dot. OPZ- pkt. 5 Zakres obrotów min. od 20 do 140 obrotów na minutę.):

Czy Zamawiający dopuści ergometr z zakresem obrotów w zakresie 30 - 130 obr./min?

W praktyce, prędkość powyżej 130 obr./min. w badaniach kardiologicznych nie występuje.

Wymaganie zakresu obrotów ergometru w zakresie 30 - 140 obr./min zwiększa wartość zamówienia.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 14 (dot. OPZ- pkt. 7 Wbudowany moduł EKG albo zewnętrzny moduł EKG połączony bezprzewodowo z oprogramowaniem.):

Czy Zamawiający dopuści system z zewnętrznym modułem EKG połączonym przewodowo z oprogramowaniem?

W oferowanym systemie rejestrację sygnału EKG realizujemy poprzez łącze przewodowe z zewnętrznym modułem EKG. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką jakość, oraz prawidłową analizę sygnału EKG.

Odpowiedź:

OPZ bez zmian.

Pytanie nr 15 (dot. OPZ- pkt. 9 Zakres pomiaru HR min. od 15 do 250 uderzeń na minutę.)

Czy Zamawiający dopuści system z zakresem pomiaru HR 30-300 bpm?

Oferowany zakres pomiaru HR jest większy od wymaganego.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 16 (dot. OPZ- Oprogramowanie do cykloergometru, pkt 10- Możliwość prezentacji badań w różnych konfiguracjach takich jak min.:

- uśrednione zespoły P-QRS-T z 12 odprowadzeń,

- poziom i nachylenie odcinka ST.

Czy Zamawiający dopuści system z możliwością prezentacji badań w różnych konfiguracjach takich jak min.:

- uśrednione zespoły QRS z 12 odprowadzeń

- poziom i nachylenie odcinka ST?



W oferowanym systemie, w części spoczynkowej możliwy jest pomiar odcinków: P, RP, QRS, QT/QTc, P/QRS/T, RV5/SV1, RV6/SV2.

Odpowiedź:

OPZ bez zmian.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści ergometr z zakresem prędkości obrotowych 30-130 obr./min. zgodnie z obowiązującą normą DIN VDE0750-0238.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 18

Zamawiający nie określił parametru prądowej ochrony przeciwporażeniowej dla zestawu medycznego wymaganej podczas badania wysiłkowego. Czy Zamawiający będzie wymagał takiej ochrony i czy w związku z tym Zamawiający wymagać będzie medycznego wózka z bezpiecznym zasilaniem, czy zewnętrznego transformatora separującego klasy min. 60601-1?

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał.


Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone i dołączone do niniejszego pisma w załączniku o nazwie Zał. 1B do SIWZ- zmiana_1

Jednocześnie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.05.2020 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godzinie 11:00.

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski


WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

Sporządziła: Magdalena Czerniawska – Sekretarz komisji przetargowej