



Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*serwis techniczny respiratorów*”.

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Pytanie 1, dotyczy SWZ, Załącznik nr 6.1, pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wymiana części zamienne, które nie są elementem zestawów serwisowych, odbywała się na podstawie osobnego zlecenia i nie wchodziła w zakres przedmiotowej umowy? W przypadku obligatoryjnej konieczności wymiany części, które nie wchodzą w zakres zestawów serwisowych, Wykonawcy muszą uwzględnić ich koszt w wycenie co może znacząco zwiększyć wartość oferty przy jednoczesnym braku gwarancji, że zostaną wykorzystane w okresie realizacji umowy.

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga, aby podczas przeglądu technicznego Wykonawca wymienił wymagane przez producenta zestawy serwisowe, w tym czujnik tlenu, komplet filtrów oraz akumulatory (zewnętrzne, wewnętrzne) z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta. Wyżej wymienione części powinny znaleźć się w wycenie.*

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca Dyrektora
ds. Finansów i Administracji
mgr Mariola Dwornikowska-Dąbrowska