



Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: **dostawa narzędzi chirurgicznych**

INFORMACJA NR 2

Pytanie nr 1 - Zadanie Nr 4 – Ureterorenoskop – 1 zestaw

1. Prosimy o dopuszczenie ureterorenoskopu typ kompaktowy firmy Richard Wolf GmbH o następujących, równoważnych parametrach:

- kąta patrzenia 12 stopni
- długość 43 cm
- okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ureterorenoskopu
- rozmiar płaszcza ureterorenoskopu w odcinku dystalnym 9,8 Fr., z końcówką dystalną o rozmiarze 8 Fr. umożliwiającą atraumatyczne wprowadzenie ureterorenoskopu
- kanał roboczy o wymiarach 5.2 x 6.2 Fr, z możliwością wprowadzenia jednego narzędzia 5 Fr lub 2x3 Fr, możliwość wprowadzenia narzędzia „na wprost”, jak i osiowo
- wyposażony w 2 boczne przyłącza z wymiennymi kranikami do regulacji przepływu
- wejście kanału roboczego ureterorenoskopu wyposażone w gumową uszczelkę do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych
- wejście portu wyposażone w membranę wewnętrzną zapobiegającą wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale i oraz gdy jest poza kanałem roboczym
- wejście portu wyposażone w membranę wewnętrzną zapobiegającą wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale i oraz gdy jest poza kanałem roboczym
- w pełni autoklawowalny
- informacja potwierdzającą autoklawowalność zawarta w numerze katalogowym umieszczonym na ureterorenoskopie – każdym nr katalogowym rozpoczynającym się cyfrą „8” producent potwierdza autoklawowalność danego narzędzia.
- zestaw z dedykowanym koszem o wymiarach 640 x 132 x 74 mm, przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania ureterorenoskopu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji

mgr Ewa Czemiak



**DOLNY
ŚLĄSK**