

**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**

19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 2**Wszyscy uczestnicy postępowania****Znak: P-M/DZZP/ 2086 / 1175 /24****Data: 10.06.2024 r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Zakup sprzętu medycznego do zabiegów ginekologicznych na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.” Znak Sprawy 1829/2024 w ramach realizacji projektu w ramach realizacji projektu nr LTPL00022, pn. „Świadczenie wysokiej jakości usług medycznych na obszarze pogranicza polsko-litewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chirurgicznego i profilaktyki chorób zagrażających życiu” dofinansowanego w ramach programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1

Pakiet 2

Czy zamawiający dopuści morcelator kpl : sterownik, włącznik nożny z kompletnym zestawem do morcelacji:

1.	Aparat fabrycznie, nie starszy niż z 2023
2.	Jednostka sterująca morcelatora z kablem sieciowym dł. 3m: - podłączenie włącznika nożnego i kabla silnika na panelu przednim, - czytelny wyświetlacz obrazujący nastawioną prędkość obrotów, - możliwość ręcznej regulacji obrotów morcelatora w zakresie 50 - 1000/min., - możliwość wyboru jednego z trzech zakresów obrotów: niski (100-400 obr./min.), średni (300-700 obr./min.), wysoki (500-1000 obr./min.), - możliwość zmiany kierunku obrotów, - klasa ochrony I, - wymiary nie większe niż 150 x 200 x 120mm, - waga nie większa niż 2,5kg.
3.	Jednostka napędowa umożliwiająca przyłączenie rurki tnącej wraz z zaworem uszczelniającym, przeznaczona do min. 250 cykli sterylizacji
4.	Silnik z kablem dł. 2,9m umożliwiający połączenie jednostki sterującej z napędową; maksymalna liczba obrotów 37.000/min. Silnik przeznaczony do min. 250 cykli sterylizacji
5.	Uchwyt/nakładka na silnik z odpowietrznikami ciepła
6.	Włącznik nożny z kablem 2,9m, stopień ochrony IPX8: - możliwość zmiany prędkości obrotów poprzez zmianę siły nacisku na włącznik nożny w zakresie wyświetlanym na wyświetlaczu jednostki sterującej.
7.	Zestaw do morcelacji o śr. 15mm zawierający:



Litwa – Polska

	- Rurka tnąca do morcelatora, dł. 251mm, średnica 15mm, średnica w części proksymalnej 22mm, przeznaczona do sterylizacji; - Obturator do morcelatora, dł. 350mm, śr. 15mm, przeznaczony do sterylizacji; - Kaniuła zewnętrzna do morcelatora, dł. 185mm, średnica 15mm, średnica w części proksymalnej 31mm, przeznaczona do sterylizacji -koszyk do mycia i przechowania morcelatora,
8.	Kleszcze tenaculum (kulociąg) do morcelatora (uchwyt z zapadką, tuba, wkład), dł. 495mm, śr. 10mm, przeznaczone do sterylizacji
9.	Kleszcze chwytające ("zęby teściowej") do morcelatora (uchwyt z zapadką, tuba, wkład), dł. 490mm, śr. 10mm, przeznaczone do sterylizacji
10.	Uszczelka krzyżowa do morcelatora, śr. 32mm, przeznaczona do sterylizacji / opakowanie 10 szt.
11.	Uszczelki śr. 12-20mm do morcelatora, przeznaczone do sterylizacji / opakowanie 10 szt.
12.	Smar w spray'u do pielęgnacji silnika i jednostki napędowej morcelatora -adaptory do smarowania – przekładni i silnika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 2

Pakiet 3

Czy zamawiający dopuści morcelator bez sterownika i włącznika nożnego :

1.	Aparat fabrycznie nowy, nie starszy niż z 2023
2.	Jednostka napędowa umożliwiająca przyłączenie rurki tnącej wraz z zaworem uszczelniającym, przeznaczona do min. 250 cykli sterylizacji
3.	Silnik z kablem dł. 2,9m umożliwiający połączenie jednostki sterującej z napędową; maksymalna liczba obrotów 37.000/min. Silnik przeznaczony do min. 250 cykli sterylizacji
4.	Uchwyt/nakładka na silnik z odpowietrznikami ciepła
5.	Zestaw do morcelacji o śr. 15mm zawierający: - Rurka tnąca do morcelatora, dł. 251mm, średnica 15mm, średnica w części proksymalnej 22mm, przeznaczona do sterylizacji; - Obturator do morcelatora, dł. 350mm, śr. 15mm, przeznaczony do sterylizacji; - Kaniuła zewnętrzna do morcelatora, dł. 185mm, średnica 15mm, średnica w części proksymalnej 31mm, przeznaczona do sterylizacji -koszyk do mycia i przechowania morcelatora,
6.	Kleszcze tenaculum (kulociąg) do morcelatora (uchwyt z zapadką, tuba, wkład), dł. 495mm, śr. 10mm, przeznaczone do sterylizacji
7.	Kleszcze chwytające ("zęby teściowej") do morcelatora (uchwyt z zapadką, tuba, wkład), dł. 490mm, śr. 10mm, przeznaczone do sterylizacji
8.	Uszczelka krzyżowa do morcelatora, śr. 32mm, przeznaczona do sterylizacji / opakowanie 10 szt.
9.	Uszczelki śr. 12-20mm do morcelatora, przeznaczone do sterylizacji / opakowanie 10 szt.
10.	Smar w spray'u do pielęgnacji silnika i jednostki napędowej morcelatora -adaptory do smarowania – przekładni i silnika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

