

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn. „**Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora**” - znak sprawy: 43/PN/2023/ZS

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie numer 1**

Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

### **Pytanie numer 2**

Dotyczy SWZ, Rozdział VI, pkt. 2.1: Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca opisuje dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów, którego zadania i której pozycji formularza asortymentowo – cenowego dotyczy dokument, ale nie w prawym górnym rogu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, którego zadania i której pozycji formularza asortymentowo – cenowego dotyczy dokument, w innym miejscu, winny sposób niż nie w prawym górnym rogu.

### **Pytanie numer 3**

Dotyczy Załącznika nr 3\_ Projekt umowy, §4, pkt. 3: Czy w związku z wymogami adaptacji pracowni ( Załącznik nr 2, pkt. 40) Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy oraz instalacji do 21 dni roboczych od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie numer 4**

Dotyczy Załącznika nr 2\_ Wymagane i oceniane parametry, pkt. 21: Ponieważ większość reagentów jest poza analizatorem i czytnik kodów ich automatycznie nie lokalizuje i nie czytuje, czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozwiązanie, w którym użytkownik za pomocą zewnętrznego czytnika kodów czytuje kody kreskowe z reagentów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie numer 5**

Dotyczy Załącznika nr 2\_ Wymagane i oceniane parametry, pkt. 22: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w wymagając analizy moczu z 3 ml próbki jako minimalnej objętości, dotyczy to całościowego badania tj. parametrów fizykochemicznych oraz osadu moczy, czyli łącznej objętości dla wymaganych analizatorów (modułów)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie numer 6**

Dotyczy Załącznika nr 2\_ Wymagane i oceniane parametry, pkt. 31: Czy pod wymaganiem „Oprogramowanie informujące użytkownika o nieprawidłowych warunkach pracy analizatora (modułów)” Zamawiający ma na myśli, np. możliwość wyświetlania błędów, informacji o konieczności wymiany reagentów itp.

Odpowiedź: Tak.

**Pytanie numer 7**

Dotyczy Załącznika nr 2\_ Wymagane i oceniane parametry, pkt. 33: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaganie terminu ważności min. 6 miesięcy nie dotyczy materiałów kontrolnych, które ze względu na swoją specyfikę mają krótszy termin ważności ok. 2 miesiące.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

**Pytanie numer 8**

Dotyczy Załącznika nr 2\_ Wymagane i oceniane parametry, Parametry oceniane, pkt. 4: Czy Zamawiający przyzna punkty w przypadku gdy różnicowanie bakterii na Gram+ i Gram- odbywa się poprzez system oflagowań?

Odpowiedź: Tak.

**Pytanie numer 9**

SWZ IV ust. 15 – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby etykiety na opakowaniach zawierały zgodnie z obowiązującym prawem polskim nazwę handlową (nazwa własna), oraz pozostałe oznakowania za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie numer 10**

Załącznik nr 2 – Czy Zamawiający potwierdza, że w tabeli „Zestawienie parametrów granicznych” nie został wyszczególniony punkt nr 41?

Odpowiedź: Tak.

**Pytanie numer 11**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację czy wyspecyfikowana liczba badań zawiera testy przeznaczone na kalibrację i kontrole?

Odpowiedź: Nie zawiera.

**Pytanie numer 12**

Czy Zamawiający dopuści analizator nie starszy niż rok produkcji 2021 r., po przeglądzie generalnym i w pełni sprawny?

Odpowiedź: Nie.

**Pytanie numer 13**

Czy Zamawiający wymaga analizatora pracującego na zasadzie niezależnego od siebie funkcjonowania poszczególnych modułów? Takie rozwiązanie jest istotne w przypadku awarii jednego z analizatorów, dając możliwość pracy na pozostałych modułach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie numer 14**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający uzna za spełniony warunek „Ocena barwy i przejrzystości moczu metodą kolorymetryczną” jeśli w oferowanym rozwiązaniu analizatorów barwa i klarowność mierzone są bezpośrednio na podstawie światła przechodzącego i rozproszonego w próbce?

Odpowiedź: Nie.

#### **Pytanie numer 15**

Czy ze względu na możliwość interferencji kwasu askorbinowego w oznaczenia parametrów fizykochemicznych moczu, Zamawiający wymaga analizatora z możliwością oceny kwasu askorbinowego w próbce moczu lub zastosowaniem pasków testowych z eliminacją jego wpływu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

#### **Pytanie numer 16**

Czy Zamawiający dopuści analizator (moduł) do analizy parametrów fizykochemicznych moczu o wydajności nie mniejszej niż 210 oznaczeń na godzinę? Zwracamy uwagę, że dla deklarowanych badań w liczbie 54 000 w okresie 36 miesięcy średnia dzienna liczba badań wynosi około 50 oznaczeń; zatem wydajność 210 oznaczeń na godzinę w zupełności wystarczy na wykonanie oznaczeń.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

#### **Pytanie numer 17**

Czy Zamawiający wymaga aparatu/modułu do oznaczania parametrów fizykochemicznych moczu z możliwością ciągłego uzupełniania pasków testowych bez konieczności zatrzymywania pracy modułu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### **Pytanie numer 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie modułu do ilościowego oznaczania elementów upostaciowanych moczu pracującego w oparciu o cyfrową analizę obrazu mikroskopowego z dokumentacją fotograficzną: pobrana próbka moczu zostaje zawieszona w płynie osłonowym, dzięki czemu poszczególne elementy upostaciowane moczu przepływają przez komorę przepływową ułożone „jeden za drugim” w sposób zbliżony do tego jaki ma miejsce w przypadku cytometrii przepływowej? Dla każdej próbki wykonywane jest 500 zdjęć. Analizator zlicza i automatycznie klasyfikuje elementy morfotyczne moczu do poszczególnych kategorii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga metody opisanej w SWZ.

#### **Pytanie numer 19**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora pozwalającego na raportowanie kryształów bezpostaciowych w badanych próbkach moczu, isotnych z punktu widzenia diagnostyki i leczenia pacjentów nefrologicznych/ urologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

#### **Pytanie numer 20**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania analizatora w przypadku którego nie ma potrzeby wykonywania kalibracji dla części fizykochemicznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

#### **Pytanie numer 21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym dla części do oceny parametrów fizykochemicznych moczu materiał kontrolny jest wstawiany w dedykowane pozycje do dedykowanego do tego celu statywu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie numer 22**

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie materiały niezbędne do rutynowej pracy aparatu do badania moczu (moduł do oznaczania parametrów fizykochemicznych i ilościowej analizy elementów upostaciowionych) tj. odczynniki, kalibratory, kontrole, były gotowe do użycia, bez konieczności wcześniejszego przygotowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

#### **Pytanie numer 23**

Czy Zamawiający dopuści zintegrowany system analityczny, dla którego minimalna objętość próbki pobierana przez system do kompletnej analizy moczu wynosi mniej niż 3 ml, a niezbędna objętość martwa zależy od rodzaju stosowanych probówek, co potwierdza wieloletnie doświadczenie Wykonawcy we współpracy z placówkami pediatrycznymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie numer 24**

Czy Zamawiający wymaga analizatora, który automatycznie po umieszczeniu statywów z próbkami badanymi rozpoczyna pracę bez konieczności dodatkowych czynności manualnych ze strony Użytkownika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie numer 25**

Czy Zamawiający uzna za spełniony zapis: „Szacowanie przez system zużycie odczynników wymaganych do przeprowadzenia analizy moczu.” jeśli oferowany analizator monitoruje stan odczynników i informuje użytkownika o ich braku i konieczności uzupełnienia? Paski można uzupełniać w każdym momencie, bez przerywania pracy aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie numer 26**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiałów kontrolnych z terminem ważności 4 miesiące? Pozostałe odczynniki i materiały eksploatacyjne będą dostarczane z wymaganym terminem ważności minimum 6 miesięcy od daty realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie numer 27**

Czy Zamawiający uzna za spełniony zapis: „Oprogramowanie informujące użytkownika o nieprawidłowych warunkach pracy analizatora (modułów).” jeśli analizator podaje informację o konieczności wymiany i dołożenia wymaganych odczynników/pasków?

Odpowiedź: Tak.

#### **Pytanie numer 28**

Czy Zamawiający przyzna punkty dla systemu który umożliwia zdefiniowanie w swoim oprogramowaniu subkategorii erythrocyty dysmorficzne, pozwalającej na procentową ocenę ilości erythrocytów dysmorficznych w odniesieniu do wszystkich erythrocytów?

Odpowiedź: Nie.

#### **Pytanie numer 29**

Czy w związku w wymogiem „Dostarczenie oraz serwis (w okresie trwania umowy) mikroskopu. Po zakończeniu umowy mikroskop przechodzi na własność Zamawiającego.” Zamawiający może określić parametry techniczno-użytkowe mikroskopu?

Odpowiedź: Parametry techniczno-użytkowe mikroskopu: obiektywy 4x, 10x, 40x, 100x. Tubus binokularny. Oświetlacz LED zintegrowany z płytą.

### **Pytanie numer 30**

Czy w związku w wymogiem „Dostarczenie oraz serwis (w okresie trwania umowy) wirówki. Po zakończeniu umowy wirówka przechodzi na własność Zamawiającego.” Zamawiający może określić parametry techniczno-użytkowe wirówki?

Odpowiedź: Parametry techniczno-użytkowe wirówki: wirnik kątowy 8x5-15ml, komplet z pojemnikami, podkładkami redukującymi głębokość oraz wkładkami redukującymi średnicę. Zakres obrotów: 100-6000 RPM.

### **Pytanie numer 31**

Czy w związku w wymogiem „Dostarczenie i serwisowanie chłodziarki. Po zakończeniu umowy chłodziarka przechodzi na własność Zamawiającego.” Zamawiający może określić parametry techniczno-użytkowe chłodziarki?

Odpowiedź: Parametry techniczno-użytkowe chłodziarki: wolnostojąca, pojemność do 390L, wysokość 170-190cm, szerokość do 60cm, głębokość do 70cm, klasa energetyczna A-E.

### **Pytanie numer 32**

Projekt umowy

§2 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: "Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostaw częściowych odczynników w terminie do 5 dni roboczych, a dostaw w trybie „pilnym” w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia złożonego pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ..... przez pracownika Zamawiającego."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie numer 33**

§2 ust. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość składania zamówień przy pomocy sklepu internetowego "e-store"?

Uzasadnienie: Zamawiający korzystając z tej opcji ma możliwość składania zamówień przez całą dobę, może kontrolować prawidłowość zamówienia: nr katalogowe i ceny, otrzymuje automatyczne informacje o statusie zamówienia przy pomocy poczty elektronicznej, ma możliwość śledzenia przesyłki znajdującej się w dostawie, posiada dostęp do historii zamówień oraz dostęp do faktur oraz informacji o zaległych płatnościach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

### **Pytanie numer 34**

§2 ust. 7 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: "Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić braki towaru stwierdzone podczas dostawy w czasie nie dłuższym niż dwa dni robocze"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie numer 35**

§2 ust. 8 pkt. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na 72 godziny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie numer 36**

§3 ust. 1 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia faktury razem z dostawą?

Uzasadnienie: Procedura Wykonawcy przewiduje, że towar wysyłany jest z magazynu i do niego dołączany jest dokument WZ – który zawiera wszystkie dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji zamówienia - ze wszystkimi danymi dostarczanego towaru. Faktura VAT wysyłana jest niezwłocznie na adres e-mail lub pocztą na adres zamawiającego. Z uwagi na powyższe wnosimy o modyfikację postanowienia.

Odpowiedź: Tak.

#### **Pytanie numer 37**

§4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: "Przedmiot dzierżawy, o którym mowa w ust. 1, wraz ze stosownymi instrukcjami zostanie wydany Zamawiającemu do 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy na podstawie protokołu odbioru, po stwierdzeniu przez Zamawiającego przekazania przedmiotu dzierżawy w stanie kompletnym i nadającym się do umówionego użytku."?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu przeznaczzonego na dostawę sprzętu do 21 dni roboczych licząc od daty zawarcia niniejszej umowy ze względu na konieczność sprowadzenia aparatury z zagranicy bezpośrednio od producenta. Skomplikowane procedury celne oraz czas niezbędny na dostarczenie aparatu uniemożliwiają dotrzymanie wskazanego terminu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dostawę aparatu w terminie 21 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie numer 38**

§5 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: "Wykonawca przystąpi do naprawy uszkodzonych urządzeń w terminie do 48 godzin, od daty zgłoszenia uszkodzenia telefonicznie na nr: ..... lub pocztą elektroniczną na adres: ....."?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie numer 39**

§5 ust. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: "W przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu dzierżawy musi zostać wykonana w innym miejscu niż miejsce zainstalowania u Zamawiającego lub gdy przewidywany czas naprawy przedmiotu dzierżawy będzie wynosił więcej niż 7 dni roboczych, Wykonawca, w celu zabezpieczenia ciągłości wykonywanych badań udostępni inne, urządzenia o podobnej generacji o parametrach nie gorszych niż aparat będącego przedmiotem dzierżawy."?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie numer 40**

§6 - W Załączniku nr 2 do SWZ "Zestawienie parametrów granicznych" w pkt 42 - 44 Zamawiający wymaga dostarczenia i serwisowania chłodziarki, wirówki i mikroskopu, co nie znajduje odzwierciedlenia w postanowieniach niniejszej Umowy. W związku z powyższym - Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i serwisowania chłodziarki, wirówki i mikroskopu, który przechodzi na własność Zamawiającego po zakończeniu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia chłodziarki, wirówki i mikroskopu oraz ich serwisowanie w okresie realizacji umowy.

#### **Pytanie numer 41**

§6 - Jeżeli na powyższe udzielono pozytywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o dodanie stosownych postanowień umownych do projektu umowy tj. załącznika nr 3 do SWZ regulujących tę kwestię.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż par 6 otrzymuje następujące brzmienie:

#### **§6.**

1. Zamawiający przyjmuje ..... w stanie zdatnym do użytku i zobowiązuje się utrzymać w stanie niepogorszonym przez czas trwania dzierżawy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie wynikające na skutek normalnego użytkowania przedmiotu dzierżawy.

2. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić przedmiot dzierżawy (urządzenia) Wykonawcy z chwilą rozwiązania umowy za wyjątkiem chłodziarki, wirówki, mikroskopu, w stanie niepogorszonym, poza normalnym stopniem zużycia, wynikającym z prawidłowej eksploatacji.
3. W okresie dzierżawy, w ramach czynszu dzierżawnego, Wykonawca będzie zapewniał serwis, konserwację, walidację oraz naprawy wynikające z normalnego użycia przedmiotu dzierżawy (łącznie z chłodziarką, wirówką, mikroskopem), z wyjątkiem uszkodzeń wynikłych z wadliwej eksploatacji przedmiotu dzierżawy, który to koszty naprawy będzie pokrywał Zamawiający.

**Pytanie numer 42**

§10 ust. 1 pkt 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 0,5%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie numer 43**

§10 ust. 1 pkt 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 250,00 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie numer 44**

§10 ust. 1 pkt 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 300,00 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie numer 45**

§10 ust. 1 pkt 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie numer 46**

§10 ust. 1 pkt 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 5%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie numer 47**

§11 ust. 1 pkt 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: "poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, o których mowa w pkt 1, uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia Strony ustalają na poziomie 15% (zmiana ceny/kosztu o 15% w stosunku do ceny/kosztu z dnia zawarcia Umowy);"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie numer 48**

§11 ust. 1 pkt 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie numer 49**

§14 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację literówki w postanowieniu umownym i modyfikację postanowienia umownego na: "Wykonawca oświadcza, że w dniu zawarcia niniejszej umowy, nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy przesłanki skutkujące

koniecznością jego wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego."?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie numer 50**

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – projekt umowy: §1 ust. 2: Prosimy o modyfikację zapisu poprzez dodanie zdania: „za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie numer 51**

§1 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiałów kontrolnych z terminem ważności nie dłuższym niż 2 miesiące ze względu na specyfikę produktu? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie §1 ust. 3 zapisem w brzmieniu: „z wyłączeniem materiału kontrolnego, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, ze względu na specyfikę produktu.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio dostosuje zapisy projektu umowy.

#### **Pytanie numer 52.**

§9 ust. 3: Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem dzierżawy?

Odpowiedź: Tak.

#### **Pytanie numer 53**

§10 ust. 1 pkt 2): Uprzejmie prosimy o usunięcie wyrażenia „oraz odczynników”. Kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania dostawy odczynników została uregulowana w §10 ust. 1 pkt 1). W związku z powyższym §10 ust. 1 pkt 2) dubluje karę określoną w §10 ust. 1 pkt 1) Zgodnie z zasadą łac. „Ne bis in idem” - tł. Nie można karać dwa razy za to samo.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie numer 54**

§13 ust. 3 pkt 2): Prosimy zastąpienie słowa: „opóźnienia” na „zwłoki”. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na możliwość wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia przekazania.

Dyrektor NIGRIR Marek Tombariewicz