



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kościółkowskiego**

15-471 Białystok ul. Fabryczna 27
Tel. : (85) 869 35 50 fax: (85) 869 35 66
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922



DZP.2344.9.2020

Białystok, dnia 23.03.2020 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę materiałów jednorazowego użytku do sterylizacji

Pakiet nr 12

Czy zamawiający dopuszcza test klasy 5 zgodny z ISO 11140-1, która została zastąpiona przez normę EN 867-1, działający w cyklach 121 stopni celcjusza – 15min / 134 stopni celcjusza – 3,5 minuty?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy Parametry Techniczne:

Pakiet nr 1, pozycja 2:

Czy Zamawiający ma na myśli testy biologiczne do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu o czasie inkubacji 48h?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 4, pozycja nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy w rozmiarze 19mm x 55m?

Odpowiedź: Tak

Pakiet nr 6, pozycja nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do oceny testy paskowe pakowne po 250szt?

Odpowiedź: Tak

Pakiet nr 12:

Czy Zamawiający wymaga aby wskaźnik posiadał dwa osobne i rozróżnione kolorystycznie okienka do oceny przesunięcia się wskaźnika?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście były w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytania dotyczące treści SIWZ:

Pakiet 10, poz. 2, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny w kolorze zielonym o gramaturze 57 g/m², pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak

Pytania dotyczące treści umowy:

Zważywszy na treść § 1 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź: Z uwagi na specyfikę działalności Zamawiającego nie jest on w stanie jednoznacznie określić minimalnego poziomu realizacji umowy, jej realizacja odbędzie się zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1 poz.2

Czy Zamawiający dopuści testy biologiczne do sterylizacji gazowej o odczynie po 48h ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści testy do sterylizacji plazmowej bez powierzchni samoprzylepnej ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści testy o punktowym ułożeniu substancji wskaźnikowej ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiedni przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiedni przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 6 poz. 3 i 4

Czy Zamawiający dopuści taśmy w rolce 50 m ? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Tak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej M.S.P.A w Białymstoku
im. Mariana Zynürama Kościakowskiego

Alieja Skindzielewska