




**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Kielcach**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ (041) 260-42-00 Fax. (041) 260-42-05

NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139



✉ [zoz@zozmswiakielce.pl](mailto:zoz@zozmswiakielce.pl)

🌐 [www.zozmswiakielce.pl](http://www.zozmswiakielce.pl)

**Znak Sprawy: 08/PN/2020**

Kielce, dn. 21.08.2020 r.

**WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dostawa implantów wraz z dzierżawą kompatybilnego instrumentarium dla potrzeb chirurgii  
szczękowo-twarzowej dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz.U z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane do  
postępowania pytania:

**Dotyczy Części I Implanty:**

**Pytania nr 1**

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 Płyty tytanowe pod śruby 1.0 mm, grubość profilu 0,6 mm, kwadratowe i prostokątne, 4 otworowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 2**

2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 1,2 mm, dł. 3,4,5,6,9 i 11 mm. Otwór pogłębiony krzyżak w głowie śruby?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytania nr 3**

3. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 śruba IMF do wiązań międzyszczękowych z kołnierzem naśluzówkowym, tytanowa, średnica 2,0 mm, dł. 8, 10 mm; samowiercą, otwór pogłębiony krzyżak?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 4**

4. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 śruba IMF do wiązań międzyszczękowych z kołnierzem naśluzówkowym, stalowa, średnica 2,0 mm, dł. 8, 10 mm; samowiercą, otwór pogłębiony krzyżak?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

*Handwritten signatures in blue ink.*

**Pytania nr 5**

5. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 śruby tytanowe, korowe, o średnicy 1,5 mm, dł. 4,5,6,7,8,9,11,13,15 i 17 mm, otwór w głowie śruby typu pogłębiony krzyżak oraz śruby samowierzące o średnicy 1,5 mm, długość 4-7 mm, otwór w głowie śruby typu pogłębiony krzyżak?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 6**

6. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5 śruby tytanowe, samowierzące, o średnicy 1,5 mm, dł. 4-7 mm. Otwór pogłębiony krzyżak w głowie śruby?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytania nr 7**

7. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 6 śruby tytanowe, korowe, o średnicy 1,8 mm, dł. 4 - 7 mm., otwór pogłębiony krzyżak w głowie śrub?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytania nr 8**

8. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 7 Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość profilu 0,6 mm, w kształcie L, z mostem średnim, kąt 90 stopni, 4 otworowa, prawa i lewa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 9**

9. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8 Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość profilu 0,6 mm, w kształcie L, z mostem długim mm, kąt 90 stopni, 4 otworowa, prawa i lewa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 10**

10. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 9 Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość profilu 0,6 mm, w kształcie L, z mostem średnim, kąt 100 stopni, 6 otworowa, prawa i lewa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 11**

11. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 10 Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość profilu 0,6 mm, w kształcie L, z mostem długim, kąt 100 stopni, 6 otworowa, prawa i lewa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 12**

12. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 11 Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość profilu 0,6 mm, w kształcie Y z mostem krótkim i średnim, 5 otworowa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 13**

13. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 12 Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość profilu 0,6 mm, w kształcie X, z mostem krótkim, 6 otworowa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 14**

14. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 13 Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość profilu 0,6 mm, w kształcie X, z mostem średnim, 6 otworowa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 15**

15. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 14 Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość profilu 0,6 mm, w kształcie T, 6 otworowa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 16**

16. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 15 Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość profilu 0,6 mm, proste, 16 otworowa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 17**

17. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 16 Płyty tytanowe do rekonstrukcji złamań oczodołu, profil 0.6 mm, 6, 8 i 10-otworowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytania nr 18**

18. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 17 Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość profilu 1,0 mm, prosta z mostem średnim, 4 otworowa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 19**

19. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 18 Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość profilu 1,0 mm, kształt L z mostem średnim, kąt 90 stopni, 4 otworowa, prawa i lewa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 20**

20. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 19 Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość profilu 1,0 mm, kształt L z mostem długim, kąt 90 stopni, 4 otworowa, prawa i lewa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 21**

21. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 20 Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość profilu 1,0 mm, prosta, z mostem długim, 4 otworowa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 22**

22. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 21 Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość profilu 1,0 mm, prosta z mostem, 6 otworowa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytania nr 23**

23. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 22 Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość profilu 1,0 mm, prosta, 16 otworowa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 24**

24. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 23 Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 2,0 mm, dł. 4,5,6,7,9,11,13,15,17 i 19 mm oraz śruby samowierzące 2,0 mm dł. 5,6,7 i 9 mm otwór pogłębiony krzyżak w głowie śruby?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytania nr 25**

25. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 24 Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 2,3 mm, ratunkowe dł. 4,5,7 i 9 mm. Otwór pogłębiony krzyżak w głowie śruby?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytania nr 26**

26. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 25 Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość profilu 1,0 mm, skrzyżona pod kątem, z mostem średnim, 6 otworowa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 27**

27. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 26 Płyty tytanowe, blokowane, pod śruby 2,0/2,3 mm, grubość profilu 1,0 mm, w kształcie L, z mostem średnim, kąt 100 stopni, 7 otworowa, prawa i lewa. Możliwość wprowadzenia śruby blokowanej pod zmiennym kątem +/- 20 stopni. Blokowanie w systemie TS TreadLock?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 28**

28. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 27 Płyty tytanowe, blokowane, pod śruby 2,0/2,3 mm, grubość profilu 1,0 mm, prosta 16 otworowa. Możliwość wprowadzenia śruby blokowanej pod zmiennym kątem +/- 20 stopni. Blokowanie w systemie TS TreadLock?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 29**

29. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 28 Płyty tytanowe, blokowane, pod śruby 2,0/2,3 mm, grubość profilu 1,5 mm. Możliwość wprowadzenia śruby blokowanej pod zmiennym kątem +/- 20 stopni. Blokowanie w systemie TS TreadLock?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 30**

30. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 29 Płyty tytanowe, blokowane, pod śruby 2,0/2,3 mm, grubość profilu 1,0 mm, prosta, 16 otworowa. Możliwość wprowadzenia śruby blokowanej pod zmiennym kątem +/- 20 stopni. Blokowanie w systemie TS TreadLock?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 31**

31. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 31 Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość profilu 1,0 mm, kształtowane 3D, do stabilizacji złamań wyrostka kłykciowego, 9 otworowa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 32**

32. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 32 Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość profilu 1,0 mm, w kształcie romboidalnym, do stabilizacji złamań wyrostka kłykciowego, 5 otworowe, w tym 2 otwory kompresyjne.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 33**

33. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 33 Śruby tytanowe, blokowane, o średnicy 2,0 mm, długości 5,7,9,11 i 13 mm oraz 2,3 mm długość 5,7,9,11,13,15 i 17mm, otwór pogłębiony krzyżak w głowie śruby, śruba samotrzymająca?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytania nr 34**

34. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 34 Płyty tytanowe sagitalne dwuramiennie pod śruby 2,0 mm, grubość profilu 1,0 mm, 6 otworowe, z mostem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 35**

35. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 36 Płyty tytanowe sagitalne dwuramiennie pod śruby 2,0 mm, grubość profilu 0,8 mm, 4 otworowe z laserowymi znacznikami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytania nr 36**

36. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 38 Płyty tytanowe pod śruby 2,0 mm, grubość profilu 0,6 mm, bródkowe, anatomiczne , 4 otworowe z mostem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 37**

37. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 39 Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość profilu 0,6 mm, w kształcie L, 4 otworowe z mostem krótkim, średnim i długim, prawe i lewe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania nr 38**

38. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 40 Płyty tytanowe pod śruby 1,5 mm, grubość profilu 0,6 mm, w kształcie Z, 4 z mostem długim, prawe i lewe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Dotyczy Projektu umowy:****Pytania nr 39**

Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 6 ust. 1użytego określenia „opóźnienia” określeniem „zwłoki”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

**Pytania nr 40**

Czy Zamawiający widzi możliwość dodania w § 6 ust. 2 kolejnego zdania o treści: „Postanowienia w zakresie kar umownych stosowane będą z uwzględnieniem art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086)”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia zawarte w projekcie umowy. Przywołana przez wykonawcę ustawa jest powszechnie obowiązująca.

**Pytania nr 41**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 6 ust. 4 o treści: „4. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności nie wynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia zawarte w projekcie umowy.

**Pytania nr 42**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 8 ust. 13 poprzez dodanie zdania drugiego o treści: „Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w Kielcach  
25-375 Kielce, ul. Wojska Polskiego 51  
Regon 290391139 NIP 657-18-13-314

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w Kielcach

Halina Olędzka

.....  
podpis osoby upoważnionej