



UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Katowice, dnia 05.10.2022 r.

ul. Bankowa 12,

40- 007 KATOWICE

NIP 634-019-71-34;

REGON 000001347

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA DZP.381.111.2022.DWN

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dziedziny nauki nr DZP.381.111.2022.DWN, pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego: wirówka, komora klimatyczna, polerko - szlifierka z głowicą sterującą”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

W związku z pytaniem do treści ogłoszenia, które wpłynęło w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Pytania dotyczą części nr 2 – komora klimatyczna.

1) Prosimy o informację czy w budynku, w którym ma zostać zainstalowana komora klimatyczna znajduje się winda towarowa lub inna umożliwiająca przewiezienie komory klimatycznej o wskazanych w OPZ wymiarach gabarytowych to jest: 660 x 2000 x 990mm [+/-50mm] (szer. x wys. x gł.)?

2) Jeśli w budynku nie ma windy pozwalającej na przewiezienie komory na wskazane przez użytkownika piętro to proszę o informację jaka jest minimalna szerokość na ciągach komunikacyjnych prowadzących do miejsca, w którym ma zostać zainstalowana komora klimatyczna (klatka schodowa, drzwi).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w budynku, w którym ma zostać zainstalowana komora jest winda. W związku z tym, komora o podanych wymiarach powinna się bez problemu zmieścić.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZYSPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

