

	PARAMETRY WYKROI TERMOPLASTYCZNYCH	WYMAGANE	POTWIERDZENIE WYMAGANIA
1	Zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia wykroju gładka	tak	
2	Wykroje na głowę posiadają wszystkie krawędzie (poza obszarami mocowań) gładkie i ciągłe bez śladów uszkodzeń perforacji	tak	
3	Powierzchnia wykrojów posiada warstwę o działaniu antybakteryjnym z określeniem technologii warstwy – potwierdzone certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez firmę zewnętrzną, że produkty posiadają taką powłokę	tak	
4	Wymagane przedstawienie certyfikatu CE / wpisu lub zgłoszenia do Rejestru Wyrobów i Wytwórców Medycznych	tak	
5	Potwierdzenie dopuszczenia do obrotu oferowanych wyrobów na terenie UE	tak	
6	Oferowane wykroje muszą być kompatybilne z posiadanym systemem AIO -ORFIT do stabilizacji pacjenta używanym w OCO Opole	tak	
7	W okresie całego leczenia pacjenta konstrukcja maski musi być stabilna – niedopuszczalne jest odkształcanie się maski	tak	
8	Materiał wykrojów nie może przyklejać się do skóry oraz włosów pacjentów oraz nie może powodować artefaktów na skanach tomograficznych	tak	
9	Maski wzmocnione i z nanocząsteczkami w zakresie sztywności i skurczu wymagają potwierdzenia badaniami naukowymi	tak	
10	Bolus klejący – możliwość przyklejenia bolusa do maski bez używania dodatkowych plastrów	tak	
11	Gwarancja min. 12 miesiące od dnia dostawy	tak	

*Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w OWZ