

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bronchoskop – 1 szt.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	INFORMACJE OGÓLNE:		
1.	Mobilny system endoskopowy do bronchoskopii (videobronchoskop).	TAK	
2.	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji – 2020.	TAK	
3.	Producent.	podać	
4.	Typ/model.	podać	
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
6.	Videobronchoskop z wyposażeniem lekki i łatwy w przenoszeniu.	TAK	
7.	Minimalne zastosowania: <ul style="list-style-type: none"> • bronchoskopia (diagnostyka drzewa oskrzelowego, odsysanie, BAL oraz biopsja), • intubacja dotchawicza z trudnymi drogami oddechowymi, • kontrola endoskopowa i monitorowanie okolicy ust, nosa i gardła , • monitorowanie przezskórnej tracheotomii. 	TAK	
8.	Zasilanie sieciowe i akumulatorowe.	TAK	
II.	PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE:		
1.	Giętki videobronchoskop intubacyjny o średnicy zewnętrznej 6,5 mm .	TAK, podać	
2.	Wygięcie końcówki roboczej ok. 180° / 140° .	TAK, podać	
3.	Kanał roboczy ok. 3.2 x 2.8 mm .	TAK, podać	
4.	Długość robocza ok. 65 cm .	TAK, podać	
5.	Sensor typu CMOS.	TAK	
6.	Zintegrowane źródło światła LED.	TAK	
III	INNE:		
1.	Videobronchoskop wyposażony w przenośny komputer/monitor z ekranem dotykowym o przekątnej min. 7” i rozdzielczości min. 1280x800 .	TAK, podać	
2.	Możliwość dokumentacji zdjęć i filmów. Zapis na karcie SD (w zestawie).	TAK	
3.	Stabilny stojak na kółkach do komputera/monitora z drążkiem mocującym oraz metalowym koszem.	TAK	
4.	Uchwyt na videobronchoskop mocowany do stojaka.	TAK	
5.	Walizka ochronna na videobronchoskop.	TAK	
6.	Kontener do sterylizacji i przechowywania videobronchoskopu.	TAK	
IV	Dokumentacja:		
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielski - do- starczyć wraz z urządzeniem.	TAK	
2.	Deklaracja zgodności CE, potwierdzająca, że oferowany wyrób medyczny oznakowany jest znakiem CE.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając

ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)