

Gdańsk, dnia 24 marca 2020 r.

D10.251.19.M.2020

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

„DOSTAWA KAPNOGRAFÓW”

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZESTAW 3

Pytanie 1 (dot. opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści kapnograf renomowanej amerykańskiej firmy Masimo zasilany 2 bateriami typu AAA, o wymiarach 5.2 x 3.9 x 3.9 cm. Urządzenie zawiera smycz, która umożliwia zawieszenie kapnografu na szyi, ekran dotykowy, brak zegara z budowanym dozownikiem. Urządzenie nie wymaga kalibracji, posiada wytrzymałą, wodoszczelną konstrukcję. Mieści się w dłoni dając niezrównoważoną mobilność i wygodę.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 1 – dotyczy rozdziału IV SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy termin wykonania umowy wynosi 28 dni roboczych jak zapisano w w/w rozdziale czy też 28 dni kalendarzowych jak zapisano w §4 umowy.

Odpowiedź: Termin wykonania umowy wynosi 28 dni roboczych (Zamawiający precyzuje treść § 4 ust. 1 projektu umowy, nadając mu brzmienie: „Dostawa Sprzętu Medycznego odbędzie się w terminie do 28 dni roboczych od daty podpisania Umowy”)

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 pzp modyfikuje treść SIWZ w w/w zakresie. Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty. Jednocześnie Zamawiający załącza zmodyfikowany załącznik nr 1 B do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zatwierdził


WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji : Marta Muszyńska- Orciuch