



Poznań, dnia 11.05.2021 roku

Oznaczenie sprawy: PN – 11/21

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Wyjaśnienie treści SWZ nr 2

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
wyrobów medycznych sterylnych, materiałów szewnych, jednorazowych**

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącym treści SWZ, na podst. art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający poniżej przytacza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zestaw nr 1

1. Czy Zamawiający w Części nr 7 poz. 1 i 2 dopuści zakończenie centryczne.

Odp: Tak, zamawiający dopuszcza zakończenie centryczne.

2. Czy Zamawiający w Części nr 7 poz. 1 dopuści skalę co 1ml, skala liczbowa co 10 ml?

Odp: Tak zamawiający dopuszcza skalę co 1ml, skala liczbowa co 10 ml.

3. Czy Zamawiający w Części nr 7 poz. 2 dopuści wycenę za op. a'100sztuk?

Odp: Tak, zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczaniem wymaganej ilości tj. 1000 op./ 100szt.

4. Czy Zamawiający w Części nr 1 2 dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez pochewki na igłę po użyciu oraz zaczepu do podwieszenia drenu, z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym typu folia?

Odp: Tak, zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez pochewki na igłę po użyciu oraz zaczepu do podwieszenia drenu, z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym typu folia.

Zestaw nr 2

część 5, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści strzykawki, które posiadają na opakowaniu jednostkowym informację o tym, że są produktem niepirogennym i nietoksycznym, co jest jednoznaczne, że do produkcji nie użyto szkodliwych substancji, nie zawierają lateksu i są wykonane z bezpiecznych materiałów, z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), strzykawka trzyczęściowa 20 ml Luer Lock 20 ml, skala co 1ml?

Odp: Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań, zgodnie z SWZ

część 7, poz. 1

czy zamawiający dopuści również skalę co 1 ml?

Odp: Tak. Zamawiający dopuszcza skalę co 1ml.

część 12





**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
SZPITAL KLINICZNY
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO**

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484
REGON: 000288840
KRS: 0000002866

www.gpsk.ump.edu.pl

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp: zamawiający nie określa dodatkowych wymagań.

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp: Dopuszczamy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, dopuszczamy, żeby kolekcja igły biorczej posiadała osłonę z tworzywa sztucznego.

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odp: Tak, dopuszczamy.

Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

czy zamawiający dopuści przyrząd bez skrzydełek dociskowych?

Odp: dopuszczamy długość całkowitą komory kroplowej 62mm pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 3

Pakiet 5 poz.2

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 2 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty szerszemu gronu wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 84 19 673
e-mail: mforminska@gpsk.ump.edu.pl

