



DZP/PN/69/2024

Zawiercie, 30.09.2024 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy przetargu pn.: „Dostawa produktów medycznych, implantów, narzędzi ortopedycznych”.

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

Pytanie nr 2

Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 1 gwoździ śródszpikowych typu Gamma z kompletem śrub blokujących i śrubą szyjkową według następujących parametrów:

- Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przekrętarsowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoźdźca w wersji krótkiej 180 mm, w wersji długiej 340-420 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoźdźca 17 mm, średnica części dalszej gwoźdźca 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 125°, 130° i 135° dla gwoźdźca krótkiego 125°, 130° dla gwoźdźca długiego. Śruba kompresyjna M8. Gwoździe długie prawe i lewe. Możliwość wprowadzenia gwoźdźca za pomocą celownika przeziernego dla promieniowania RTG.
- Poz. 2 Śruba doszyjkowa tytanowa sterylna \varnothing 11mm, dł. 70-120 mm
- Poz. 3 Zaślepka tytanowa o dł. 0-15 mm
- Poz. 4 Śruba blokująca tytanowa, \varnothing 4,5 mm, dł. 30-80 mm ze skokiem co 5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza elementów o podanych parametrach.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 7

Z uwagi na planowe zabiegi z użyciem systemu implantów do łączenia kości udowej i piszczelowej w zakresie poz. 7-11 – prosimy o wydłużenie terminu dostawy depozytu lotnego do 21 dni roboczych od otrzymania zamówienia? Tym samym prosimy o modyfikację kryterium oceny ofert w zakresie pakietu nr 7 poz. 7-11.

Odpowiedź /zmiana/:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający zmienia brzmienie Rozdziału XVII pkt 1 c) oraz dodaje ppkt d):

c) przy ocenie ofert w zakresie Pakietu nr 8, 13

A - Cena – waga – 60 pkt

B - Termin dostawy depozytu lotnego wraz z instrumentarium – 40 pkt

A. Kryterium „Cena” będzie liczone w następujący sposób:

- najwyższą liczbę punktów za to kryterium (60 pkt) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:



Najniższa zaoferowana cena brutto

$$A = \frac{\text{Cena brutto oferty badanej}}{\text{Najniższa zaoferowana cena brutto}} \times 60 \text{ punktów}$$

Cena brutto oferty badanej

- B. Kryterium „Termin dostawy depozytu lotnego wraz z instrumentarium” (40 pkt) będzie liczone w następujący sposób:
- do 12 godzin – 40 pkt
 - do 24 godzin – 20 pkt
 - do 48 godzin – 0 pkt
- od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Termin dostawy należy podać w godzinach (**max 48 godziny**). W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powyższego w Formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie, iż zaoferowano maksymalny dopuszczony termin uzupełnienia depozytu, a co za tym idzie Wykonawca otrzyma 0 pkt.

d) przy ocenie ofert w zakresie Pakietu nr 7

A - Cena – waga – 60 pkt

B - Termin dostawy depozytu lotnego wraz z instrumentarium – 40 pkt

- A. Kryterium „Cena” będzie liczone w następujący sposób:

- najwyższą liczbę punktów za to kryterium (60 pkt) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:


Najniższa zaoferowana cena brutto

$$A = \frac{\text{Cena brutto oferty badanej}}{\text{Najniższa zaoferowana cena brutto}} \times 60 \text{ punktów}$$

Cena brutto oferty badanej

- B. Kryterium „Termin dostawy depozytu lotnego wraz z instrumentarium” (40 pkt) będzie liczone w następujący sposób:
- do 7 dni roboczych – 40 pkt
 - do 14 dni roboczych – 20 pkt
 - do 21 dni roboczych – 0 pkt
- od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Termin dostawy należy podać w dniach (**max 21 dni roboczych**). W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powyższego w Formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie, iż zaoferowano maksymalny dopuszczony termin uzupełnienia depozytu, a co za tym idzie Wykonawca otrzyma 0 pkt.



W związku z dokonaną zmianą SWZ zmianie ulega § 2 ust. 2 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:

dostarczenia przedmiotu dostawy do pomieszczeń Bloku Operacyjnego w terminie do dni roboczych od złożenia zamówienia wraz z użyczeniem wymaganego instrumentarium na czas trwania zabiegu z jego użyciem lub na czas trwania umowy (tzw. depozyt lotny). Odbiór przedmiotu użyczenia i niewykorzystanego przedmiotu dostawy w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie z pomieszczeń Bloku Operacyjnego odbywać się będzie na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru z kierownikiem Bloku Operacyjnego lub osobą go zastępującą maksymalnie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia użycia. Płatność za użyty przedmiot dostawy odbywać się będzie na podstawie protokołu zużycia wystawionego przez Zamawiającego do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia użycia dot. poz. 7-11 załącznika nr 2 do umowy,

Zamawiający zmienia brzmienie formularza ofertowego dot. pakietu nr 7 poprzez zamianę wyrazu „godzin” na wyraz „dni roboczych”. Zamawiający załącza do niniejszego pisma zmieniony załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie nr 4

Zapytania dot. projektowanych postanowień umowy do Pakietu nr 5 (Załącznik nr 4c do SWZ):

Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź /zmiana/:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany we wszystkich wzorach umowy poprzez dodanie na końcu zdania: „*Jako moment zgłoszenia reklamacji uznaje się przesłanie pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.*”

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6:

- a. Ust. 1 lit a z 10 % na 5% niedostarczonego towaru,
- b. Ust. 1 lit b z 1 %/godzinę na 1%/dzień,
- c. Ust. 1 lit c z 500zł na 100zł
- d. Ust. 1 lit e z 500zł na 100zł
- e. Ust. 2 z 20 % na 10%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych (KIO 980/18 i KIO 983/18), bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.



Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, nie zgadzając się z zaprezentowanym stanowiskiem.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w §6 ust. 6, dookreśli, iż 3 krotne naruszenie umowy musi wystąpić w 3 kolejnych po sobie dostawach?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, nie zgadzając się z zaprezentowanym stanowiskiem.

Pytanie nr 7

Zapytania dot. projektowanych postanowień umowy do Pakietu nr 7 (Załącznik nr 4e do SWZ):

Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź:

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 4.

Pytanie nr 8

Zapytania dot. projektowanych postanowień umowy do Pakietu nr 7 (Załącznik nr 4e do SWZ):

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6:

a. Ust. 1 lit a z 10 % na 5% niedostarczonego towaru,

b. Ust. 1 lit b z 1 %/godzinę na 0,5%/dzień,

c. Ust. 1 lit c z 2% na 0,5%

d. Ust. 1 lit d z 50zł/godzinę na 100zł/dzień

e. Ust. 1 lit e z 1% na 0,5%


f. Ust. 1 lit f z 500zł na 100zł

g. Ust. 1 lit g z 20% na 10%

h. Ust. 2 z 20 % na 10%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.



Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych (KIO 980/18 i KIO 983/18), bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współzycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, nie zgadzając się z zaprezentowanym stanowiskiem.

Pytanie nr 9

Zapytania dot. projektowanych postanowień umowy do Pakietu nr 7 (Załącznik nr 4e do SWZ):

Czy Zamawiający w §6 ust. 3, dookreśli, iż 3 krotne naruszenie umowy musi wystąpić w 3 kolejnych po sobie dostawach?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, nie zgadzając się z zaprezentowanym stanowiskiem.

Pytanie nr 10

Zapytania dot. projektowanych postanowień umowy do Pakietu nr 9 (Załącznik nr 4a do SWZ):

Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź:

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 4.

Pytanie nr 11

Zapytania dot. projektowanych postanowień umowy do Pakietu nr 9 (Załącznik nr 4a do SWZ):

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6:

- a. Ust. 1 lit a z 2 % na 0,5% niedostarczonego towaru,
- b. Ust. 1 lit b z 1 % na 0,5%,
- c. Ust. 1 lit c z 20 % na 10%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.



Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych (KIO 980/18 i KIO 983/18), bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, nie zgadzając się z zaprezentowanym stanowiskiem.

Pytanie nr 12

Zapytania dot. projektowanych postanowień umowy do Pakietu nr 9 (Załącznik nr 4a do SWZ):

Czy Zamawiający w §7 ust. 1 lit c, że 3 krotne naruszenie umowy musi wystąpić w 3 kolejnych po sobie dostawach?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, nie zgadzając się z zaprezentowanym stanowiskiem.

Pytanie nr 13

Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo cenowy Pakiet 11. część I poz.3.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy w tabeli formularza doszło do oczywistej omyłki pisarskiej. W naszej ocenie komplet endoprotezy stawu kolanowego powinien składać się z komponentu udowego, komponentu puszczelowego oraz wkładki polietylenowej, a zatem ilość każdego z tych elementów powinna być taka sama.

W związku z powyższym prosimy o dokonanie korekty ilości wymaganej w tabeli formularza przy pozycji "wkładka polietylenowa", aby odpowiadała ilości pozostałych elementów kompletu.

BYŁO:

wkładka polietylenowa: ilość wymagana 50 szt.

JEST:

wkładka polietylenowa: ilość wymagana 150 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapisy SWZ w tym zakresie pozostawia bez zmian.



Pytanie nr 14

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 6 ust. 1 pkt. b i e projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie:

b) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 - w wysokości 1% wartości netto brakujących w depozycie przedmiotów dostawy za każdy dzień zwłoki;

e) w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w zakresie danego Pakietu - w wysokości 10% niezrealizowanego wynagrodzenia netto za dany pakiet;

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, nie zgadzając się z zaprezentowanym stanowiskiem.

Wykonawcy dokonane zmiany zobowiązani są uwzględnić w składanych ofertach.

Z uwagi na wystarczający czas na uwzględnienie dokonanych przez Zamawiającego zmian SWZ w składanych ofertach, termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Załącznik:

- zmieniony formularz ofertowy.

Z UP. DYREKTORA SZPITALA
P.O. DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH
SZPITALA POWIATOWEGO
W ZAWIERCIU
mgr inż. Iwona Sroga

Z-CIA KIEROW
Działu Zamówień
Kłobucka Władera

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr Monika Sianderska

Wykonawcy:
- Platforma Zakupowa



Nr postępowania DZP/PN/69/2024

Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

dla przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Dostawę produktów medycznych, implantów, narzędzi ortopedycznych

1. WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy/-ów (należy podać dane według aktualnego wpisu do właściwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej):

.....
.....

Nr KRS (dotyczy spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego)

Adres/-y siedziby/siedzib:

.....

województwo

Nr telefonu

Adres e-mail:.....

Regon NIP

2. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję) (*):

- Mikro przedsiębiorstwo
- Małe przedsiębiorstwo
- Średnie przedsiębiorstwo
- Jednoosobowa działalność gospodarcza
- Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej
- Inny rodzaj

(*): w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.

Mikro przedsiębiorstwo: zatrudnia <10 osób, roczny obrót lub roczna suma bilansowa <2mln euro.

Małe przedsiębiorstwo: zatrudnia <50 osób, roczny obrót lub roczna suma bilansowa <10mln euro.

Średnie przedsiębiorstwo: nie jest mikro ani małym przedsiębiorstwem, zatrudnia <250 osób, roczny obrót <50 mln euro lub roczna suma bilansowa <43mln euro.

3. Osoba uprawniona do kontaktów (dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – Pełnomocnik¹):

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie:

PAKIETU nr 1 - Zestaw do wertebroplastyki zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) za wartość netto: zł plus podatek VAT, tj. wartość brutto: zł (słownie brutto: zł)*.

Oferujemy, że **termin dostawy** wynosi – do **godzin** (max. do 72 godz.) od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego*.

PAKIETU nr 2 - Elektrody do waporyzatora MITEK zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) za wartość netto: zł plus podatek VAT, tj. wartość brutto: zł (słownie brutto: zł)*.

Oferujemy, że **termin uzupełnienia depozytu** wynosi – do **godzin** (max. do 72 godz.) od powiadomienia przez Zamawiającego o numerze partii użytego Produktu, zgodnie z § 2 ust. 12 umowy przechowania (depozytu)*.

PAKIETU nr 3 - Implanty do szycia łąkotki zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) za wartość netto: zł plus podatek VAT, tj. wartość brutto: zł (słownie brutto: zł)*.

Oferujemy, że **termin uzupełnienia depozytu** wynosi – do **godzin** (max. do 72 godz.) od powiadomienia przez Zamawiającego o numerze partii użytego Produktu, zgodnie z § 2 ust. 12 umowy przechowania (depozytu)*.

PAKIETU nr 4 - Sprzęt do artroskopii zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) za wartość netto: zł plus podatek VAT, tj. wartość brutto: zł (słownie brutto: zł)*.

Oferujemy, że **termin uzupełnienia depozytu** wynosi – do **godzin** (max. do 72 godz.) od powiadomienia przez Zamawiającego o numerze partii użytego Produktu, zgodnie z § 2 ust. 12 umowy przechowania (depozytu)*.

PAKIETU nr 5 - Gwoździe śródszpikowe blokowane Gamma z kompletem śrub blokujących i śrubą szyjkową zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) za wartość netto: zł plus podatek VAT, tj. wartość brutto: zł (słownie brutto: zł)*.

Oferujemy, że **termin uzupełnienia depozytu** wynosi – do **godzin** (max. do 72 godz.) od powiadomienia przez Zamawiającego o numerze partii użytego Produktu, zgodnie z § 2 ust. 12 umowy przechowania (depozytu)*.

PAKIETU nr 6 - Endoproteza jednoprzędziałowa stawu kolanowego, implanty i narzędzia do artroskopii zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) za wartość netto: zł plus podatek VAT, tj. wartość brutto: zł (słownie brutto: zł)*.

Oferujemy, że **termin uzupełnienia depozytu** wynosi – do **godzin** (max. do 72 godz.) od powiadomienia przez Zamawiającego o numerze partii użytego Produktu, zgodnie z § 2 ust. 12 umowy przechowania (depozytu)*.

PAKIETU nr 7 - Płyty do DSB, gwoździe śródszpikowe zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) za wartość netto: zł plus podatek VAT, tj. wartość brutto: zł (słownie brutto: zł)*.

Oferujemy, że **termin dostawy depozytu lotnego wraz z instrumentarium** wynosi – do dni **roboczych** (max. do 21 dni roboczych) od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego*.

PAKIETU nr 8 - Systemy do rekonstrukcji więzadeł metodą LARS zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) za wartość netto: zł plus podatek VAT, tj. wartość brutto: zł (słownie brutto: zł)*.

Oferujemy, że **termin dostawy depozytu lotnego wraz z instrumentarium** wynosi – do **godzin** (max. do 48 godz.) od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego*.

PAKIETU nr 9 - Narzędzia ortopedyczne zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) za wartość netto: zł plus podatek VAT, tj. wartość brutto: zł (słownie brutto: zł)*.

Oferujemy, że **termin dostawy** wynosi – do **godzin** (max. do 72 godz.) od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego*.

PAKIETU nr 10 - Implanty traumatologiczne, kończyna górna i dolna zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) za wartość netto: zł plus podatek VAT, tj. wartość brutto: zł (słownie brutto: zł)*.

Oferujemy, że **termin uzupełnienia depozytu** wynosi – do **godzin** (max. do 72 godz.) od powiadomienia przez Zamawiającego o numerze partii użytego Produktu, zgodnie z § 2 ust. 12 umowy przechowania (depozytu)*.

PAKIETU nr 11 - Endoprotezy stawu kolanowego, ostrza, implanty do zespolenia złamań zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) za wartość netto: zł plus podatek VAT, tj. wartość brutto: zł (słownie brutto: zł)*.

Oferujemy, że **termin uzupełnienia depozytu** wynosi – do **godzin** (max. do 72 godz.) od powiadomienia przez Zamawiającego o numerze partii użytego Produktu, zgodnie z § 2 ust. 12 umowy przechowania (depozytu)*.

PAKIETU nr 12 - Endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) za wartość netto: zł plus podatek VAT, tj. wartość brutto: zł (słownie brutto: zł)*.

Oferujemy, że **termin uzupełnienia depozytu** wynosi – do **godzin** (max. do 72 godz.) od powiadomienia przez Zamawiającego o numerze partii użytego Produktu, zgodnie z § 2 ust. 12 umowy przechowania (depozytu)*.

PAKIETU nr 13 - Tymczasowe spacery stawu kolanowego zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) za wartość netto: zł plus podatek VAT%, tj. wartość brutto: zł (słownie brutto: zł)*.

Oferujemy, że **termin dostawy depozytu lotnego wraz z instrumentarium** wynosi – do godzin (max. do 48 godz.) od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego*.

PAKIETU nr 14 - Implanty i sprzęt jednorazowy endoskopowy do zabiegów ERCP zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) za wartość netto: zł plus podatek VAT%, tj. wartość brutto: zł (słownie brutto: zł)*.

Oferujemy, że **termin uzupełnienia depozytu** wynosi – do godzin (max. do 72 godz.) od powiadomienia przez Zamawiającego o numerze partii użytego Produktu, zgodnie z § 2 ust. 12 umowy przechowania (depozytu)*.

**niepotrzebne wykreślić lub usunąć*

4.1. Wybór mojej/naszej oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

- a) (wypełnić, jeśli dotyczy) w zakresie następujących towarów/usług:
- b) (wypełnić jeśli wypełniono a) Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi:
- c) (wypełnić jeśli wypełniono a) Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie:

Wypełnić o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w przeciwnym razie zostawić niewypełnione.

5. Ja (my) niżej podpisany(-i) oświadczam(-y), że:

- a) oferta jest ważna przez cały termin związania ofertą określony w dokumentach zamówienia,
- b) oferta jest zgodna z warunkami i treścią SWZ,
- c) akceptuję(-jemy) warunki realizacji zamówienia opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ i w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,
- d) gwarantuję(-jemy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacjami,
- e) zamierzam / nie zamierzam* powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy:

.....
(wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom)

.....
(nazwy firm podwykonawców)

**niepotrzebne skreślić*

- f) wszystkie złożone dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- g) stwierdzam, że jestem(-śmy) świadom(-i) odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń,
- h) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa załączone do folderu „DOKUMENTY STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA*:
 - 1)
 - 2)
 - (...)

Na dowód, że wskazane powyżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, wyjaśniamy i składamy następujące dokumenty

- i) wypełniłem(-liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOⁱ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,
- j) załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
 - 1)
 - 2)

*Proszę podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym Wykonawcy*

ⁱ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

ⁱ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

