

WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ŁODZI

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

TEL.: 652 80 58, 655 80 50, FAX: 652 38 54

NIP 947-18-87-289, REG. 473066188

Nasz znak: ZP/7/19/W

Łódź, dn. 18 września 2019 r.

Do zainteresowanych postępowaniem przetargowym

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów typu C z wyposażeniem dla WSRM w Łodzi.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ na dostawę ambulansów typu C z wyposażeniem dla WSRM w Łodzi. W związku z powyższym Zamawiający odpowiada i wyjaśnia.

Pytanie 1

Czy Zamawiający specyfikując wymagania dotyczące metronomu dla RKO wymaga dostarczenia informacji do resuscytacji dla wszystkich grup pacjentów czyli:

- dorośli niezaintubowani
- dorośli zaintubowani
- dzieci niezaintubowane
- dzieci zaintubowane

Procedura postępowania (ilość ucisków i interwały czasowe) dla różnych grup pacjentów jest różna.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2

Czy Zamawiający specyfikując wymóg transmisji diagnostycznych badań 12-odprowadzeniowych EKG wysyłanych z defibrylatorów, wymaga współpracy z powszechnie używanym na terenie województwa łódzkiego (11 pracowni kardiologii inwazyjnej na 12 istniejących) profesjonalnym systemem LIFENET System, używanym w tych pracowniach ?

Zamawiający wymaga możliwości wykonania teletransmisji do większości ośrodków kardiologii inwazyjnej w województwie łódzkim.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w kontekście obowiązującej ustawy powszechnie zwanej RODO, a dotyczącej zabezpieczenia danych medycznych i osobowych pacjentów, wymaga aby system transmisji badań diagnostycznych badań EKG spełniał wymagania tejże ustawy i czy wymaga związanych z tym dokumentów potwierdzających ?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 4

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach? Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną formę dostawy.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Wyjaśniamy, że w związku z bardzo dużą ilością zamówień w czwartym kwartale roku dojazd do siedziby Zamawiającego może być bardzo utrudniony, a możliwość szkolenia i ewentualnej modyfikacji koncepcji wyposażenia wg. życzeń klienta są dla niego korzystne.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Czy w związku z publiczną deklaracją wiceministra zdrowia p. Janusza Cieszyńskiego o możliwości aneksowania umowy na dotację z Ministerstwem Zdrowia do końca marca przyszłego roku Zamawiający dopuszcza realizację zamówienie do końca pierwszego kwartału 2020 r.?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji zadania ujętego w projekcie umowy w przypadku wystąpienia niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a także gdy zmiany są korzystne dla zamawiającego ?

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w/w zapisu w projekcie umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający drzwi przesuwne pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem pacjenta o wysokości zgodnej z wymogami normy PN EN 1789 pkt. 4.5.2.3 i wymogiem NFZ posiadające wysokość przejścia z progiem wynosząca 165 cm, na potwierdzenie czego ambulans posiada Certyfikat Jednostki Notyfikującej potwierdzającej jego zgodność z przytoczoną normą ?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający skrzynię biegów opisaną w Świadectwie Zgodności WE, jako skrzynię automatyczną ?

Zamawiający dopuszcza, z zaznaczeniem, że nie będą przyznane punkty za parametr automatyczna skrzynia biegów.

Pytanie 10

Dot. Zadania nr 1 i zadania nr 2

Czy w związku z publiczną deklaracją wiceministra zdrowia p. Janusza Cieszyńskiego o możliwości aneksowania umowy na dotację z Ministerstwem Zdrowia do końca marca przyszłego roku Zamawiający dopuszcza realizację zamówienie do końca pierwszego kwartału 2020 r.?

Wyjaśnienie: <http://radio.opole.pl/100,291653,karetki-dla-opolszczyzny-z-programu-wymiany-ambu>

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia do 90 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy pod warunkiem iż dokumenty do rejestracji ambulansu (ambulansów) tj. faktura, świadectwo homologacji, karta pojazdu itd. zostaną dostarczone w oryginale do siedziby Zamawiającego nie później niż do

09 grudnia 2019 przy założeniu iż nie dostarczenie ww. dokumentów w określonym terminie skutkować będzie rozwiązaniem umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 12

Dot. Zadania nr 2

pkt 220 . Czy Zamawiający dopuści respirator z trybem wentylacji CPAP o zakresie szerszym niż do max 15cmH₂O ?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 13

Dot. Zadania nr 2

pkt 267. Czy Zamawiający analogicznie jak w przypadku innych urządzeń medycznych mających stanowić wyposażenie tego ambulansu będzie wymagał aby zaoferowany kapnometr posiadał dokumenty uprawniające do obrotu i stosowania na terenie R.P. zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r ?

Zamawiający potwierdza, że zaoferowany kapnometr musi posiadać dokumenty uprawniające do obrotu i stosowania na terenie R.P. zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.


Pytanie 14

Dot. Zadania nr 2

pkt 272. W związku z zakończeniem produkcji kapnometrów Nonin serii 9843 i 9847 które to spełniały wymogi podane w siwz prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kapnometr o wadze do 500g i zakresem pomiaru częstości pulsu od 30 do 250 ppm które to urządzenie będzie spełniać wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego jak również posiada wyświetlany ciągły pomiar cyfrowy i graficzny ?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.


DYREKTOR
ds. Administracyjnych
WSRM w Łodzi
dr n. ekon. Witold Olszewski