



Toszek, 06.12.2023 r.

dotyczy: *postępowania nr 50/DEG/AS/2023 – Dostawa wagi kolumnowej, materacy masujących oraz bieżni w ramach dotacji "Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Psychiatrycznego Sądowego dla nieletnich o wzmocnionym zabezpieczeniu XVII w ramach zadań przeciwdziałania narkomanii"*

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Technicznej w zakresie części 1 – Waga kolumnowa:

1) Zmianie ulegają zapisy pkt 15,16,18 i otrzymują następujące brzmienie:

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
15	Podziałka (g): 100 g < 150 kg > 100÷200 g	TAK, PODAĆ	
16	Wymiary (SxWxG): 294÷360 x 831÷970 x 417÷440 mm (±2 mm)	TAK, PODAĆ	
18	Waga netto: max. 7,8 kg	TAK, PODAĆ	

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Technicznej.  
Zmiana jest wiążąca dla Wykonawców.

Od dnia 06.12.2023 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania dostępna jest **zmodyfikowana treść specyfikacji technicznej.**