



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w
Kielcach**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ (041) 349 35 00 Fax. (041) 349 35 05

NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139



 zoz@zozmswkielce.pl

 www.zozmswkielce.pl

Kielce, 11.12.2019 r.

Znak sprawy: 40/PN/2019

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy : Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –załącznik nr 4 w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: „*Budowa bloku operacyjnego wraz z oddziałami szpitalnymi oraz połączenie go łącznikiem z budynkiem Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 51 adaptowanym i dostosowywanym do wymogów prawnych*”

ZGODNIE Z PROJEKTEM

BUDOWY BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.IN. BLOK OPERACYJNY I ODDZIAŁY SZPITALNE) ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU POLIKLINIKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM DO 10 kV, PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK NA TLEN, GARAZU DLA KARETEK I MIN 50 MIEJSC POSTOJOWYCH, NA DZIAŁKACH NR 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/80 [dawniej 101/41], 101/82 [dawniej 101/42] , 101/45, 101/70, 101/88 [dawniej 101/73], 101/75, OBREB 0024 PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W KIELCACH

Część 5- Zakup i dostawa Pierwszego wyposażenia Szpitala ogłoszonego w Dz. U.U.E nr 2019/S 220-539087

Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.4 modyfikuje zapisy odpowiedzi na zadane pytania.

Było:

2.W związku dostawą kardiomonitorów oraz aparatu RTG z ramieniem C prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

TAK

3.Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadany systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy? **TAK**

4. W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację kardiomonitorów oraz aparatu RTG z ramieniem C z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ? **TAK**

Winno Być:

2. W związku dostawą kardiomonitorów oraz aparatu RTG z ramieniem C prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Zamawiający wymaga, aby do aparatu RTG z ramieniem C była dostarczona licencja na podłączenie do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

3. Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadany systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Zamawiający wymaga, aby aparat RTG z ramieniem C miał integrację z posiadany systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy.

4. W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację kardiomonitorów oraz aparatu RTG z ramieniem C z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

Zamawiający wymaga, aby aparat RTG z ramieniem C wraz z systemem RIS/PACS był objęty gwarancją jak w SIWZ.

Pozostałe warunki podane w SIWZ nie ulegają zmianie w przedmiotowym postępowaniu i stanowią treść SIWZ.

Zatwierdzam:

Z-CA DYREKTORA
Biuro ds. inwestycyjno - Technicznych
samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Kielcach

Jołanta Cwqan