



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH. tel. 56 654 33 77

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9

skrytka pocztowa 7, www.wszcz.torun.pl

tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 09.-10-2018 r.

W.Sz.Z: TZ-280-98/18

W/g listy adresowej

dotyczy: postępowania na **dostawę cewników diagnostycznych, ablacyjnych oraz kabli i osprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych.**

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie Nr 1, dot. Zadania Nr 10 poz. 2:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 zadania 10 (załącznik 2/10 do siwz) igieł transeptalnych typu Endrys z metalową koszulką o śr. dystalnej końcówki 22g (=0.028”).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w tej pozycji wyrób o wskazanych parametrach.

Pytanie Nr 2, dot. Zadania Nr 10 poz. 5:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 5 zadania 10 (załącznik 2/10 do siwz) pętli wychwytowych w kształcie czterooczkowego koszyka o maksymalnej średnicy 40 mm i długości koszulki prowadzącej 55 i 100 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w tej pozycji wyrób o wskazanych parametrach.

Pytanie Nr 3, dot. Zadania Nr 10 poz. 6:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 6 zadania 10 (załącznik 2/10 do siwz) zestawów wychwytowych z pętlą z językiem blokującym, w których skład wchodzi wewnętrzna koszulka udowa o śr. 12F i koszulka wprowadzająca o średnicy 16F.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w tej pozycji wyrób o wskazanych parametrach.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w TORUNIU

mgr Marcin Robaczewski