

Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowo - cenowy

Część nr 1

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Numer katalogowy Producent /
1.	<p>Przewody żylno-tętnicze (komplet) do hemodializy do aparatu Dialog</p> <p>- w każdym komplecie worek do płukania dializatora z zaciskiem materiał z którego wykonane są przewody powinien być giętki, plastyczny , ścisła kompatybilność z aparatem do hemodializy DIALOG filtr do pomiaru PBE w części tętniczej wraz z jeziorkiem filtr do pomiaru PV ciśnienia żylnego filtr do pomiaru PA w części tętniczej ścisła kompatybilność części tętniczej z pompą krwi ścisła kalibracja zbiorniczka i drenu do detektora SAD w części żylny zacisk na drenie łączącym z kroplówką zaciski na drenach tętniczym i żylnym zaciski na grzybkach tętnicznych i żylnych linie krwi tętnicza i żylna oznaczone kolorami czerwonym i niebieskim zacisk na drenie do pompy heparyny</p> <p>dolączony łącznik umożliwiający połączenie drenu żylnego i tętniczego w celu wykonania obiegu zamkniętego krwi , igła do linii z korkiem pakowana razem . (Wymagany 2 komplety przewodów - próbki)</p>	Szt.	46 800					
2.	<p>Dializatory syntetyczne, biogodne o błonie dializacyjnej: (helikon, polisulfon, polinefron) o powierzchni 1,6 -1,8m²</p>	Szt.	17 802					
3.	<p>Dializatory syntetyczne, biogodne o błonie dializacyjnej: (helikon, polisulfon, polinefron) o powierzchni 1,9-2,2m²</p>	Szt.	28 998					
4.	<p>Igła tętnicza do dializ dla dorosłych z zaciskiem na drenie i korkiem wkręcany na końcu drenu (gwint). Pokryta warstwą silikonu z obrotowym skrzydełkiem i oczkiem w igle, Ostrze o długości 2,5cm z oznakowaniem wskazującym pozycje ostrza , rozmiar 1,5- 1,6 -1,7 Długość igły z ostrzem do 22cm</p>	Szt.	93 600					
5.	<p>Łączniki Y luer do dializy jednoigłowej z zaciskami , korkami, kompatybilny z przewodami do aparatury Dialog</p>	Szt.	600					
				Wartość netto dzierżawy / 1 miesiąc	Wartość netto dzierżawy/ 36 miesięcy	VAT (%)	Wartość brutto dzierżawy/ 36 miesięcy	
4.	Dzierżawa aparatu do hemodializy – 3 szt.	m-ce	36					
RAZEM								

Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowo – cenowy**Parametry techniczne****Dzierżawa 3 szt. aparatów do hemodializy**

Model:

Typ:

Producent:

Lp	Wymagany parametr aparatu do hemodializy	Parametr wymagany	Wartość oferowana
1.	Funkcja profilowanie sodu, wodorowęglanu, ultrafiltracji, heparyny, temperatury niezależne od pozostałych parametrów	TAK	
2.	Funkcja profilowania ultrafiltracji z możliwością wyboru gotowych profili oraz tworzenia własnych	TAK	
3.	Graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia	TAK	
4.	Ciągły, objętościowy pomiar ultrafiltracji	TAK	
5.	Możliwość zaprogramowania składów koncentratorów do wyboru w trakcie przygotowania do zabiegu	TAK	
6.	Wykonanie hemodializy wodorowęglanowej na ogólnie dostępnych koncentratorach	TAK	
7.	Regulowany przepływ dializatu w zakresie min. 300-800 ml/min	TAK	
8.	Test funkcjonalny aparatu przed rozpoczęciem zabiegu i kontrola poprawności działania w trakcie realizowanego zabiegu	TAK	
9.	Płynna regulacja przepływu pompy krwi w zakresie min. 50-500 ml/min	TAK	
10.	Możliwość podania bolusa heparyny automatycznie lub ręcznie	TAK	
11.	Programy pracy: hemodializa na dwie igły oraz opcja „jednoigłowa” tzw. click-clack	TAK	
12.	Ultrafiltracja sekwencyjna (ISO UF) – „sucha UF” bez przepływu dializatu. Możliwość automatycznego zaprogramowania	TAK	
13.	Minimum trzy czujniki ciśnienia krwi tj. tętniczy, przed dializatorem oraz żylny.	TAK	
14.	Programowanie procedur dezynfekcji: termicznej, cytrotermicznej, chemicznej	TAK	
15.	Programowanie automatycznego włączenia i wyłączenia aparatu	TAK	
16.	Wytwarzanie dializatu dwuwęglanowego z suchego ładunku na zabieg HD	TAK	
17.	Możliwość przejścia przed zabiegiem jak i w trakcie z suchego ładunku dwuwęglanu na płynny i odwrotnie	TAK	
18.	Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim	TAK	
19.	Ustawienia aparatu poprzez czytelny, obrotowy, kolorowy monitor o średnicy minimum 15 cali	TAK	
20.	Archiwizacja dezynfekcji aparatu wraz z błędami i odczyt z poziomu programu użytkowego min. z ostatnich 30 dni (przy założeniu 3 zabiegów dziennie)	TAK	
21.	Wtyk zasilania elektrycznego zgodny ze standardem CEE	TAK	
22.	Ssawki koncentratorów dezynfekowane automatycznie w procesie dezynfekcji	TAK	
23.	Dezynfekcja aparatu z identyfikacją środka dezynfekcyjnego (zabezpieczenie urządzenia w przypadku użycia niewłaściwego dezynfektantu)	TAK	
24.	Półka na opakowanie ze środkiem dezynfekcyjnym do automatycznego poboru na aparacie	TAK	
25.	Pomiar ciśnienia tętniczego za pomocą mankietu	TAK	
26.	Serwis gwarancyjny(wskazać serwis, adres i numery kontaktowe)	TAK	
27.	Odkup po 3 latach	TAK	