

Tarnów, dnia 23.07.2020r.

Zamawiający

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ

ul. Lwowska 178 a

33-100 Tarnów

znak pisma: SWLOG-271.MJ.46. 2588 /2020

**Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę: dostawę sprzętu medycznego j.u. do koronarografii i koronaroplastyki Zakres nr 1 do 48 dla Pracowni Angiokardiografii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.**

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.06.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy przedmiotu zamówienia- pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej o długości 7 i 11cm wraz z mikro nakłuwającą metalową igłą wprowadzającą o krótkim skosie (21G/22G)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Dotyczy przedmiotu zamówienia- pakiet nr 17

Czy Zamawiający dopuści stent wieńcowy kobaltowo-chromowy z biodegradowalnym polimerem uwalniający syrolimus o grubości przeseł 75-85µm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie  
*Anna Czech*