



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle

NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661

tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. +48 774 062 566, faks +48 774 062 567 mnowakowski@e-szpital.eu

Kędzierzyn-Koźle, 07.08.2022r

SPZOZ . AZ . 2022 .18

Wyjaśnienia treści SWZ nr 4

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 5 zadań częściowych.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm., dalej Pzp) niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1. Dotyczy odpowiedzi numer 46 z dnia 28.07.2022:

RTG, LAMPA RTG NA ZAWIESZENIU SUFITOWYM, pkt. 20

Zamawiający w odpowiedzi 46. dopuścił do postępowania aparat nieposiadający możliwości podglądu zdjęcia, powiększenia i pomniejszenia na ekranie dotykowym znajdującym się na kołpaku lampy, przychyłając się do argumentacji o przewadze klinicznej rozwiązania wyposażonego w kamerę do pozycjonowania pacjenta, pozwalającą na ograniczenie liczby odrzuceń zdjęć RTG ze względu na błędne pozycjonowanie pacjenta.

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z pozytywną odpowiedzią na to pytanie, Zamawiający będzie wymagał dostarczenia rozwiązania wyposażonego w zintegrowaną w kolimatorze kamerę do podglądu pacjenta (do kontrolowania jego stanu i ułożenia) z obrazem wyświetlanym na stacji technika?

Pytanie 2. Dotyczy odpowiedzi numer 73 z dnia 28.07.2022:

RTG, STACJONARNY STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH, pkt. 5

Zamawiający w pozytywnej odpowiedzi 73. uznał za celową argumentację o klinicznej przewadze rozwiązania o jak najniższej, możliwej do uzyskania wysokości promienia poziomego od podłogi, dla wygody i ergonomii obrazowania kończyn dolnych w. Prosimy o potwierdzenie, że w związku z tym Zamawiający będzie wymagał dostarczenia rozwiązania wyposażonego w stacjonarny statyw do zdjęć odległościowych o najniższej możliwej wysokości promienia poziomego od podłogi wynoszącej maksymalnie 30 cm?

Pytanie 3. Dotyczy odpowiedzi numer 77 z dnia 28.07.2022:

RTG, DETEKTOR CYFROWY W STATYWIE DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH, pkt. 4

Zamawiający w pozytywnej odpowiedzi 77. uznał za celową argumentację o klinicznej przewadze rozwiązania wyposażonego w detektor cyfrowy o jak najwyższym współczynniku DQE ze względu na jego bezpośredni wpływ na jakość obrazowania i potencjalnie niższą dawkę promieniowania absorbowaną przez pacjenta.

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z tym Zamawiający będzie wymagał dostarczenia rozwiązania wyposażonego w detektor cyfrowy w statywie do zdjęć odległościowych i w stole kostnym o współczynniku DQE dla 0 lp/mm lub 0,05 lp/mm wynoszącym minimalnie 75%.

Pytanie 4. Dotyczy odpowiedzi numer 80 z dnia 28.07.2022:

RTG, DETEKTOR CYFROWY W STOLE KOSTNYM, pkt. 4

Zamawiający w pozytywnej odpowiedzi 80. uznał za celową argumentację o klinicznej przewadze rozwiązania wyposażonego w detektor cyfrowy o jak najwyższej wartości rozdzielczości liniowej ze względu na jej bezpośredni wpływ na jakość obrazowania drobnych struktur anatomicznych.

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z tym Zamawiający będzie wymagał dostarczenia rozwiązania wyposażonego w detektor cyfrowy w statywie do zdjęć odległościowych i w stole kostnym o wartości rozdzielczości liniowej minimum 5 lp/mm.

Odpowiedź na pytania ad. 1 – 5.: Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytania numer 46, 73, 77 oraz 80, w dniu 28.07.2022r., dopuszczył oferowane parametry ale w żadnym miejscu ich nie wymagał.

Powyższe odpowiedzi i stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Jarosław Kończuła

.....
Kierownik zamawiającego

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Działu Zaopatrzenia i Zamówień
Publicznych
SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
Rafał Nowakowski