



# WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00  
NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01  
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH. tel. 56 654 33 77

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9  
skrytka pocztowa 7, www.wszcz.torun.pl  
tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 14.11.2018 r.

W.Sz.Z: TZ-280-109/18

W/g listy adresowej

**dotyczy:** postępowania na dostawę wyrobów medycznych, leków do Aptek Szpitalnych – 11 zadań.

## Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi z dnia 08.11.2018r.

Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi z dnia 08.11.2018r. na pytanie Nr 9 udzielono błędnej (niewłaściwej) odpowiedzi, która wymaga poprawienia wg poniższej treści:

### **Jest:**

**Pytanie Nr 9, dot. Zadania Nr 10, poz. 46.**

*Dotyczy Zadania nr 10 poz. 46 - Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu: Sevoflurane Baxter, 250 ml, płyn d/sp.inh.par, 6 but. – 67 op.? (preparat spełnia wymagania zawarte w SIWZ – ChPl w załączeniu punkt 6.6).*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### **Powinno być i poprawia się na:**

**Pytanie Nr 9, dot. Zadania Nr 10, poz. 46**

*Dotyczy Zadania nr 10 poz. 46 - Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu: Sevoflurane Baxter, 250 ml, płyn d/sp.inh.par, 6 but. – 67 op.? (preparat spełnia wymagania zawarte w SIWZ – ChPl w załączeniu punkt 6.6).*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dostarczenia **sevofluranu** z zawartością wody od 0,03%-0,1%. Taka zawartość wody (inhibitor reakcji z kwasami Lewisa) zabezpiecza przed reakcjami chemicznymi (szkło, aluminium, części metalowe parownika), w wyniku których może dojść do degradacji sevofluranu z jednoczesnym uwolnieniem szkodliwego dla pacjenta kwasu fluorowodorowego.

Proszę o uwzględnienie zmienionej odpowiedzi w przygotowywanych ofertach.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego  
w TORUNIU

Sylvia Sobczak