



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71  
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 24.04.2024 r.

DZP – 9/2024

## WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyrobów medycznych dla Pracowni Bronchoskopii i Endoskopii**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

### **Pytanie nr 1 – dot. Pakiet nr 4, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści kleszcze z łyżeczkami o rozwarciu 5 mm, średnica narzędzia 1,8 mm, do kanału roboczego 2,0 mm?

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 2 – dot. Pakiet nr 4, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne, narzędzie o śr. 2,3 mm, do kanału roboczego 2,8 mm?

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 3 – dot. Pakiet nr 4, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści klipsownicy hemostatyczne, narzędzie o śr. 2,6 mm?

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 4 – dot. Pakiet nr 4, poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści papilotom z końcówką dystalną 5 mm?

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 5 – dot. Pakiet nr 4, poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści przewodniki o śr. 0,025" wyłącznie o średniej sztywności?

Przewodnik o średnicy 0,035" oraz pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 6 – dot. Pakiet nr 9, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SMMS?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

**Pytanie nr 7 – dot. Pakiet 9, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze materiału podstawowego 35g/m<sup>2</sup>?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 8 – dot. Pakiet 9, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze wzmocnienia 40g/m<sup>2</sup>?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 9 – dot. Pakiet 9, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy zapinane w okolicy karku na standardowy rzep z możliwością indywidualnego dopasowania?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 10 – dot. Pakiet 9, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z I klasą palności udokumentowaną oświadczeniem producenta?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 11 – dot. Pakiet 9, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z I klasą palności udokumentowaną raportem z badań niezależnego laboratorium?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 12 – dot. Pakiet 5**

Czy zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków przełyku składający się z magazynku spustowego działającego w dwóch pozycjach ze sznurkiem 122 cm, nasadka OptiVu z sześcioma gumkami, przedostatnia przezroczysta sygnalizująca pozostanie 1 opaski. Nasadka w rozmiarze 9,4-13mm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 13 – dot. Pakiet 9, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania fartuchów chirurgicznych posiadających wiązanie na szyi za pomocą taśmy wielokrotnego użytku, która umożliwia zapięcie w dowolnym miejscu fartucha i dostosowanie odpowiednio do rozmiaru szyi operatora?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 14 – dot. Pakiet 9, poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min. 35g/m<sup>2</sup>. Fartuch zapinany standardowo na „rzep” na szyi, w miejsce taśmy wielokrotnego użytku. Klasa palności 1 potwierdzona specyfikacją danych produktowych producenta. W opakowaniu 2 rękawiki 30 x 40 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 15 – dot. Pakiet 9, poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min. 35g/m<sup>2</sup>, posiadających dodatkowe wzmocnienia w części przedniej i na ¾ rękawów o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>. Fartuch zapinany standardowo na „rzep” na szyi, w

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

miejsce taśmy wielokrotnego użytku. Klasa palności 1 potwierdzona specyfikacją danych produktowych producenta. W opakowaniu 2 ręczniki 30 x 40 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 16 – dot. Pakiet 1, poz. 13**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zatyczki uszczelniającej kanał biopsyjny endoskopu ultrasonograficznego BF-UC190F w ilości 2 opakowania po 10 sztuk czy zakrywki wodoodpornej w ilości 2 sztuki?

**Odp.** Zamawiający wymaga zaoferowania zakrywki wodoodpornej do endoskopu ultrasonograficznego BF-UC190F w ilości 2 sztuk.

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1A w zakresie pakietu nr 1 poz. 13. W załączeniu przesyłamy zmodyfikowany Załącznik Nr 1A w zakresie pakietu 1 poz. 13.

**Pytanie nr 17 – dot. projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary do 0,5%?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 18 – dot. projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie była większa niż 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 3 niniejszej umowy?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 19 – dot. Pakiet 9, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych o następującej charakterystyce:

Sterylny antystatyczny fartuch chirurgiczny nieposiadający ręczników do osuszania rąk wykonany z niebieskiej włókniny typu SMS 35g/m<sup>2</sup>, gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. Rękawy proste zakończone niepyłącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Szew ultradźwiękowy typu zygzak z 1 ścieżką ciągłą. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm (±0,5cm), zewnętrzne dł. 70 i 54cm (±3cm), wewnętrzne dł. 54cm (±3cm). Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm (±0,5cm). Tylne części fartucha zachodzą na siebie w sposób tzw. „wrap-around” – zachowując w ten sposób pełną sterylność tylnej części fartucha; fartuchy zaprojektowane są w taki sposób, aby było możliwe wiązanie najpierw na „brudno”, a następnie na „czysto”. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). Termin ważności 5 lat?

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 20 – dot. Pakiet 9, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych wzmocnionych o następującej charakterystyce:

Sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny nieposiadający ręczników do osuszania rąk wykonany z niebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, wzmocniony dwuwarstwowym

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m<sup>2</sup>, łącznie w obszarze wzmocnień 75g/m<sup>2</sup>. Gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 38cm(L), min. 40cm(XL), min. 42cm(XXL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Szew ultradźwiękowy typu zygzak z 1 ścieżką ciągłą. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm (±0,5cm), zewnętrzne dł. 70 i 54cm (±3cm), wewnętrzne dł. 54cm (±3cm). Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm (±0,5cm). Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). Termin ważności 5 lat?

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

**Równocześnie Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:**

- Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 08.05.2024 r. do godziny 09:00.**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.05.2024 r. o godzinie 09:05.**
- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **90 dni tj. do dnia 05.08.2024 r.**

Zatwierdził  
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
dr n. med. Janusz Kuśmierz

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie