



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 90-046 Łódź, ul. Wodna 40

sekretariat: tel. 42 253-62-10, fax: 42 253-62-19, centrala: 42 253-62-00
NIP: 728-18-60-518 REGON: 000295024
www.gov.pl/web/wsse-lodz e-mail: sekretariat@pis.lodz.pl

WSSE.DEA OZPA 272.12.2022

Łódź, 20.05.2022r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Do wszystkich Uczestników

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **Dzierżawa analizatora immunoenzymatycznego do badań diagnostycznych (certyfikat CE IVD) typu ELISA w układzie otwartym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 093-253531 z dnia 13.05 2022 r.

Zgodnie z treścią art. 135 ust 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „p z p” Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

1. Czy Zamawiający opisując wymóg: „Możliwość samodzielnego programowania profili/protokołów ELISA” ma na myśli samodzielne wybieranie z listy zaprogramowanych metodyk?

Jeśli nie, czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie? Metodyki są wprowadzane przez wykwalifikowany i przeszkolony personel serwisowy. Samodzielna aplikacja metodyk przez personel obsługujący ze strony Zamawiającego, nawet po przeszkoleniu, nie zapewni nadzoru nad prawidłowością działania systemu i oprogramowania.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany polegającej na odstąpieniu od samodzielnego programowania profili/protokołów ELISA i dokona stosownej zmiany w SWZ (Załączniki nr 2,3,5)

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia instruktażu dotyczącego programowania profili/protokołów ELISA (2 os.) oraz możliwości samodzielnego programowania metodyk/profilu przez pracowników Zamawiającego?

Zamawiający we wzorze umowy opisał w § 4. Zasady korzystania z testów, w pkt. 2 wymóg bezpłatnego przygotowania aplikacji do używania i odczytu zestawów innych producentów – 1 raz w miesiącu

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu zapewnienia instruktażu, dotyczącego programowania profili/protokołów ELISA (2 os.) oraz możliwości samodzielnego programowania metodyk/profilu przez pracowników Zamawiającego i dokona stosownej zmiany w SWZ.

Zamawiający utrzymuje zapis we wzorze umowy w § 4. Zasady korzystania z testów, w pkt. 2 wymóg bezpłatnego przygotowania aplikacji do używania i odczytu zestawów innych producentów – 1 raz w miesiącu.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający zastępuje:

załącznik nr 2 Załącznikiem nr 2 – ZMIANA.

załącznik nr 3 Załącznikiem nr 3 – ZMIANA.

załącznik nr 5 Załącznikiem nr 5 – ZMIANA.

Zamawiający oświadcza, że składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie

Termin otwarcia ofert 10.06.2022 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert 10.06.2022 r. godz. 11:15

Zgodnie z art. 137 ust. 2 oraz ust. 4 p z p. Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/wsselodz> informację o zmianie treści SWZ.

W dniu 20.05.2022r
zatwierdził:

Państwowy	Wojewódzki	Inspektor	Sanitarny
z up.	w Łodzi		
	Waldemar Mańkowski		
	z-ca Dyrektora		
	ds. ekonomiczno-administracyjnych		
	WSSE w Łodzi		