

Zamawiający

FDZP.226.41.2023

Ostrów Wielkopolski dn. 11.01.2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę **OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH oraz odzieży ochronnej, pościeli, fartuchów i masek jednorazowego użytku.**

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści udzielonych odpowiedzi, Zamawiający na podst. art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych, udziela następujących wyjaśnień oraz modyfikuje zapisy w treści SWZ:

ZESTAW PYTAŃ NR 1

PAKIET 4 - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga myjki o kształcie rękawicy.

Odpowiedź: zamawiający precyzuje:

- myjka higieniczna w kształcie rękawicy o wymiarach 16cm x 22 cm (+/-2cm); zgrzewana termicznie; preferowane opakowanie 50 szt; zamawiający dopuszcza również inną wielkość opakowania z odpowiedni przeliczeniem na wyspecyfikowane sztuki w arkuszu asortymentowo – cenowym.

PAKIET 4 - Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta? **Odpowiedź: TAK**

PAKIET 4 - Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza – nie wymaga, natomiast wymaga zachowania wymiarów określających wielkość myjki.

ZESTAW PYTAŃ NR 2

Pakiet 2 pozycja 1:

1. Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?

Odpowiedź: TAK

2. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętych stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?

Odpowiedź: TAK

3. Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?

Odpowiedź: Nie-dotyczy pytania 2 j.w.; TAK- -dotyczy pytania 1 j.w.;

4. Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy? **Odpowiedź: dotyczy pytania 1 i 2.**

Pakiet 2 pozycja 8-13:

1. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje ubrań spełniających normę EN 13795-2 tj. ściśle przylegające do szyi, posiadające długi rękaw, rękawy i nogawki zakończone ściągaczem, ponieważ tylko tak skonstruowane ubrania są zgodne normą EN 13795-2? Według stanowiska URPLW MiPB wydanego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji,

spełniające normę EN 13795. URPL podkreśla, że ubrania spełniające wspomnianą normę muszą posiadać długi rękaw oraz nogawki zakończone ściągaczami, a także okrągłe wycięcie na poziomie szyi. Brak tych elementów powoduje, że pacjent nie jest należycie chroniony przed mikroorganizmami przenoszonymi na złuszczonej naskórku personelu medycznego. **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

2. Zgodnie z normą EN 13795-2 ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego, a więc z krótkimi rękawami i spodniami bez ściągaczy to jedynie „roboczy wyrób odzieżowy dla personelu Sali operacyjnej, co do którego nie ma konieczności spełnienia wymagań dotyczących odzieży dla bloków operacyjnych. Kitel [ang. - Scrub Suit, który pojawia się w deklaracjach oraz na opakowaniach ubrań wykonawców] nie jest zasadniczo przeznaczony do zapobiegania rozprzestrzenianiu się czegokolwiek drogą powietrzną od personelu medycznego”

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ubrań higienicznych z bluzą z krótkimi rękawami, oraz spodniami bez ściągaczy ? **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

3. Czy w związku z Wiążącymi Informacjami Stawkowymi nr WIS 0115-KDST2-1.450.1201.2020.18.AW, oraz WIS 0115-KDST2-1.450.1205.2020.23.MDO które wprost mówią, że ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, nie mogą być więc wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga ubrań objętych 23% stawką VAT ?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet 4:

Czy zamawiający dopuści:

Wilgotna myjkę w formie rękawicy. Zalecana do mycia bez użytku wody i mydła oraz do odświeżenia pacjentów leżących i osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Jest to alternatywa do tradycyjnej kąpieli oraz prysznic. Ergonomiczna budowa zapobiega zsunięciu się z ręki w trakcie używania – zwężana w nadgarstku. Myjka GLOWET jest jednorazowego użytku, co minimalizuje ryzyko zakażeń krzyżowych.

Gotowa do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, idealna w każdej intymnej sytuacji związanej z toaletą, bezpieczna dla wrażliwej skóry, oszczędność czasu w porównaniu do tradycyjnej toalety, nie zawiera: parabenów (konserwantów), lateksu, substancji zapachowych, może być podgrzewana w mikrofali. **Odpowiedź: zgodnie z udzieloną odpowiedzią w zestawie pytań nr 1.**

Pakiet 6 pozycja 4:

Czy zamawiający dopuści:

Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki

Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m² w kolorze niebieskim

Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m² w kolorze białym

W części przedniej (czołowej) posiada wstawkę pochłaniającą pot z włókniny spunlance o gramaturze 52g/m² i wysokości 6 cm

Wysokość czepka w części czołowej 13 cm

Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet 6 pozycja 5:

Czy zamawiający dopuści

Furażerka z gumką w tylnej części

Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m² w kolorze niebieskim

Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m² w kolorze białym

W części przedniej (czołowej) posiada wstawkę pochłaniającą pot z włókniny spunlance o gramaturze 52g/m² i wysokości 6 cm

Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet 6 pozycja 5:

Czy zamawiający dopuści czepek w kształcie furażerki z wkładką chłonna wiązany na troki?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

ZESTAW PYTAŃ NR 3

PYTANIE DO PAKIETU NR 4

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 dopuszcza produkt włókninowy w rozmiarze 30cmx30cm , włóknina perforowana gramatura 40g, opakowanie (100szt). **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**
2. Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe produkty w celu spełniania wymogów jakościowych określonych w postępowaniu były wyprodukowane z surowca I gatunku, podczas gdy produkty wyprodukowane z surowca II gatunku lub gorszego nie będą spełniały wymaganych przez Zamawiającego standardów jakościowych? Zdaniem Składającego pytanie produkty wyprodukowane z surowca II gatunku nie spełnią wymaganych przez Zamawiającego standardów. Ponadto, wnoszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty stanowiły wyrób medyczny, a w konsekwencji, należy zastosować do nich VAT w stawce 8%? Zdaniem Składającego pytanie jedynie produkty będące wyrobami medycznymi spełnią wymogi postępowania.

Odpowiedź: zamawiający precyzuje:

- myjka higieniczna w kształcie rękawicy o wymiarach 16cm x 22 cm (+/-2cm) ;zgrzewana termicznie; preferowane opakowanie 50 szt; zamawiający dopuszcza również inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem na wyspecyfikowane sztuki w arkuszu asortymentowo – cenowym ; produkt oprocentowany stawką podatku VAT w wysokości23%.

ZESTAW PYTAŃ NR 4

Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjki do mycia pacjenta w rozmiarze 22x20cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ? **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

ZESTAW PYTAŃ NR 5

Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do artroskopii kolana o poniższym składzie:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm , zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m², o odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa, chłonności wzmocnienia min. 680%.
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonane z włókniny typu spunlance
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60x145cm, kolor czerwony

2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm? **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Pakiet 1, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do operacji stawu biodrowego wykonanego z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażonego we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, o odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa, chłonności wzmocnienia min. 680%, o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, wykonane z włókniny typu spunlance
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, złożona teleskopowo, kolor czerwony
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65x190cm

oraz dołączoną sterylną dwukomorową kieszeń na narzędzia w rozmiarze 30x40cm (lewa komora 15x30cm, prawa komora 25x30cm)? **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Pakiet 1, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji stawu biodrowego wykonanego z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m², wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O, chłonności wzmocnienia min. 680% o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 150cm (450cm w stanie rozciągniętym)
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, składana teleskopowo, kolor czerwony

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm wzmocnienie 65x190cm? **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Pakiet 1, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia uniwersalnego wykonanego z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² zintegrowanego z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 110/100 kPa, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H₂O, chłonność warstwy zewnętrznej min. 287%.

o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60x145cm, składana teleskopowo, kolor czerwony

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65x190cm? **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Pakiet 1, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia uniwersalnego wykonanego z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m², o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 100/99 kPa, odporności na penetrację płynów 102 cm H₂O, chłonności wzmocnienia min. 383%.

o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60x145cm, składana teleskopowo, kolor czerwony

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65x190cm? **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Pakiet 1, poz. 5, 7, 8,9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 60g/m², o odporności na przenikanie cieczy 196cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie na sucho 109,00kpa, chłonności 600%? **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Pakiet 1, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę w z otworem 6x8cm? **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Pakiet 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zapięcie przy szyi na standardowy rzep: lewy rzep 3cm x 13cm i prawy rzep 3cm x 7cm? **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Pakiet 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści wytrzymałość na wypychanie na sucho 80,6kpa, na mokro 76kpa?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha zawiniętego wraz z ręcznikami z włókniny spunlace w serwetkę włókninową, w opakowaniu jednostkowym typu folia-papier? **Odpowiedź:**

zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 90 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Pakiet 1, poz. 12

Prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie zestawu do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 x Serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 215cm z otworem w kształcie trapezu o podstawach 22,5cm i 32cm i wysokości 22,5cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, wykonane z włókniny typu spunlance
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 106,5/89,9kPa, o odporności na penetrację płynów 197 cm H₂O, chłonności wraz ze wzmocnieniem 420% ?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet 2, poz. 1

W związku pojawiającymi się zapytaniami Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej kategorii I. Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha higienicznego zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy I, objętego 8% stawką VAT? **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha higienicznego dostępnego w dwóch rozmiarach: L i XL – do wyboru Zamawiającego? **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Pakiet 2, poz. 1, 2, 5, 13, 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Pakiet 2, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładu o szerokości 50 cm z perforacją co 50 cm?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet 2, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładu o szerokości 38 cm z perforacją co 50 cm?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet 2, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Pakiet 2, poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie koszuli operacyjnej o długości 72 cm?

Odpowiedź: TAK

Pakiet 2, poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? **Odpowiedź: TAK**

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? **Odpowiedź: TAK**

ZESTAW PYTAŃ NR 6

DOTYCZY PAKIETU NR 5 POZYCJI 2 – Zestaw do alloplastyki kolana

1. Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wym. 250x315cm, posiadającą samouszczelniający się otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: dopuszcza się

2. Czy Zamawiający dopuści dren łączący do ssaka PVC 25 Ch/16Ch 3.0 m F/F + aspiracja typu Yankauer 24 Ch 25 cm z okrągłą końcówką i 4 otworami? Z naszej wiedzy wynika, że są to komponenty analogiczne do obecnie używanych lub dren łączący do ssaka PVC 25 Ch/16Ch 3,5 m F/F + aspiracja typu Poole zakrzywiona końcówką 20 Ch 30 cm 20 otworów lub dren łączący do ssaka PVC 30 Ch 3,0 m F/F + aspiracja typu Poole 30 Ch 25 cm prosta z okrągłą końcówką, 20 otworami i rękojeścią? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. **Odpowiedź: dopuszcza się**

DOTYCZY PAKIETU NR 5 POZYCJI 3 – Zestaw do laparoskopii brzuszno-kroczonej

1. Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o wymiarach 79x145 cm? **Odpowiedź: TAK – dopuszcza się.**

ZESTAW PYTAŃ NR 7

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia:

Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje produktu zarejestrowanego jako wyrób medyczny, gdyż fartuchy będą używane przez personel medyczny w celu udzielania świadczeń zdrowotnych?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet 2, poz. 1,8-12,

Czy zamawiający wydzieli poz.1,8-12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet 2, poz. 1

W przypadku niedopuszczenia wydzielenia poz. 1 oraz 8-12 czy zamawiający wydzieli samą poz.1- fartuch do osobnego pakietu? **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Pakiet 6, poz. 4

Czy zamawiający dopuści czepek typu furazerka, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m²) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 12 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 13 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania. **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Pakiet 6, poz. 5

1. Czy zamawiający dopuści czepek z napotnikiem i trokami zamiast gumki? **Odpowiedź:**

ZESTAW PYTAŃ NR 8

PAKIET 1

1. **Poz. nr 3** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu biodrowego zawierającego kieszeń dwukomorową w rozmiarze 38x**43**cm zamiast 38x40cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian. **Odpowiedź: dopuszcza – nie wymaga**
2. **Poz. nr 6** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na ramię C, sterylnej w rozmiarze 95x200 cm wykonanej z mocnej i przezroczystej folii PE złożonej teleskopowo z wywinieciem ułatwiającym założenie? **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**
3. **Poz. nr 12** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie i parametrach:
 - 1 serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego w rozmiarze 200/250x320 cm (ułożenie płasko na stole) wyposażona w torbę na płyny, uchwyt Velcro oraz posiadająca okno 29 x 19 cm wypełnione folią chirurgiczną
 - serweta chirurgiczna do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 190 cm (opakowanie zestawu)
 - 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
 - 1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm
 - 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
 - 2 ręczniki celulozowe 33 x 30 cm.Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (folia PE i włóknina PP) o gramaturze 55g/m². Wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro: 145/134 kPa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na penetrację płynów 140 cm H₂O w strefie krytycznej. **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

PROJEKT UMOWY

§ 9, ust. 1 pkt. b) c) - wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Mając powyższe na uwadze, zwraca się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych oraz modyfikację zasad ich naliczania, jak na wstępie.

Odpowiedź: TAK – zamawiający dokona zmiany zapisów we wzorze umowy - załącznik nr 2 do SWZ.

Z poważaniem,