

Środa Wielkopolska, dnia 10 maja 2023 roku

ZP/10/23

### Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami), dalej: „ustawa” pn. „Dostawa łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 oraz 2 ustawy Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Część nr 2: Materace przeciwoleżynowe - 5 sztuk

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca przeciwoleżynowego posiadającego:  
Ad. 6 Materac o wymiarach 203 cm (długość) x 86 cm (szerokość) x 11,5 cm (wysokość) ±1 cm.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu.

/-/ Paweł Dopierała  
Prezes Zarządu