



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4
W BYTOMIU**

ALEJA LEGIONÓW 10 41-902 BYTOM

TEL.: 32 281-02-71-7 FAX: 32 281-02-70

NIP: 626-25-10-567

KONTO BANKOWE ING Bank Śl.

O/Bytom 26 1050 1230 1000 0022 1313 7165



Bytom, dnia 18.05.2022 r.

DZP – 15/2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, pn. „Dostawa akcesoriów do diatermii”

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu Nr 1 poz. 1

Prosimy o określenie oczekiwanej długości - dostępne są: 18 cm, 19,5 cm i 22,5 cm.

Odp.: Zamawiający oczekuje długość 19,5 cm.

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu Nr 1 poz. 2

Prosimy o określenie oczekiwanej długości - dostępne są: 18 cm, 19,5 cm, 22 cm i 24 cm.

Odp.: Zamawiający oczekuje długość 19,5 cm.

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu Nr 1 poz. 3

Prosimy o określenie oczekiwanej długości - dostępne są: 16,5 cm, 18 cm, 19,5 cm, 22 cm i 24 cm.

Odp.: Zamawiający oczekuje długość (dopuszcza 19,5 cm). Pozostały zapis OPZ bez zmian.

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu Nr 2 poz. 1

Prosimy o określenie oczekiwanej długości - dostępne są: 16,5 cm, 18 cm, 19,5 cm, 22,5 cm i 26 cm.

Odp.: Zamawiający oczekuje/dopuszcza 16,5 cm.

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu Nr 4 poz. 4

Prosimy o wskazane, jaki instrument będzie podłączany do kabla z poz. 4.

Odp.: W OPZ pakiet nr 4 nie występuje poz. 4.

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu Nr 7 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie elektrod kierunkowych, dzielonych REM, o powierzchni aktywnej 107 cm² spełniających pozostałe wymagania.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dot. Pakietu Nr 13 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie dł. 90 mm i średnicy 2mm lub 4mm.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dot. Pakietu Nr 13 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie dł. 90 mm i rozmiaru 2,5x20 mm.

Odp.: Nie, zamawiający pozostaje przy zapisach.

Pytanie nr 9 – dot. Pakietu Nr 13 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie dł. 90 mm.

Odp.: Nie, zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 10 – dot. Pakietu Nr 13 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 0,7x20 mm.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dot. Pakietu Nr 13 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 0,7x20 mm.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 – dot. Pakietu Nr 13 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 0,7x12 mm i dl. 90 mm.

Odp.: Nie, zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 13 – dot. Pakietu Nr 13 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie pincety w kolorze zielonym o dł. 165mm z końcówką 0,5 x 6 mm.

Odp.: Nie, zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 14 – dot. Pakietu Nr 13 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie pincety w kolorze zielonym z końcówką 0,5 x 6 mm.

Odp.: Nie, zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 15 – dot. Pakietu Nr 13 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie pincety w kolorze zielonym z końcówką 0,5 x 6 mm.

Odp.: Nie, zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 16 – dot. Pakietu Nr 13 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie pincety w kolorze zielonym z końcówką 1,0 x 6 mm lub 0,5 x 6 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pincetę 1,0x6mm.

Pytanie nr 17 – dot. Pakietu Nr 13 poz. 12

Poz. 12 prosimy o dopuszczenie pincety w kolorze zielonym z końcówką 1,0 x 6 mm lub 0,5 x 6 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza jedynie 1,0x6mm.

Pytanie nr 18 – dot. Pakietu Nr 13 poz. 13

Prosimy o dopuszczenie pincety w kolorze zielonym z końcówką 1,0 x 6 mm lub 0,5 x 6 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza jedynie 1,0x6mm.

Pytanie nr 19 – dot. Pakietu Nr 13 poz. 14

Prosimy o dopuszczenie pincety w kolorze zielonym z końcówką 1,0 x 6 mm.

Odp.: Nie, zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 20 – dot. Pakietu Nr 13 poz. 15 i 16

Prosimy o wydzielenie poz. 15 i 16 do oddzielnego zadania.

Odp.: Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach OPZ.

Pytanie nr 21 – dot. Pakietu Nr 13 poz. 17

Prosimy o dopuszczenie końcówki 2,0 x 8 mm i dł. 19, 5 cm.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 – dot. Pakietu Nr 13 poz. 18 i 19

poz. 18, 19 prosimy o dopuszczenie końcówki 1,0 x 6 mm

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

p.o. Z-CY DYREKTORA
SP ZOZ Wilewarka
N
dr n. med. Janusz Kuśmierz