

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na dostawę obłożenia pola operacyjnego dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.34.D.2023, odpowiadamy na pytania Wykonawców.

Pytanie 1: Zadanie nr VI; VIII-XX.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania obłożeń zgodnych z aktualną normą EN 13795-1:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne- Wymagania i metody badań- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne?

Część 2 wskazanej przez Zamawiającego normy EN 13795 dotyczy ubrań operacyjnych stosowanych przez personel medyczny na bloku operacyjnym, natomiast przywołana 3 część normy została wycofana i zastąpiona przez EN 13795:2011, która to z kolei norma po kilku poprawkach została w 2019 roku zastąpiona przez normę EN 13795-1:2019.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2: Zadanie nr VI.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończyne wykonanej z laminatu 2-warstwowego, gdzie warstwę zewnętrzną stanowi włóknina polipropylenowa, natomiast warstwę wewnętrzną folia polietylenowa? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: Zadanie nr IX pozycja 9.

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje zaoferowania serwet o gramaturze min. 55 g/m² oraz wymaga aby jedną z warstw stanowiła folia polietylenowa ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4: Zadanie nr X-XIX

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów owiniętych wewnątrznie w serwetę na stolik narzędziowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5: Zadanie nr X, XI, XII, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zawarte w w/w zadaniach rozmiary wzmocnień (padów) są rozmiarami minimalnymi?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6: Zadanie nr XIV

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii biodra posiadającego w swoim składzie serwetę samoprzylepną operacyjną typu U w rozmiarze 220 x 150 cm (w miejsce serwety w rozmiarze 220 x 170 cm) oraz dodatkowo serwetę na stolik Mayo? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7: Zadanie nr XV

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii posiadającego w swoim składzie serwetę główną w rozmiarze 320 x 250/180 cm oraz dodatkowo taśmę lepłą 10 x 50 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8: Zadanie nr XVII

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu ginekologicznego posiadającego w swoim składzie serwetę na stół narzędziowy w rozmiarze 150 x 190 cm, oraz serwetę główną w rozmiarze 250/280 x 280 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9: Zadanie nr XVIII

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego posiadającego w swoim składzie 4 ściereczki do rąk oraz 1 serwetę dwuwarstwową 250/200 x 315 z torbą na płyny i oknem 19 x 24 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10: Zadanie nr XIX

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do barku o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	150 x 190 cm
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym z wiskozy	260 x 200 cm „U” 10 x 60 cm
1 serweta nieprzylepna	150 x 175 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym	150 x 240 cm
1 osłona na kończynę	25 x 80 cm
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50 cm
1 osłona na kable video	13 x 250 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11: Zadanie nr XII

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów do artroskopii kolana posiadającego w swoim składzie serwetę dwuwarstwową nieprzylepną w rozmiarze 150 x 190 cm (w miejsce serwety 150 x 175 cm)? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.