



Nasz znak: DEA.ZP-291/2/2021

Łódź, dnia 23 kwietnia 2021 r.

**Do zainteresowanych  
postępowaniem przetargowym**

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów szewnych, materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego oraz serwet.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz.2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie zapisów SWZ następującej treści:

**Pytanie 1**

**Zadanie nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

- cewnik 16Fr - 24Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 30ml - 50ml Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Zadania nr 1 i stworzy osobny pakiet?

**Zamawiający dopuszcza dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak powyżej.**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji i stworzenie osobnego Zadania**

**Pytanie 2**

**Zadanie nr 2, pozycja 21**

Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy produktu będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści w pozycji 21 z pakietu 2 równoważny nakłuwacz igłowy 21 G o głębokości nakłucia 1,8 mm (op. 200 szt.)?

**Zamawiający dopuszcza równoważny nakłuwacz igłowy 21 G o głębokości nakłucia 1,8 mm (op. 200 szt.).**

**Pytanie 3**

**Zadanie nr 2, pozycja 21**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 21 z pakietu 2 i utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Obecne pakietowanie wyrobów medycznych

faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

**Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji i stworzenie osobnego pakietu.**

#### Pytanie 4

##### Zadanie nr 5, pozycja 1

Czy można zaoferować serwetę o chłonności wyższej niż wymagana, tj. 570%?

**Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwet o chłonności wyższej niż wymagana, tj. 570%?**

#### Pytanie 5

##### Zadanie nr 5, pozycja 2

Czy można zaoferować serwetę o rozmiarze 45x45cm lub 50x60cm, oraz chłonności wyższej niż wymagana, tj. 570%?

**Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwet o rozmiarze 45x45cm lub 50x60cm, oraz chłonności wyższej niż wymagana, tj. 570%?**

#### Pytanie 6

##### Zadanie nr 5, pozycja 3

Czy można zaoferować jałowy zestaw do porodu zapakowany w wytrzymałe opakowanie typu Tyvek-folia o następującym składzie:

serweta na stół narzędziowy dwuwarstwowa podoliowana gramatura 56g/m <sup>2</sup>	1	150x190cm
pokrowiec na kończynę dolną włóknina polipropylinowa	1	120x80cm
tufery kule 17N 30cm x 30cm	5	30x30cm
kompresy włókninowe 40g/m <sup>2</sup> 4W 10cm x 20cm	5	10x20cm
kompresy włókninowe 40g/m <sup>2</sup> 4W 7,5cm x 7,5cm	10	7,5x7,5cm
nożyczki do cięcia pępowiny	1	
zaciski na pępowinę	2	
flanelka dla dziecka	1	160x75cm
czapeczka	1	
podkład chłonny Seni Soft	1	90x60cm
serweta z włókniny kompresowej 40g/m <sup>2</sup> 80cm x 60cm	1	80x60cm
nożyczki do zagięte cięcia krocza tępo-tępe	1	
korcang plastikowy jednorazowy 24cm	1	24cm
nerka plastikowa – na łożysko	1	
rękawice lateksowe bezpudrowe M	2	M
centymetr do mierzenia noworodka	1	

**Zamawiający wyraża zgodę.**

#### Pytanie 7

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

adres do korespondencji

**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

**Zamawiający potwierdza, że za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.**

**Pytanie 8**

Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

**Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania 25% wartości umowy.**

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej w § 7 ust. 1 lit. a/ do 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 10**

**Zadanie nr 5, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z laminatu 2-warstwowego o parametrach włókniny chłonnej min. 285%? Pozostałe parametry bez zmian.

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 11**

**Zadanie nr 5, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do porodu o następującym składzie:

1 serweta dwuwarstwowa (owinięcie pakietu) 120 x 95 cm

1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm

2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

6 kompresów włókninowych 7,5 x 7,5 cm (4 ply 30g/m<sup>2</sup>)

1 nożyczki chirurgiczne proste tępo tępo 14,5 cm

3 zaciski do pępownicy plastikowe 53 mm

4 rękawiczki nitrylowe L by pack 1 gruszka gumowa 60 ml

1 x torebka papierowa 30 x 18,5 cm

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 12**

**Projekt umowy**

§ 1, ust. 4- W związku z zastrzeżeniem w umowie uprawniającym zamawiającego do niezrealizowania całości zamawianego asortymentu bez jednoczesnego określenia minimum

adres do korespondencji

**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

gwarantowanego wnosimy o jego wykreślenie lub o jego zmianę poprzez wpisanie gwarantowanego minimum poziomu realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie 70%

**Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania 25% wartości umowy.**

### **Pytanie 13**

#### **Projekt umowy**

§ 7, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie: - §7 ust. 1b do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy - §7 ust. 1e do kwoty 0,5% wartości danego towaru, dla którego nie zostały dostarczone dokumenty Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron

**Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisu §7 ust. 1b.**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §7 ust. 1e.**

### **Pytanie 14**

#### **Zadanie 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Zamawiający dopuszcza cewniki pakowane w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu.**

### **Pytanie 15**

#### **Zadanie 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści cewniki lateksowe pokryte elastomerem silikonu, pakowane w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie 16**

#### **Zadanie 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści cewniki o powierzchni standardowej, niezmrożonej?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie 17**

#### **Zadanie 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści cewniki z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi?

**Zamawiający dopuszcza cewniki z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi.**

adres do korespondencji

**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

**Pytanie 18**

**Zadanie 1, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści rurki niesilikonowane w rozmiarze od 3 do 9 co 0,5mm?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 19**

**Zadanie 1, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści rurki bez punktowych zgrzewów?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 20**

**Zadanie 1, pozycja 18-19**

Czy Zamawiający oczekuje samej maski czy maski z nebulizatorem?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 21**

**Zadanie 1, pozycja 21**

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną z wysokiej jakości medycznego PCV?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 22**

**Zadanie 1, pozycja 21**

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną z 100% silikonu?

**Zamawiający dopuszcza maskę krtaniową wykonaną z 100% silikonu.**

**Pytanie 23**

**Zadanie 1, pozycja 21**

Czy Zamawiający dopuści maskę bez znacznika RTG?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 24**

**Zadanie 1, pozycja 26**

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek w opakowaniu zbiorczym a'800 sztuk?

**Zamawiający dopuszcza wycenę osłonek w opakowaniu zbiorczym a'800 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem w górę.**

**Pytanie 25**

**Zadanie 1, pozycja 28**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przedłużaczy do pomp infuzyjnych w rozmiarach 45 i 150cm?

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedłużaczy do pomp infuzyjnych w rozmiarze 150 cm.**

**Pytanie 26**

**Zadanie 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne z 6 paskami RTG i plastikowym zatrzaskiem w pełni zabezpieczającym przed zakłuciem, występujące w rozmiarach:

G14 2,0x45mm

adres do korespondencji

**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

G16 1,7x45mm  
G17 1,5x45mm  
G18 1,3x45mm  
G20 1,1x32mm  
G22 0,9x25mm  
G24 0,7x19mm ?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 27**

**Zadanie 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu foliowym?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 28**

**Zadanie 2, pozycja 9-12**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z 10% rozszerzeniem skali ?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 29**

**Zadanie 2, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'50 z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 30**

**Zadanie 2, pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści elektrody:

- okrągłą z wypustką 36x31mm lub prostokątną 36x28mm?

- prostokątną 51x36mm?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 31**

**Zadanie 2, pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści elektrody z żelcem stałym, w rozmiarach 55 x 41mm oraz 36x31mm?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 32**

**Zadanie 2, pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik bez zatyczki spełniające pozostałe wymagania swz?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 33**

**Zadanie 2, pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik z linią RTG?

**Zamawiający dopuszcza.**

adres do korespondencji

**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

**Pytanie 34**

**Zadanie 2, pozycja 20**

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek w rozmiarach:

Od 2,0 do 4,0

Od 4,5 do 6,5

Od 7,0 do 10,0 ?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 35**

**Zadanie 2, pozycja 21**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz w rozmiarze 23G o głębokości nakłucia 1,8mm?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 36**

**Zadanie 2, pozycja 21**

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy w opakowaniu a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 37**

**Zadanie 5, pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> o chłonności 600%?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 38**

**Zadanie 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x60cm z otworem o średnicy 7cm?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 39**

**Zadanie 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 40**

**Zadanie 5, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 serweta (owinięcie pakietu) 120 x 90 cm
- 1 serweta dla noworodka min. 80 x 90 cm
- 2 ręczniki celulozowe min.30 x 30 cm
- 6 kompresów włókninowych 7,5x7,5cm (4 ply 30g/m<sup>2</sup>)
- 1 nożyczki chirurgiczne tępo tępo min. 14,5 cm
- 3 zaciski do pępowiny plastikowe min. 50mm
- 4 rękawiczki bezlateksowe, bezpudrowe L
- 1 worek plastikowy na łożysko min. 30 x 40 cm
- 1 podkład chłonny 60x90cm?

**Zamawiający dopuszcza.**

adres do korespondencji

**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

**Pytanie 41**

Zadanie 5, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści etykietę z listą komponentów i min. 2 etykietami informacyjnymi umieszczoną na opakowaniu zestawu?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 42**

Zadanie 5, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zestaw zapakowany w opakowanie typu folia-papier?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 43**

Zadanie 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 44**

Zadanie 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści Zestaw porodowy jednorazowego użytku składający się z trzech pakietów, które zawierają:

**1. Pakiet A – przedporodowy**

- 1 podkład chłonny 40 x 60 cm
- 1 podkład papierowy niebieski 60 x 60 cm
- 2 papierowe ręczniki do rąk 40 x 40 cm
- 2 pary sterylnych rękawiczek lateksowych, rozmiar 7-7,5

**2. Pakiet B – porodowy**

- 1 gruszka do odsysania wydzieliny, niebieska
- 4 zaciski pępowinowe
- 4 gaziki 15 x 15 cm
- 1 nożyczki 12 cm

**3. Pakiet C – poporodowy**

- 1 opaska identyfikacyjna dla noworodków
- 1 kocyk dla noworodka 100 x 60 cm
- 2 chusteczki papierowe 11 x 20 cm
- 1 pielucha dla noworodka
- 1 podpaska higieniczna siatkowa 20 x 7 cm
- 1 torba foliowa na łóżysko żółta 50 x 38 cm?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 45**

Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya jednostronnie silikonowany?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 46**

Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya pakowany wyłącznie w opakowanie papierowo-foliowe?

**Zamawiający dopuszcza.**

adres do korespondencji

**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP



**Pytanie 47**

**Zadanie nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 48**

**Zadanie nr 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z jednym otworem centralnym i dwoma otworami naprzeciwległym?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 49**

**Zadanie nr 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania nie posiadający zmrożonej powierzchni?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 50**

**Zadanie nr 1, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu z nazwą producenta wyłącznie na opakowaniu jednostkowym?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 51**

**Zadanie nr 1, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści niesilikonowaną rurkę intubacyjną z mankietem?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 52**

**Zadanie nr 1, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie w kształcie rurki, zachowujące jej kształt?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 53**

**Zadanie nr 1, pozycja 21**

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną z PCV?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.**

**Pytanie 54**

**Zadanie nr 1, pozycja 21**

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z informacją o rozmiarze wyłącznie na rurce maski i na opakowaniu jednostkowym?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 55**

**Zadanie nr 1, pozycja 21**

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową silikonową?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 56**

**Zadanie nr 1, pozycja 26**

adres do korespondencji

**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Czy Zamawiający dopuści osłonki do termometru pakowane po 200 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 57**

**Zadanie nr 1, pozycja 27**

Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową wykonaną z PCV?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 58**

**Zadanie 2, poz. 2**

Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 59**

**Zadanie 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.**

**Pytanie 60**

**Zadanie 2, poz. 2**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 61**

**Zadanie 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje w pakiecie?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 62**

**Zadanie 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje w pakiecie?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

adres do korespondencji

**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

**Pytanie 63****Zadanie 2, poz. 1**

Czy zamawiający dopuszcza kaniule o następujących parametrach:

- Cewnik wykonany z FEP (teflon), wolna od PHT (DEHP)
- Widoczna w USG i RTG (posiada dwa paski radiocieniujące)
- Posiada samodomykający się koreczek portu bocznego (iniekcyjnego)
- Zabezpieczenie igły po użyciu w postaci polimerowego zatrzasku
- Wyposażona w filtr hydrofobowy umożliwiający odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, hamujący wypływ krwi
- Koreczek Luer Lock z trzpieniem powyżej krawędzi
- Elastyczne skrzydełka z dziurkami do przyszycia kaniuli zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu, skośna płaszczyzna skrzydełek zapewnia lepszą stabilizację w żyłę
- Igła silikonizowana, trójkątne ostrze igły, wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie
- Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna
- Opakowanie typu Tyvec gwarantuje bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem

Kod koloru	Rozmiar ( GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ	Nr kat
Pomarańczowy	14 G	2,1 x 45	305 ml/min	CHFXS0101445
Szary	16 G	1,7 x 45	200 ml/min	CHFXS0101645
Biały	17 G	1,5 x 45	142 ml/min	CHFXS0101745
Zielony	18 G	1,3 x 45	100 ml/min	CHFXS0101845
	18 G	1,3 x 32	105 ml/min	CHFXS0101832
Różowy	20 G	1,1 x 32	61 ml/min	CHFXS0102032
	20 G	1,1 x 25	65 ml/min	CHFXS0102025
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36 ml/min	CHFXS0102225
Żółta	24 G	0,7 x 19	23 ml/min	CHFXS0102419
Fioletowa	26 G	0,6 x 19	17 ml/min	CHFXS0102619

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 64****Zadanie 2, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą ściętą standardowo, stożkową.

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

adres do korespondencji  
**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**  
 90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141  
 e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)  
 ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

**Pytanie 65**

**Zadanie 2, poz. 12**

Proszę o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

**Zamawiający dopuszcza.**

**Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.**

DYREKTOR  
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych  
WSRM w Łodzi  
  
dr inż. ekon. Witold Olszewski

adres do korespondencji  
**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**  
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141  
e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)  
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP