

wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 04.05.2024
EZ/38/2024/381

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 38/2024

dotyczy: **Roczna obsługa serwisowa akceleratorów oraz systemów informatycznych produkcji Varian.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), udziela odpowiedzi:

1. Załącznik nr 3 do SWZ (Umowa) § 15 ust. 2

Z uwagi na zawarte w polisie OC Wykonawcy zapisy stanowiące informacje poufne - zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie przedłożenia Zamawiającemu zamiast kopii polisy – dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia OC wystawionego przez ubezpieczyciela, w którym zawarte będą warunki, zakres oraz kwota ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

2. Załącznik nr 3 do SWZ (Umowa) §2 pkt 21), §11 ust.9 oraz §11 ust.10

Przedmiotem niniejszego postępowania jest roczna obsługa serwisowa akceleratorów oraz systemów informatycznych stanowiących wyroby medyczne produkcji firmy Varian Medical Systems.

Z uwagi na status tych urządzeń, Wykonawca może jedynie instalować aktualizację, patche, poprawki systemów operacyjnych które zostały zwalidowane oraz dopuszczone do aktualizacji przez producenta wyrobu medycznego firmę Varian Medical Systems w ramach aktualnie wykorzystywanej przez Użytkownika/Zamawiającego wersji wyrobu medycznego. Wobec powyższego Zamawiający proszony jest o wykreślenie w całości §2 pkt 21), §11 ust.9 oraz §11 ust.10.

Obecna konstrukcja zapisów §2 pkt 21) , §11 ust.9 oraz §11 ust.10 może również wskazywać, iż Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przeprowadzenia aktualizacji (podniesienia) wersji bazowej/sprzętowej oprogramowania i sprzętu będącego wyrobami medycznymi (np. wersja Aria/Eclipse 15.x do wersji Aria/Eclipse 16.x). 2 / 2

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapis §2 pkt 21) na następujący:

„ Aktualizacje Oprogramowania – wszelkie krytyczne aktualizacje, poprawki, patche poprawiające zabezpieczenia oraz bezpieczeństwo użytkowania dostarczonych wersji oprogramowania wchodzącego w skład sprzętu, oprogramowania, aplikacji oraz systemu operacyjnego, udostępnianego Zamawiającemu. Nie dotyczy aktualizacji systemu ARIA do najnowszych wersji”.

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider

3. Załącznik nr 3 do SWZ (Umowa) §7 ust. 3

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, iż akceptuje by „certyfikatem” był raport serwisowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje rozwiązania by „certyfikatem” był raport serwisowy.

4. Załącznik nr 3 do SWZ (Umowa) §9

Zamawiający proszony jest o zmianę użytego w §9 określenia „Dostawa” określeniem „Zapewnienie”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

5. Załącznik nr 3 do SWZ (Umowa) § 19 ust. 2

Zamawiający proszony jest o zmianę treści § 19 ust. 2 na poniższą:

„2. Cena Umowy płatna jest w ratach przypadających do zapłaty za Okresy rozliczeniowe. Długość poszczególnych Okresów rozliczeniowych oraz wysokość poszczególnych rat określa Załącznik nr 1 do Umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

6. Załącznik nr 3 do SWZ (Umowa) § 19 ust. 3

Zamawiający proszony jest o zmianę treści § 19 ust. 3 na poniższą:

„3. Wysokość raty brutto w złotych jest wyliczana według stawki obowiązującej w ostatnim dniu każdego Okresu rozliczeniowego.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Ponadto, zgodnie z informacją podaną na platformie zakupowej, Zamawiający zmienia terminy postępowania.

Ustala się:

Termin składania ofert do dnia 11.06.2024 r. do godz. 09:00

Otwarcie ofert w dniu 11.06.2024 r. o godz. 10:00

Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą – Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 08.09.2024 r.


Z poważaniem,

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych


mgr inż. Tadeusz Krzymański

Opracował: Tatiana Malinowska, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 88 50 911, zaopatrzenie@wco.pl

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


mgr Marcin Schneider