

Zgierz, dnia 05.05.2022 r.

Nr referencyjny: PN/XXII/2022

Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych – PN/XXII/2022

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie 1

Zadanie 6:

Prosimy o dopuszczenie chusteczek bezalkoholowych przeznaczonych do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu o składzie: chlorek didecyldimetyloamoniowy 0,45 g, surfaktanty 0,325 g, substancje pomocnicze 0,52 g. Spektrum działania: B - EN 13727, F – EN 13624 (C. albicans, C.auris) w czasie 1 minuty, V – EN 14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus, Noro) w czasie 30 sekund, Tbc – EN 14348 (M.terrae). Chusteczki kompatybilne są ze wszystkimi powierzchniami, idealne do powierzchni delikatnych i wrażliwych na działanie alkoholi. Do zastosowania w obszarze medycznym, do dezynfekcji aparatury medycznej (w tym głowice USG), monitorów, lamp itp. Bezpieczne dla skóry. Produkt posiada badania zgodnie z EN 16615. Opakowanie flow pack a'100 szt. o wymiarach chusteczki 20x28cm i gramaturze 40g/m2. Wyrób medyczny kl. IIa.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian

Pytanie 2

Zadanie 7:

Prosimy o dopuszczenie gotowych do użycia chusteczek dezynfekcyjnych do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, na bazie propan-2-olu, bez zawartości aldehydów, fenoli i pochodnych fenolowych. Szerokie spektrum działania: B, F – do 1 min, V (HBV, HCV, HIV, H5N1, SARS, Coronavirus) – 15 sekund, Tbc (M. terrae) – 30 sekund. Kompatybilność z powierzchniami, zastosowanie w obszarze medycznym. Opakowanie: tuba a'200 szt. o wymiarach chusteczki 20x20 cm. Wyrób medyczny kl. IIa.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian

Pytanie 3

Prosimy o modyfikację: par. 5 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy na następujący: "za zwłokę w wykonaniu obowiązku reklamacyjnego, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy - za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,5% wartości brutto tego Towaru".

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Agnieszka Jóźwik
podpis na oryginalnie

Otrzymują:

a/a

Publikacja:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgierz